

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

Bochnia, dn. 07.03.2019 r.



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania: Pakiet 4 pompa objętościowa część III Poz.2 Prosimy o dopuszczenie klawiatury nawigacyjnej w pompie, umożliwiała ona prostą i intuicyjną obsługę wszystkich parametrów.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
- Treść pytania: Pakiet 4 pompa objętościowa część III Poz.2 Poz.3 Prosimy o dopuszczenie regulowaną szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 1 ml/h: do 1200 ml/h.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Pakiet 4 pompa objętościowa część III Poz.2 Poz. 16 Prosimy o dopuszczenie ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 9 poziomów w zakresie od 225 mmHg do 900mmHg (od -120 mbar do -200 mbar)?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Pakiet nr 3 Respirator część III Ad 2 i 3 W związku z wymaganiem zamawiającego aby respirator był zamontowany na moście, czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wózka do respiratora ?
Odpowiedź: *Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ*
- Treść pytania: Pakiet nr 6 - Ciepłarka do płynów infuzyjnych - Prosimy o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania płynów nie będącego wyrobem medycznym
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
- Treść pytania: Pakiet nr 1: Centralna stacja monitorowania - Pkt. 1 Prosimy o informację, z monitorami jakiego producenta ma współpracować centrala
Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że centrala ma współpracować z monitorami firmy Emtel.*
- Treść pytania: Pakiet nr 2: Kardiomonitor - Pkt. 23 Z powodu niejasnego określenia wymagań co do zakresu pomiarowego analizy odcinka ST, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zakres od -20 mm do + 20 mm
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 1, 4, 5 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 15, Załącznik nr 1 (Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji) pkt. 3 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Okres gwarancji automatycznie ulega przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy wydłużającej się ponad terminy określone w umowie, a w przypadku wymiany całego sprzętu biegnie na nowo.”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 15 - Prosimy o wykreślenie z w/w zapisu umowy fragmentu, dotyczącego wydłużenia gwarancji dotyczące elementów sprzętu „jednak w przypadku, gdy gwarancja ta upłynęła wcześniej niż gwarancja obowiązująca na cały sprzęt, gwarancja na wymieniony element zostaje przedłużona do dnia, w którym kończy się gwarancja na całość Sprzętu”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż okres gwarancji na części wymienione w ramach naprawy (okres na części zamienne), zgodnie z SIWZ jest jednym z kryteriów oceny oferty, a ich minimalny okres wynosi 12 miesięcy. Przy zaoferowaniu minimalnego okresu gwarancji na części, a maksymalnego okresu gwarancji na całe urządzenie, sformułowanie zapisu sugeruje, iż dochodzi do sytuacji, w której Wykonawca jest zmuszony do udzielenia w rzeczywistości dłuższej gwarancji na części niż zaoferowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 16 - Biorąc pod uwagę fakt, iż autoryzowany serwis producenta jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: W przypadku rozpatrywania reklamacji oraz naprawy przedłużającej się ponad terminy określone w umowie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć (opisać 7 dni) w dni robocze Sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż określone dla Sprzętu.



Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące zmiany „Na każde żądanie Zamawiającego, na okres rozpatrywania reklamacji oraz na czas trwania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 48 godzin – dotyczy dni roboczych) sprzęt zastępczy, o parametrach niegorszych niż określone dla Sprzętu.

12. Treść pytania: Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna) Pakiet 1 i Pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu medycznego fabrycznie nowego, nie używanego, nie demonstracyjnego z rokiem produkcji nie starszym niż 2018?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ - Rok produkcji 2018, 2019 – fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny

13. Treść pytania: Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna) Pakiet 1 i Pakiet 2, pkt 12 - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Treść pytania: Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna) Pakiet 1 i Pakiet 2, pkt 14 - Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby uzyskały brzmienie: „Najpóźniej z upływem ostatniego dnia gwarancji sprzęt będzie pozbawiony blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, w zakresie niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 2 Czy zamawiający dopuści respirator z możliwością rozdzielania od podstawy jezdnej i z możliwością zamocowania na półce będącej elementem składowym zawieszenia sufitowego typu kolumna lub most?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

16. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 4 Czy zamawiający dopuści respirator z zasilaniem w tlen z sieci centralnej oraz z zasilaniem w powietrze za pomocą wbudowanej bezgłośnej turbiny powietrza? Rozwiązanie to zapewni ciągłość pracy respiratora pomimo ewentualnych uszkodzeń w centralnej sieci powietrza oraz dodatkowo ułatwi wykorzystanie sprzętu do transportu wewnątrzszpitalnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 5 Czy zamawiający dopuści respirator bez możliwości wydzielenia ekranu sterowania od jednostki pneumatycznej, ale z możliwością całkowitego złożenia ekranu do pozycji poziomej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 7 Prosimy o weryfikację punkcji dotyczącej długości pracy urządzenia na zasilaniu akumulatorowym i wprowadzenie wymogu tak, aby 3 punkty były przyznawane za zasilanie akumulatorowe na poziomie minimum 120 minut lub więcej, co umożliwi dodatkowo transport wewnątrzszpitalny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

19. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 14 Czy zamawiający dopuści respirator z innym, ale równoważnym do opisanego systemem wentylacji nieinwazyjnej to znaczy z wydzielonym trybem wentylacji NIV-PC oraz NIV-PS?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 17, 18,19,20 Czy zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanych w tych punktach tj. automatycznych westchnień, automatycznej kompensacji ATC, westchnień automatycznych z regulacją parametrów oraz prezentacji płuc pacjenta ale za to z automatycznym wysokowydajnym interaktywnym systemem wentylacji Automode ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

21. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 22 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

częstości oddechów w zakresie 4 do 150 odd./min. przy wentylacji kontrolowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

22. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 23 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją objętości pojedynczego oddechu w zakresie 20 do 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

23. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 24 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją ciśnienia wdechu w zakresie 0 do 99 cmH2O?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

24. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 26 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją ciśnienia PEEP/CPAP w zakresie 1 do 50 cmH2O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

25. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 27 Czy zamawiający dopuści respirator z regulowanym czasem wdechu przy VCV w zakresie 0,1 do 5,0 s?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

26. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 29, punkt 30 Czy zamawiający dopuści respirator z innym systemem wyzwalania niż opisany w tych punktach, bazujący na innej technologii tj. z wyzwalaniem przepływowym oddechu regulowanym w zakresie od 0-2 l/min oraz uzupełniającym wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie -1 cmH2O – 20 cmH2O oraz kompensacją przecieków w wentylacji nieinwazyjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

27. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 31 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją czułości zakończenia fazy wdechu w zakresie 1 do 70% przepływu szczytowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

28. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 35 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt dla urządzenia oferującego pomiar ciśnienia na poziomie tchawicy lub pomiar ciśnienia średniego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

29. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 36 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt dla urządzenia oferującego pomiar objętości pułapki powietrznej przy AutoPEEP lub pomiar PEEP całkowitego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



30. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 38 Czy zamawiający dopuści respirator bez pomiaru NIF ale możliwością oceny maksymalnego ciśnienia wdechowego za pomocą ręcznie wykonanych pomiarów na ekranie respiratora za pomocą kursora?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 42 Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania możliwości rozbudowy o pomiar CO2 biorąc pod uwagę, iż jest to wymóg odnoszący się tylko do możliwości rozbudowy a nie faktycznej dostawy konkretnej funkcjonalności? Pomiar ten w praktyce wykonywany jest z poziomu kardiomonitora.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

32. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 44 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt dla urządzenia z kalkulacją współczynnika wentylacji przestrzeni martwej Vds/Vte lub z funkcjonalnością kalkulacji współczynnika Vt/PBW?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
33. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 46 i 47 Czy zamawiający dopuści respirator z 12 calowym dotykowym ekranem o pojedynczej matrycy z możliwością wyświetlania trzech krzywych oddechowych oraz trzech pętli oddechowych?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
34. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 48 Czy zamawiający dopuści respirator z prezentacją trendów z 72 godzin zapisywanych co 60 sekund oraz z dodatkowo zapisanymi zdarzeniami i zmianami systemowymi?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
35. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 49 Czy zamawiający dopuści respirator bez możliwości wydzielenia ekranu sterowania od jednostki pneumatycznej i mocowaniu na rurze kolumny, ale z możliwością regulacji nachylenia i z możliwością całkowitego złożenia ekranu do pozycji poziomej?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
36. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 56 Czy zamawiający dopuści respirator bez alarmu za wysokiej objętości oddechowej TV ale z alarmem za wysokiej objętości minutowej MV?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
37. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 66, punkt 68, punkt 69 Czy zamawiający dopuści respirator o innej konstrukcji niż opisana tj. z jedną kasetą wydechową wielokrotnego użytku wbudowaną w respirator i wbudowany w kasetę wydechową elektroniczny wielorazowy czujnik przepływu zamiast opisanych w tych punktach zastawek wydechowych i czujników przepływu?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
38. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 71 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt dla urządzenia oferującego przepływ przy terapii wysokim przepływem O₂ w zakresie min. do 50 l/min lub respirator z automatyczną regulacją przepływu wdechowego w zakresie 0 do 240 l/min?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
39. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 72 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt dla urządzenia z automatycznym programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie IBW pacjenta wynikającej z wprowadzonego wzrostu lub z automatyczną kalkulacją współczynnika wydechowej objętości oddechowej do przewidywanej masy ciała?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
40. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 73 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt dla urządzenia z instrukcją obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora lub dla urządzenia ze skróconymi instrukcjami obsługi w postaci komunikatów, opisów, dynamicznych obrazów, instrukcji kontroli i innych?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

41. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część IV pkt. 11 Uprzejmie prosimy dodanie okresu gwarancji 6 m-cy. Jest to okres gwarancji na części oferowany przez fabrykę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
42. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator -, Część IV pkt. 12 Uprzejmie prosimy o zmianę sformułowania, z: „Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy„
Na
„Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany tego elementu na nowy „
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
43. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część IV pkt. 14 Uprzejmie prosimy o usunięcie tego punktu. Serwisowanie aparatury może wykonywać wyłącznie personel autoryzowany przez wytwórcę, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe [zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 4 i 5)] . Niewłaściwie serwisowana aparatura nie jest bezpieczna i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Jest to igranie ze zdrowiem ludzi, dlatego firma Getinge nie odpowiada za bezpieczeństwo eksploatacji respiratorów z rodziny SERVO, jeśli czynności serwisowe lub naprawy są wykonywane przez osoby nie autoryzowane przez naszą firmę.
Urządzenia medyczne niewłaściwie serwisowane bądź bez właściwych przeglądów technicznych mogą pracować odmiennie od zakładanych parametrów, pomimo pozornej sprawności technicznej. Może to być niewidoczne dla niewykwalifikowanego bądź niedoświadczonego personelu.
Przekazanie Zamawiającemu wszelkich haseł, kodów, blokad serwisowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów i nie jest zgodne z zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 5) stąd też prosimy o rezygnację z niniejszych zapisów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
44. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1: W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 (w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 2 ust. 6 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
45. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2: W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
46. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 3: W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Cieplarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

47. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 4: W przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 16 w Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

48. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 5: W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto części umowy, której dotyczy naruszenie, za każdą postać naruszenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy naruszenie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

49. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część V punkt 6 - W związku z informacją zawartą w parametrach technicznych mówiącą o przeznaczeniu urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych (płyny infuzyjne to wyrób medyczny z 8% podatkiem VAT) proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z obowiązującym prawem medycznym zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586). Producent sprzętu miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń medycznych?

W części V pkt 6 tabeli specyfikacji zamawiający potwierdził fakt, iż wymaga dostarczenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności co poświadczą o konieczności zaferowania wyrobu będącego wyrobem medycznym zgodnym z opisana powyżej ustawą.

Odpowiedź: Tak

50. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część III punkt 1 - Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną o pojemności komory 300L? Większa komora umożliwia ogrzanie większej ilości płynów, co niesie tylko i wyłącznie korzyści dla przyszłego użytkownika.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

51. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część III punktu 5 - Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną, z szerszym zakresem temperatury od +25°C do +70°C ±1°C (zmiana o 1°C)? Większy zakres temperatur pracy daje większe korzyści np. w przypadku konieczności ogrzania innych płynów do temperatury wyższej niż 42°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

52. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część III punktów 6 i 7 - Czy zamawiający dopuści do postępowania cieplarkę medyczną posiadającą trzy niezależne zabezpieczenia przed przegrzaniem (dwa zabezpieczenia elektroniczne i jedno mechaniczne) posiadającą również sygnalizację świetlną i dźwiękową w

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

przypadku przekroczenia progu zabezpieczenia temperaturowego? Urządzenie w ten sposób zabezpieczone gwarantuje bezpieczeństwo ogrzewania płynów i spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych, jak również posiada wszystkie certyfikaty potwierdzające jego bezpieczeństwo ogrzewania płynów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

53. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta - Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie było wysokiej klasy, bezpiecznym sprzętem medycznym, w którym warstwa grzewcza materaca wykonana jest w technologii elastycznych polimerów węglowych, co gwarantuje równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

54. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 5 - Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy matę grzewczą będącą elementem systemu ogrzewania pacjenta, o długości: 1200? Jest to najpowszechniejszy wymiar materaca na standardowy stół operacyjny. Krótsza długości materaca nie będzie miała znaczącego wpływu na utrzymanie stałej temperatury pacjenta, natomiast zwiększa łatwość użytkowania przez personel medyczny ze względu na poręczniejszy wymiar materaca. Wskazanie długości 150 cm jest jednocześnie wskazaniem jednego producenta sprzętu. Podtrzymując ten zapis szpitala sam ogranicza sobie możliwość uzyskania najlepszych warunków zakupowych ze względu na brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu więcej niż jednej firmy co jest niezgodne ze statusem postępowań przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

55. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 9 - Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy w materac grzewczy posiadający czujnik temperatury kontrolujący temperaturą na całej powierzchni warstwy grzewczej wykonanej z elastycznych polimerów węglowych? Dzięki nowoczesnej technologii elastycznych polimerów węglowych, w jakiej wykonany jest materac, warstwa grzewcza materaca działa w sposób uniemożliwiający tworzenie się tak zwanych „gorących punktów” nawet w przypadku miejscowego uszkodzenia materaca. Nie istnieje więc możliwość osiągnięcia temperatury wyższej, od tej ustawionej na jednostce kontrolnej. Eliminujemy tym samym ryzyko incydentu, poparzenia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

56. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 4 - Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy system ogrzewania pacjenta, wyposażony w jednostkę kontrolną z zakresem ustawień temperatury pomiędzy 25°C-40°C z krokiem co 1°C, wyposażoną w kolorowy wyświetlacz wyświetlający informację o temperaturze zadanej? Użytkownik informowany jest o statusie nagrzania materaca przy pomocy sygnalizacji świetlnej. W momencie osiągnięcia temperatury zadanej kolor wskaźnika nagrzania zostaje zmieniony z niebieskiego na zielony.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

57. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 10 - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy materac grzewczy, którego zastosowanie nie wymaga użycia wielorazowych pokrowców? Wielorazowe pokrowce muszą być systematycznie prane, co generuje dodatkowe koszty, jak i dodatkową pracę personelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

58. Treść pytania: Dot. Załącznika nr. 6 - Ciepłarka do płynów infuzyjnych– 1 sztuka. PYTANIE NR 1: dotyczy punktu części V punkt 6 tabeli specyfikacji: W związku z informacją zawartą w parametrach technicznych mówiącą o przeznaczeniu urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych (płyny infuzyjne to wyrób medyczny z 8%

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Cieplarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

podatkiem VAT) proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z obowiązującym prawem medycznym zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586). Producent sprzętu miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urzędzeń medycznych? W części V pkt 6 tabeli specyfikacji zamawiający potwierdził fakt, iż wymaga dostarczenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności co poświadcza o konieczności zaferowania wyrobu będącego wyrobem medycznym zgodnym z opisana powyżej ustawą.

Odpowiedź: Tak

59. Treść pytania: dotyczy części II punktu 4 tabeli: Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie roku produkcji 2019?

Odpowiedź: Tak, zgodnie ze zmianami

60. Treść pytania: dotyczy części III punkt 1 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną o pojemności komory 30L? Ze względu na małe rozmiary urządzenia z jednoczesnym zachowaniem dużej pojemności wnętrza, cieplarka o pojemności 30L, spełni oczekiwania przyszłego użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

61. Treść pytania: dotyczy części II punktu 2 i 3 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną z wymuszonym obiegiem powietrza, której obudowa wykonana została w wysoko gatunkowych płyt izolacyjnych pokrytych tworzywem sztucznym? Płyty izolacyjne wraz z pokryciem mają bardzo dobre właściwości cieplne, dzięki czemu świetnie zatrzymują ciepło we wnętrzu komory grzewczej i nie powodują nagrzewania się jej zewnętrznych ścian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

62. Treść pytania: dotyczy części III punktu 5 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną, z szerszym zakresem temperatury od +25°C do +42°C ±1°C (zmiana o 1°C)? Większy zakres temperatur pracy daje większe korzyści np. w przypadku konieczności ogrzania innych płynów do niższych temperatur lub przechowywania ich w stałej temperaturze +25°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



63. Treść pytania: dotyczy części III punktów 6 i 7 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania cieplarkę medyczną posiadającą trzy niezależne zabezpieczenia przed przegrzaniem (dwa zabezpieczenia elektroniczne i jedno mechaniczne) posiadającą również sygnalizację świetlną i dźwiękową w przypadku przekroczenia progu zabezpieczenia temperaturowego? Urządzenie w ten sposób zabezpieczone gwarantuje bezpieczeństwo ogrzewania płynów i spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych, jak również posiada wszystkie certyfikaty potwierdzające jego bezpieczeństwo ogrzewania płynów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

64. Treść pytania: dotyczy części III punktu 9 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną nie posiadającą szuflad, czy półek we wnętrzu komory? Budowa urządzenia pozwala na włożenie do wnętrza komory płynów i ustawienie ich w bezpieczny sposób na specjalnie wykonanej podstawie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

65. Treść pytania: dotyczy części III punktu 10 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ciepłarkę medyczną bez oświetlenia wnętrza komory grzewczej, natomiast drzwi są wykonane w postaci przezroczystej pokrywy otwieranej do góry wykonanej z hartowanego szkła?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

66. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnię która nie posiada certyfikatu medycznego?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

67. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnię która posiada: Profesjonalny system amortyzacji oparty na 8 elastomerach?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

68. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnię która posiada: wyświetlacz LED?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

69. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnię która posiada: poręcze sięgające do maksymalnie połowy pasa biegowego?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 13.03.2019 r. godzina 13:00 Termin otwarcia 13.03.2019r. godzina 13.30

SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.



INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 07.03.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540044536-N-2019 z dnia 07.03.2019r.
- SIWZ – zmiana

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

- Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ
- Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ

z- ca Dyrektora ds. lecznictwa

Jarosław Gucwa

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				