

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

*Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

Bochnia, dn. 08.03.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta Prosimy o podanie, czy chodzi o system grzewczy działający w technologii suchego ogrzewania kontaktowego? Jeśli Zamawiający ma na myśli system grzewczy działający w technologii suchego ogrzewania kontaktowego, prosimy o dopuszczenie urządzenia :\_

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego alarmy: wysokiej temperatury, odchylenia temperatury (+1,5°C od ustawionej temperatury), nieprawidłowego podłączenia maty, braku zasilania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji temperatury w zakresie: 30-40°C, w krokach co 0,1°C

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 5 Prosimy o podanie, czy mata grzewcza ma być w formie materaca czy koca?

Jeśli mata grzewcza ma być w formie materaca, to czy ma być wyposażona w warstwę pianki przeciwoślizgowej?

Jeśli mata grzewcza ma być w formie koca, to prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 150 x 80 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 11 Prosimy o dopuszczenie możliwości stosowania pokrowców jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta Jeśli Zamawiający ma na myśli system grzewczy, wykorzystujący ciepłe powietrze, prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością mocowania do stojaków o różnych średnicach oraz postawienia na płaskiej powierzchni, z wygodnym uchwytem do przenoszenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego alarmy: wysokiej temperatury

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie kołderki grzewczej na całe ciało o wymiarach: 195 x 100 cm lub na dolne partie

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

*Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

ciała, o wymiarach: 120 x 100 lub pod pacjenta o wymiarach: 217 x 91 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kołderki grzewczej na całe ciało o wymiarach: 195 x 100 cm lub pod pacjenta o wymiarach: 217 x 91 cm, ale nie wymaga

Poz. 8, 10, 12 Prosimy o dopuszczenie kołderek jednopacjentowych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie temperatury monitorowanej przez czujniki wbudowane w jednostkę grzewczą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.



Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

*z- ca Dyrektora ds. lecznictwa*

*Jarosław Gucwa*

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				