

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -

*Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

Bochnia, dn. 08.03.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Ciepłarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, Bieżnia z regulacją prędkości, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:



- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnie jak w opisie z załącznika:..  
Specyfikacja techniczna:  
Wymiary gabarytowe bieżni DxSxW 210 x 85 x 119 cm  
Masa bieżni 230 kg  
Wysokość wejścia na bieżnię 23 cm  
Dopuszczalna masa użytkownika 200 kg  
Wielkość pasa bieżni 150 x 50 cm  
Zakres prędkości 0,5-18 km/h / 0,1-5,0 m/s  
Regulacja kąta nachylenia 0-20% / 0-11,31°  
Przyspieszenie 7 poziomów przyspieszenia/zwolnienia pasa pozwalające na regulację przyspieszenia od 0 do prędkości maksymalnej w zakresie 3-131 s (lub od maksymalnej do 0 w przypadku zwolnienia pasa). Programowalne poprzez interfejs komputerowy w oprogramowaniu para control Wyświetlacz 6 pól LCD do wyświetlania danych 4 LED do określania trybu pracy 20 LED do oznaczania jednostek/profilu itd.  
Wyświetlane dane: prędkość (km/h, m/s, m/min, mph z rozdzielczością 0,1), czas (00:00), nachylenie (0,1% nachylenia lub stopnia), odległość (1 m – 999.9 km/mil), METS (1 MET), nr programu, energia (1 kJ/kcal), fitness index (1), moc (1 W), tętno – opcjonalnie (bpm)  
Programy treningowe 42 programy/profile, w tym: 6 profili treningowych, skalowalnych, ponad 100 wariantów 28 profili testowych (UKK 2km Walktest, Bruce, Graded, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Ramp) 8 dowolnie konfigurowalnych programów z maks 40 krokami Komunikacja (standard) 1 x RS 232 com1 - 9600 bps: wraz z PC-protocol, h/p/cosmos coscom® & drukarkowy port szeregowy  
Oprogramowanie (standard) h/p/cosmos para control® do wyświetlania danych i zdalnej kontroli wraz z kablem 5 m  
Zasilanie 200-240V, 1~/N/PE 50/60 Hz, 16A, dedykowana linia i bezpiecznik  
Kolor ramy Białe, RAL 9010  
Certyfikacja CE (pluto) lub CE dla wyrobów medycznych (pluto med)  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem zaoferowania poręczy na całej długości pasa treningowego oraz bieżni z certyfikatem dla wyrobów medycznych.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

*z- ca Dyrektora ds. lecznictwa  
Jarosław Gucwa*

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				