

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -
myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019

Bochnia, dn. 06.03.2019 r.



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - *myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie*, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści pojemność minimalną myjki?: jednocześnie 1 „basen” z pokrywką i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” Uzasadnienie: *jest to standardowy załadunek uwzględniający różne gabaryty dostępnych na polskim rynku basenów i kaczek?*
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część II A. Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię z 2019 r. co jest parametrem lepszym niż podany w SIWZ?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w komorę wykonaną ze stali kwasoodpornej metodą głębokiego tłoczenia? Na rynku znajdują się również urządzenia wyposażone w komory spawane oraz plastikowe, które odznaczają się znacznie niższą wytrzymałością niż stalowe komory tłoczone.
Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ wymaga myjki wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej, a więc i komory.*
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 2 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na jednoczesne mycie 1 basenu oraz 2 kaczek czy też zamiennie 1 basen z pokrywką lub 2 kaczki?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie było wystawione przez jednostkę posiadającą akredytację?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o szerokości 54,5 cm i wysokości 163 cm? Przy podanych wymiarach trudno jest myć jednocześnie 1 basen wraz z pokrywką oraz 2 kaczki.
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ*
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 15 - Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób automatyczne otwieranie drzwi komory aktywowane czujnikiem podczerwieni ma umożliwiać kontrolę zakażeń.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -
myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że automatyczne otwieranie drzwi komory aktywowane czujnikiem podczerwieni ma umożliwić kontrolę zakażeń to brak kontaktu z potencjalnym źródłem zakażenia

8. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system automatycznego dozowania detergentu w zależności od wybranego programu pracy? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze i nowocześniejsze niż dodatkowy przycisk do dozowania detergentu
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
9. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy 3,05kW przy zasilaniu 1-fazowym (230V, 50Hz) i 5,05kW przy zasilaniu 3-fazowym (400V, 50Hz), co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Wyższa moc nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie, pozwala natomiast na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
10. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 39 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której układ mycia składa się z centralnej (rotacyjnej) głowicy natryskowej oraz 5 dysz natryskowych? Rozwiązanie takie jest tożsame z opisanym w SIWZ i gwarantuje osiąganie doskonałych rezultatów mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
11. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 41 - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza na zasadzie równoważności 2 sposoby suszenia: mechaniczne wymuszonym obiegiem powietrza oraz suszenie konwekcyjne, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażone w system suszenia konwekcyjnego? Rozwiązanie takie pozwala na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnych elementów jak suszarka. Dodatkowo suszenie nawiewowe wymaga regularnej wymiany filtrów HEPA, co znacznie podnosi koszty eksploatacji urządzenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
12. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 42 - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 41 Zamawiający odstąpi od wymogu p. 42 jako nie mającego uzasadnienia funkcjonalnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
13. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 43 - Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o konstrukcji i działaniu urządzenia zgodnym z PN-EN 15883 Zamawiający ma na myśli, aby zaofiarowana myjnia spełniała wymagania normy PN-EN ISO 15883-1 oraz 3?
Odpowiedź: Tak
14. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część IV Poz. 7 - Prosimy o doprecyzowanie, czy koszty serwisów mają obejmować dojazd serwisanta, robociznę czy również koszt materiałów zużywalnych wymienionych w trakcie przeglądu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w punkcie Część IV Poz. 7 wymaga podania ilości bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym, ponadto w § 5 umowy zostały opisane warunki gwarancji.
15. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część IV Poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 12 na: "Liczba napraw tego samego elementu w okresie gwarancji,

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -
myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019

uprawniająca Zamawiającego do wymiany elementu na nowy - max. 3 naprawy". Pozostawienie zapisu w dotychczasowej wersji stawia oferenta w dużo gorszej sytuacji w stosunku do Zamawiającego. Przyczyny awarii mogą być bardzo różne, również zawinione przez osoby obsługujące urządzenie czy czynniki zewnętrzne (np. skoki lub zaniki napięcia, wodę itp.).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w higieniczną komorę głęboko tłoczona bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych (bram możliwości gromadzenia zabrudzeń) z dyszami z tworzywa sztucznego odpornymi na wysoką temperaturę i środków chemiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

17. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wys. 1630 x szer. 545 x gł. 475mm nieznacznie różniących się o wymaganych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie otwierane automatycznie przy pomocy przycisku nożnego, natomiast zamykane ręcznie? Jest to parametr gwarantujący komfort oraz wygodę użytkownika

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

19. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dla cyklu krótkiego zużycie wody wynoszące 14l, natomiast dla standardowego oraz intensywnego 35l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 28 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość aktywacji/dezaktywacji dozowania detergentu w menu obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

21. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 31 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, 50Hz, o mocy zasilania 5,05? Jest to parametr zwiększający wydajność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

22. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyłącznik elektryczny dla zasilania głównego umiejscowiony przy urządzeniu na zasilaniu



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

23. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

24. **Treść pytania:** dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował produkt, który posiada ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.) - ważne

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -
myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019

deklaracje zgodności CE oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ wymaga dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej tj.: Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.-

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 12.03.2019 r. godzina 12:00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 06.03.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych



Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540043398-N-2019 z dnia 06.03.2019r.
- SIWZ – zmiana
- Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ
- Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ
-

p.o. Dyrektor

Jarosław Kycia

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				