

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

Bochnia, dn. 13.02.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ



Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - II, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 3, 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szafek wiszących o głębokości 370mm?  
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
- Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 3, 6: Czy Zamawiający oczekuje wykonania szafek wiszących wyposażonych w drzwi pełne czy przeszkolone szkłem bezpiecznym?  
Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje wykonania szafek wiszących wyposażonych w drzwi pełne*
- Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia baterii sztorcowej czy ściennej?  
Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje dostarczenia baterii sztorcowej.*
- Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia baterii zwykłej czy z przedłużonym uchwytem klinicznym (łokciowej)?  
Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje baterii z przedłużonym uchwytem klinicznym (łokciowej)?*
- Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 7: Czy Zamawiający z uwagi na podłączenia instalacji wodnej (min. syfon) wyrazi zgodę na dostarczenie szafki bez półki środkowej?  
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
- Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika narzędziowego wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm, w obudowie z tworzywa sztucznego, jak na załączonej wizualizacji?



Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

7. **Treść pytania:** Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stolika opatrunkowego o wymiarach blatu (dłxszxw) w mm: 650x400 i wymiarach zewnętrznych (dłxszxwxs) w mm (podana wartość z uchwytem do prowadzenia i odbojnikami): 765x470x880?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ
8. **Treść pytania:** Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stolika opatrunkowego o wymiarach blatu (dłxszxw) w mm: 750x650 i wymiarach zewnętrznych (dłxszxwxs) w mm (podana wartość z uchwytem do prowadzenia i odbojnikami): 865x720x880?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. **Treść pytania:** Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 1-8, 10-13p; wyroby niemedyce: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE na rzecz przekazania wraz z dostawą dokumentów wskazanych poniżej gwarantujących, że oferowany wyrób jest bezpieczny i wykonany zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi? Dokumenty/dopuszczenia: atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia; certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz deklaracja jakości wystawiona przez Producenta.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia, deklaracja jakości wystawiona przez Producenta- jednocześnie wprowadza zmianę do SIWZ.
10. **Treść pytania:** Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 40 dni, licząc od daty przesłania zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona data końcowa tj. 30.06.2019r.?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ
11. **Treść pytania:** Dotyczy Pakietu nr 1 Wyposażenie technologiczne - pompy, stacje dokujące: W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 wysokiej klasy pomp infuzyjnych o poniższych parametrach:

Lp.	Stacja Dokująca
1.	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
2.	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22
3.	Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych
4.	Zatraskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego
5.	Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji
6.	Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji.
7.	Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący stany alarmowe podłączonych pomp przy użyciu kolorów
8.	Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący tryb pracy stacji (min. zasilanie, praca na baterii, komunikacja)
9.	Stacja wyposażona w dodatkowy akumulator zapewniający niezależne zasilanie podłączonych pomp przez min. 1 godzinę
10.	Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny)



Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

11.	Stacja wyposażona w porty do komunikacji, min. USB, Ethernet RJ45 oraz szeregowy RS232
12.	Każda stacja posiadająca licencję do transmisji danych w standardzie HL7
13.	Masa stacji dokującej maksymalnie 5,5 kg
Lp.	<b>POMPA STRZYKAWKOWA</b>
1.	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz
2.	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22
3.	Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
5.	Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
6.	Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla
7.	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego >10 godz. przy przepływie 5 ml/godz.
8.	Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie nie przekraczająca 2,2 kg
9.	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwyty na stałe wbudowanego w pompę.
10.	Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia.
11.	Zintegrowana z obudową ręczka do przenoszenia urządzenia
12.	Mocowanie strzykawki do czoła pompy
13.	Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji
14.	Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie
15.	Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie.
16.	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawk dostępnym na rynku polskim)
17.	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki
18.	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml
19.	Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz.
20.	Funkcja programowania infuzji 0,1 - 1200 ml/h, zależnie od objętości strzykawki (regulacja co 0,1 ml/h) 0,1 - 9,99 ml/h w trybie mikro (regulacja co 0,01 ml/h).
21.	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
22.	Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, µg, mg, U, mmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).
23.	Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji
24.	Trzy rodzaje bolusa: – Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h – Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu – Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia
25.	Dokładność mechanizmu pompy +/- 1%

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

26.	Wypełnienie lini 3 tryby – Obowiązkowy – Nieobowiązkowy – Zalecany
27.	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml
28.	Funkcja programowania czasu infuzji od 1min – 96 godzin
29.	Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji.
30.	Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy.
31.	22 progi ciśnienia okluzji (50-900 mmHg)
32.	Funkcja KVO (Keep Vein Open)
33.	Zróznicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości – od 0,1 do 5 ml/h – zapis ustawień
34.	Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności.
35.	Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym.
36.	Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.
37.	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)
38.	Wskaźnik pracy pompy widoczne z min 4 metrów
39.	Klawiatura symboliczna
40.	Komunikaty tekstowe w języku polskim
41.	Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia
42.	Wbudowana w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału
43.	Biblioteka leków do 150 z możliwością podziału na 19 profili wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)
44.	<b>Układ alarmów</b>
45.	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
46.	Alarm pustej strzykawki
47.	Alarm przypominający –zatrzymana infuzja
48.	Alarm okluzji
49.	Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia
50.	Alarm rozładowanego akumulatora
51.	Alarm braku lub źle założonej strzykawki
52.	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
53.	Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia
54.	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora
55.	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.
56.	Alarm wstępny przed końcem infuzji.
57.	Instrukcja obsługi w języku polskim
58.	Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

59. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

12. Treść pytania: Dotyczy projektu umowy zał. nr 3: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

13. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1: W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 (w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 2 ust. 6 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

14. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2: W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

15. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 3 W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

16. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 4 W przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 16 w Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Zapis dotyczy pakietu nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

17. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 5 W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto części umowy, której dotyczy naruszenie, za każdą postać naruszenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy naruszenie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

18. Treść pytania: Wnoszę o odstąpienie od wymogu przedstawienia certyfikatów potwierdzający posiadanie znaku CE oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla części oferowanych wyrobów obejmującej: w pakiecie nr 3 meble ze stali nierdzewnej.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

Wniosek swój argumentuję interpretacją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych art. 2 ust. 1 pkt. 3) Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zwanej dalej Ustawą zgodnie z którą aby przeznaczenie wyrobu zaklasyfikować do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, wyrób ten musi brać udział w zabiegu bezpośrednio. Tym samym, jeżeli wyrób nie jest używany w powyższych celach bezpośrednio nie może być on uznany za wyrób medyczny. Proponujemy, aby przedmiotowy wymóg posiadania znaku CE oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych w odniesieniu do przedstawionych powyżej wyrobów zastąpić wymogiem atestu sanitarnego oraz deklaracji producenta, potwierdzającej spełnienie wszystkich wymagań stawianych wyrobom medycznym, pomimo że, wyroby te nie mogą być uznane za wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 9

19. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 7 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 1 ,2 chłodziarki o wymiarach WxSxG 830x599x610 z półkami szklanymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 7 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 1 ,2 chłodziarki z półkami ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

21. Treść pytania: Pakiet 3 poz. 10, 11,12,13 Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania regały ze stali ocynkowanej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

22. Treść pytania: Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania regały ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.



Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 19.02.2019 r. godzina 13:00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakres wyposażenia technologicznego w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019

### INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 13.02.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych



#### Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540028527-N-2019 z dnia 13.02.2019r.
- SIWZ – zmiana
- Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ

*p.o. Dyrektor*

*Jarosław Kycia*

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				