

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II.  
- *myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie – (II)*  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-18/2019

Bochnia, dn. 02.04.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-18/2019

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie – (II), oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści konstrukcję myjki wykonaną ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości polimeru? Komora mycia z głęboko tłoczzonej stali nierdzewnej, jednolita komora bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawiania osadów oraz namnażania się bakterii, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front myjki i panel sterowania polimerowy.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści pojemność minimalną myjki?:  
– jednocześnie 1 „basen” z pokrywką i 1 „kaczka”  
– lub 3 „kaczki”  
Uzasadnienie: jest to standardowy załadunek uwzględniający różne gabaryty dostępnych na polskim rynku basenów i kaczek  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści min. dwa programy mycia i dezynfekcji: program ekonomiczny (do kaczek) oraz program normalny (do basenów)?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści myjkę bez programu do szybkiego splukiwania komory?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści poniższe zużycie wody?:  
- dla programu ekonomicznego: max. 13 litrów,  
- dla programu normalnego: max. 20 litrów  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przycisku dozowania detergentu?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowego wbudowanego w urządzenie włącznika energii elektrycznej dla zasilania głównego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część II A: Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię z 2019 r. co jest parametrem lepszym niż podany w SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część III A: Ad. 28 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w automatyczny system dozujący detergent co

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II.  
- *myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie – (II)*  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-18/2019

jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż opisany w SIWZ dodatkowy przycisk do ręcznego dozowania?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

10. **Treść pytania:** Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część III A: Ad. 31 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy 3,05kW przy zasilaniu 230V, 50Hz i 5,05kW przy zasilaniu 400V, 50Hz, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Wyższa moc nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenia, pozwala natomiast na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji.  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
11. **Treść pytania:** Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część III A: Ad. 39 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w obrotową, centralną głowicę myjącą do mycia i dezynfekcji wnętrza basenu oraz 5 dysz do mycia powierzchni zewnętrznych? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisany w SIWZ.  
*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*
12. **Treść pytania:** Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część III A: Ad. 41 - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
13. **Treść pytania:** Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część III A: Ad. 42 - Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał suszenia nawiewowego strumieniem powietrza myjnia, zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 powinna być wyposażona w filtr HEPA klasy min. H14?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
14. **Treść pytania:** Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część IV - Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji przedmiotu zamówienia: Ad. 7 - Prosimy o doprecyzowanie czy opisane w pkt. 7 bezpłatne przeglądy okresowe mają również obejmować koszty wymienianych części zużywalnych (np. filtry HEPA w przypadku suszenia nawiewowego)?  
*Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w punkcie Część IV Poz. 7 wymaga podania ilość Bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym, ponadto w § 5 umowy zostały opisane warunki gwarancji.*
15. **Treść pytania:** Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ  
Część IV - Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji przedmiotu zamówienia: Ad. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 12 na: "Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany podzespołu na nowy" - max. 3 naprawy? Przyczyny awarii mogą być różne i stawianie wymogu wymiany całego sprzętu na nowy stawia Zamawiającego w bardzo uprzywilejowanej pozycji w stosunku do oferentów.  
*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

*p.o. Dyrektor*

*Jarosław Kycia*

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				