

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019

Bochnia, dn. 14.08.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-33/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet nr 4. Ad. 16.c. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia z osobnym poziomem zero?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Treść pytania: Pakiet nr 4. Ad. 16.e. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru i wyświetlania wartości PPV, natomiast z możliwością wyboru czterech filtrów krzywej IBP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne Dotyczy pkt 5: Czy Zamawiający dopuści pompę z ochroną przed wilgotnością min. IP22?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne Dotyczy pkt 20: Czy Zamawiający dopuści pompę z szybkością dozowania nastawianą co 0,1 ml/h w zakresie min. 0,1-99,9 ml/h i co 1 ml w zakresie min. 100-500 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujące zmiany „Szybkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie min. 0,1-99,9 ml/h, co 0,1- 1 ml/h w zakresie min. 100-500 ml/h.”

5. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne Dotyczy pkt 24: Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością mechanizmu pomp +/-1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


6. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne Dotyczy pkt 25: Czy Zamawiający dopuści pompę z objętością infuzji min. 0,1-999ml, programowaną co 0,1 ml w zakresie 0,1-99,9 ml i co 1 ml w zakresie od 100 do 999ml?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujące zmiany „Objętość infuzji min. 0,1-999 ml, programowana co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 999ml”

7. Treść pytania: Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w §3 ust.1:

„W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust.1 (w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w §2 ust.5 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki”

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019

zapisem: „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust.1 (w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w §2 ust.5 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Treść pytania: Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 31 Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w §3 ust.3:

„W przypadku niedotrzymania któregoś terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki”

zapisem:

„W przypadku niedotrzymania któregoś terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Treść pytania: *Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE* – Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie, z techniczną możliwością, lecz bez potwierdzenia w dokumentacji o infuzji dotętnicznej ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Treść pytania: *Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE* – Pkt. 5 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować punktację z punktu nr 5 ? Zamawiający oczekuje ochrony przed wilgocią min. IP31, która zawiera oczekiwaną ochronę na poziomie „1”, czyli bardzo słabym. Biorąc pod uwagę wymagany parametr, czy Zamawiający przyzna 2 punkty za pompy o klasie ochrony przed wilgocią IP24 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie podpunktu b) punkt 12 Wyposażeni: ładowarka akumulatorów nie jest wbudowana w urządzenie, w jaki sposób opisać parametr w części „Wartość oferowana”, czy wpisanie NIE, nie będzie oznaczać brak spełnienia parametru wymaganego i tym samym odrzucenie oferty?



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w/w punkcie należy wpisać TAK jeśli ładowarka nie jest wbudowana w urządzenie (w tym przypadku Zamawiający wymaga dostarczenia ładowarki), natomiast jeśli jest wbudowana w urządzenie należy wpisać NIE (w tym przypadku Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowej ładowarki)

12. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W sytuacji, kiedy Zamawiający potwierdzi wymóg „ładowarka akumulatorów nie jest wbudowana w urządzenie”, pytamy czy zostanie dopuszczony aparat wyposażony w wewnętrzną ładowarkę akumulatorów – ładowanie odbywa się po podłączeniu urządzenia do prądu, bez potrzeby wyciągania akumulatora i korzystania z dodatkowych podnoszących cenę akcesoriów (ładowarka zewnętrzna)?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza aparat wyposażony w wewnętrzną ładowarkę akumulatorów.

13. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie pozwalało na zmianę czasu przerwy na wentylację podczas kompresji klatki piersiowej (synchronizacja pracy urządzenia z respiratorem) co znacząco wpłynie na jakość prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u pacjentów ze współistniejącymi

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  ISO 9001<br>LL-C (Certification) |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |  |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |  |   |

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019

chorobami układu oddechowego u których należy rozważyć inne czasy oraz ciśnienia podczas wentylacji (zmieniona patologicznie podatność lub rezystencja płuc).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane urządzenie posiadało budowę jednoramienną, pozwalającą na wykonywanie badań oraz zabiegów diagnostyki obrazowej (możliwość projekcji "skosów" oraz "nóg i głowy") bez zakłóceń w obrazie RTG? Wyjaśniamy, że takie rozwiązanie jest bardzo istotne w trakcie wspomnianych procedur medycznych, gdyż daje Państwu pełne możliwości wykonania badań obrazowych w trakcie prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych. Rozwiązanie to, pozwala również na wykonanie wkłuc centralnych w obrębie szyi, pod pełną kontrolą wzrokową. Pragniemy dodać że nie jest to parametr ograniczający, ponieważ są na rynku inne firmy posiadające wspomnianą wyżej funkcjonalność, jest on natomiast istotny pod kątem zastosowań klinicznych oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

15. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z urządzeniem 2 elementów bezpośredniego kontaktu, dla dorosłych i dzieci oraz dla pacjentów bariatrycznych, wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

16. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ Dotyczy realizacja umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy? Ze względu na sezon letni większość producentów ofertowanego sprzętu ma przerwę w produkcji co wpływa na wydłużenie terminu realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. Treść pytania: Pytanie do pkt. 6: Zapis, proponowany przez Zamawiającego do umowy spowodowałby, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia, za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają wadliwym modyfikacjom a czynności związane z obsługą techniczną (przeglądy, naprawy) wykonywane są w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy pogwarancyjne, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji technik serwisu może przeszkolić pracowników Działu Technicznego wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: - obsługi technicznej aparatu, - procedur okresowych czynności konserwacyjnych, - diagnostyki i identyfikacji błędów. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu lub zmianę zapisu z uwagi na wysokie ryzyko wadliwego działania sprzętu po dokonywaniu czynności serwisowych przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia oraz wyposażenie specjalistycznego i poniesienie z tego tytułu wyłącznej odpowiedzialności przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeszkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie: - obsługi technicznej aparatu, - procedur okresowych czynności konserwacyjnych, - diagnostyki i identyfikacji błędów.

18. Treść pytania: Pytanie do pkt. 11: ATS Serwis Techniczny Aescualp Chifa sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym serwisem firmy BBraun w Polsce i nie jest upoważniony do udostępniania dokumentacji serwisowej lub oprogramowania serwisowego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów technicznych tj. instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego oraz podstawowych informacji

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  <p>ISO 9001<br/>LL-C (Certification)</p> |  <p>CERTYFIKAT 2018/2</p> |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |  |  |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |  |  |

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019

techniczno-serwisowych zawierających: - wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego, - wykazów części zamiennych wraz z numerami katalogowymi, - opis czynności wymiany elementów eksploatacyjnych oraz części zamiennych nie wymagających stosowania oprogramowania serwisowego. Nadmieniamy, że oferowane przez nas urządzenia nie posiadają kodów oraz haseł dostępu uniemożliwiających serwisowanie osobą posiadającym odpowiednie oprzyrządowanie i odbyte specjalistyczne szkolenia. Wnioskujemy o odstąpienie od obowiązku dostarczenia instrukcji serwisowej / oprogramowania serwisowego lub zmianę zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji dotyczącej przeglądów w języku polskim zawierającą min. in.: wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego, wykazów części zamiennych wraz z numerami katalogowymi, opis czynności wymiany elementów eksploatacyjnych oraz części zamiennych nie wymagających stosowania oprogramowania serwisowego.

19. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 (w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 2 ust. 5 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedostarczenia któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

21. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedotrzymania któregośkolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto reklamowanego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



22. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 16 w Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

23. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto nienależycie wykonanego przedmiotu umowy, za każdą postać naruszenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie wykonanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  ISO 9001<br>LL-C (Certification) |  Certyfikat 2018/2 |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |  |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiazki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |  |   |

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019

24. Treść pytania: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

25. Treść pytania: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 3)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

26. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania: Dot. pkt. 8 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał wbudowanego w pompie, systemu mocowania na standardowej szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o minimalnym zakresie średnicy od 15mm do 45mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów? Dodatkowo montowane akcesoria są niewygodne w razie nagłej potrzeby użycia mogą się zawieruszyć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

27. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania: Dot. pkt. 25 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał 24 godzinnego rejestru, umożliwiającego przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji? Taka funkcjonalność jest niezwykle przydatna i bardzo ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

28. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania: Dot. pkt. 30 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby informacje: o objętości leku jaką pacjent otrzymał, o czasie pozostającym do opróżnienia strzykawki lub końcu infuzji, stanie naładowania akumulatora były wyświetlane jednocześnie na dużym, czytelnym wyświetlaczu wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

29. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania: Dot. pkt. 31 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby historia zdarzeń np. alarmowych (nie mniej niż 5000 zapisów/lub1rok) była przechowywana w pamięci pompy, by była dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

30. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 ochrony przez wilgotnością IP22, spełniając przy tym wszystkie pozostałe wymagane parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i informację, czy Zamawiający wymaga pompy z klawiaturą numeryczną, która umożliwia szybkie wprowadzanie wartości.

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |



*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II*  
**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

32. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i informację, czy Zamawiający wymaga pompy z kolorowym ekranem dotykowym, która pozwala na szybszą pracę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

33. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą 7 zakresów fal z możliwością zapisów trendów z ostatnich 720 h bez funkcji „holterowskiej”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

34. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11\_Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą bez możliwości obliczeń hemodynamicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

35. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11e Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych z prędkością kreślenia do wyboru 12,5 mm/s / 25 mm/s / 50 mm/s?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

36. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11g Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych z czułością 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

37. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11i Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

38. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 13d Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

39. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 16c Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez funkcji wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

40. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 16d Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez funkcji wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętnicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

41. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 16e Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez możliwości pomiaru i wyświetlania wartości PPV (zmiennosc ciśnienia tętna)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

42. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 27b Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez funkcji podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru?

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>            |   |   | <br>ISO 9001<br>LL-C (Certification) | <br>CERTYFIKAT 2018/2 |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |  |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |  |

*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II*  
**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019**

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ*

43. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 27c Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez funkcji informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

44. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych z portem USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci, bez możliwości przenoszenia konfiguracji między monitorami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

45. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych bez złącza do podłączenia monitora kopiującego VGA?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

46. Treść pytania: Punkt nr5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej w klasie ochrony IP 23.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

47. Treść pytania: Punkt 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej bez funkcji wyświetlania nazwy oddziału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

48. Treść pytania: dotyczy aparatu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej – pakiet nr 3. Czy Zamawiający, z racji charakteru pracy aparatu w Oddziale SOR, będzie punktował urządzenie o najniższej wadze kompletnego zestawu roboczego? Proponujemy aparat z wagą max. 5 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

49. Treść pytania: dotyczy aparatu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej – pakiet nr 3. Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat do mechanicznego uciskania klatki piersiowej pracował w normalnym trybie, bez żadnych przerw w kompresji klatki piersiowej w przypadku podłączenia go jedynie do zasilania sieciowego, także bez akumulatora w obwodzie zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

50. Treść pytania: dotyczy aparatu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej – pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wykonujące kompresję klatki piersiowej z głębokością w zakresie od 4 do 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem, że powyższy parametr jest zgodny z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji z roku 2015.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 14.08.2019 r., na podstawie art. 38 ust 4a pkt 2) ustawy Pzp została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji,

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>            |   |   |  <b>ISO 9001</b><br>LL-C (Certification) |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II*  
**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019**

informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W Załączniku nr 1A SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 30.08.2019 r. godzina 11:00

ZMIANY W SIWZ - Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.



Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

**Załączniki**

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - tymczasowy nr referencyjny 19-398852-001
- SIWZ – zmiana
- Załącznik nr 1A

p.o. DYREKTOR  
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>            |   |   |  <b>ISO 9001</b><br>LL-C (Certification) |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |