

Bochnia, dnia 24.02.2021r.

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

DZ-271-1-2/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu medycznego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 1 Monitora rzutu serca w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą małoinwazyjną.

Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi bez użycia cewnika Swan-Ganza - drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) w oparciu o dotychczas stosowane systemy i procedury pomiaru ciśnienia inwazyjnego przy wykorzystaniu sygnału z kardiomonitora przyłóżkowego;

Pomiar rzutu serca realizowany poprzez podłączenie w sposób szeregowy z przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego realizującego pomiar IBP u pacjenta; Urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,- ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego;

Parametry monitorowane lub wyliczane w czasie rzeczywistym w cyklu skurcz-skurcz:

- rzut serca (CO);
- rzut serca indeksowany (CI);
- objętość wyrzutowa (SV);
- indeks objętości wyrzutowej (SVI);
- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);
- indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI)
- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);
- ciśnienie średnie tętnicze (MAP);
- częstość akcji serca (HR);
- zmienność ciśnienia tętna (PPV);

Wyświetlanie danych w postaci ekranów:

- kokpit;
- interwencyjny;
- fizjologiczny
- zogniskowany - graficzny;
- tabelaryczny;

Ekran dotykowy o przekątnej 15 cali i rozdzielczości min 1024x768;



Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe, Ethernet;

Dodatkowe zasilanie akumulatorowe;

Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku (do dalszej obróbki) lub JPG;

Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach;

Menu w języku polskim;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 2				

Waga aparatu 4,7 kg;
Zestaw jezdny do zamontowania monitora;
Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim;
Instrukcja obsługi w języku polskim;
Okres gwarancji urządzenia 24 m-ce;
Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2021.
Możliwość rozliczania przez NFZ procedury pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych wg aktualnej skali TISS 28”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza powyższy opis, ale nie wymaga. Jednocześnie informuje, że wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji (parametr punktowany).

UWAGA!

W przypadku zaoferowania sprzętu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ w kolumnie - PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 2				