

Bochnia, dn. 17.03.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-3/2021

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 13 w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o wyłączenie pozycji 1, 5, 9 z pakietu 13 utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 13 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP

1) art. 7 ust.1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu



2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu Zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego Zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego Zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie Zamówienia w postępowaniu:

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu Zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie Zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. **Treść pytania:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przez Wykonawcę w pakiecie nr 10 poz. 10 odczynnika Dolichotest w opakowaniach handlowych 2 x 2 ml? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania 1 opakowania 2 x 2 ml, ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 14				

3. Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przez Wykonawcę w pakiecie nr 10 poz. 8 i 14 odczynników z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

4. Treść pytania: Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 13 w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o wyłączenie poz. 1, 5 i 9 z Zadania 13 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu. Obecnie przygotowany pakiet asortymentu w Zadaniu 13 faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada w swoim portfolio zarówno testy immunochromatograficzne, test RPR oraz testy lateksowe. Czy Zamawiający podzieli Zadanie 13 w następujący sposób :

- testy immunochromatograficzne
- test RPR
- testy lateksowe

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny przetargowe.

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

5. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga zaferowania podłoża Columbia CAP Agar z dodatkiem aztreonamu?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

6. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający w pozycji nr 10 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z krwią końska przeznaczonego do identyfikacji Gardnerella vaginalis?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

7. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający w pozycji nr 20 wyrazi zgodę na zaferowanie testu lateksowego w postaci płynnej wykrywającego tylko koagulazę i białko A?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

8. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający wymaga zaferowania podłoża od dostawcy który posiada certyfikat ISO 17025? (Uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności)

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

9. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 4 –7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*



10. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: parametry graniczne dla odczynników –Czy Zamawiający zgodzi się na samodzielne pobranie certyfikatów kontroli jakości oraz instrukcji wykonania testów bezpośrednio ze strony wykonawcy? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

11. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści analizator do posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych z roku produkcji 2010, w pełni sprawny po przeglądzie technicznym ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

12. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie do góry i zaferowanie nasadek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

do przesiewania butelek pozytywnych z poz. 7 w ilości 576 szt z uwagi na niestandardowe konfekcjonowanie po 288 szt. w opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi poniższy zapis do umowy: „Zamawiający dopuszcza, aby serwis aparatu w czasie obowiązywania Umowy był realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom Laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”

14. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie i wycenę podłoża Typtyzowo –sojowego z dodatkiem krwi baraniej w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli jakości dla testów przez okres 24 miesięcy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

15. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z poz. 1-8 z minimalnym terminem ważności 4 –6miesiący od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

16. Treść pytania: dot. projektu umowy: §2 ust. 5 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Rodzaj i ilość Towaru określone będą w bieżących zamówieniach, składanych przez Zamawiającego pisemnie lub poprzez email na następujące adresy:”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość składania zamówień bez użycia faksu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości u Wykonawcy.

17. Treść pytania: dot. projektu umowy: §2A ust. 7 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Możliwości zgłaszania awarii w godzinach od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku – telefonicznie lub email (na adres:),”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość składania zamówień bez użycia faksu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości u Wykonawcy.

18. Treść pytania: dot. projektu umowy: §2A ust. 8 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub usunięcia awarii w terminie do 72 godzin roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania zgłoszenia awarii –telefonicznie lub email. Nie usunięcie usterki w w/w czasie będzie związane z koniecznością, według wyboru przez Zamawiającego, zapewnienia przez Wykonawcę aparatu zastępczego na czas naprawy lub z pokryciem kosztów badań wykonanych w pracowni zewnętrznej.”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość składania zamówień bez użycia faksu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości u Wykonawcy.

19. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 2 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość komunikacji bez użycia faksu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości u Wykonawcy.

20. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 3 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania oraz powiadomić w tym czasie Zamawiającego o działaniach powziętych w celu zniwelowania stwierdzonych uchybień w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy.

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie okresu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji. Wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki do przeprowadzenia procedury związanej z oceną zasadności zgłoszonych wad.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadzi zmiany do umowy.

21. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 8 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość komunikacji bez użycia faksu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości u Wykonawcy.

22. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 10 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego Towaru w przewidzianym Umową terminie lub naruszenia postanowień § 3 ust. 3 lub ust. 4 Zamawiającemu po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przysługuje prawo do nabycia, na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie dostarczonego Towaru lub jego odpowiednika u innego dostawcy (zakup interwencyjny):”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

23. Treść pytania: dot. projektu umowy: §5 ust. 6 –Czy w odniesieniu do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z kilku pakietów, przedmiotowa kara umowna będzie liczona od wartości pakietu, którego dotyczy zakup interwencyjny czy też od wartości wszystkich pakietów łącznie, o których udzielenie ubiega się Wykonawca ?



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem SWZ Umowa zostanie zawarta na każdy pakiet odrębnie

24. Treść pytania: dot. projektu umowy: §5 ust. 6 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku innych, niż wskazane powyżej, naruszeń umowy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdą postać naruszenia Umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

25. Treść pytania: dot. projektu umowy: §5 ust. 7 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

26. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 12 należy zaferować surowice IgG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
27. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 9 należy zaferować krwinki w ilości 12 ml czy 12 zestawów?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
28. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 15 można zaferować krwinki do ABO w zestawach 3x5 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
29. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 15 można zaferować krwinki do ABO w zestawach 3x10 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
30. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w pozycji nr 15 krwinek wzorcowych do ABO gęstych czyli o Hematokrycie Ht 20-25% (poziom zawartości krwinek w roztworze)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
31. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy Zamawiający pozwoli na dostawy krwinek i odczynników na podstawie harmonogramu ustalonego z laboratorium? Wskazujemy, że krwinki produkuje się zgodnie z harmonogramem z UKKCZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w postanowieniach umownych Zamawiający dopuszcza.
32. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy odczynnik PBS oraz LISS można zaferować bez pipet tylko w butelkach z zakrętką lub dozownikiem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
33. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu nr 10 nie wymaga się żadnych środków dowodowych w zakresie przedmiotowym (pkt II.8.SWZ.)
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
34. Treść pytania: dot. Pakietu nr 4 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora: Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 20
35. Treść pytania: dot. Pakietu nr 4 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora: Prosimy o wykreślenie zapisów §5 ust. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną towaru oraz zostaje zmniejszona wartość Umowy o wartość tego zakupu co samo w sobie stanowi karę za niedotrzymanie wymaganych terminów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.
36. Treść pytania: dot. Pakietu nr 4 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora: Czy w zakresie opisu parametrów ocenianych powyżej wymagań granicznych, w zakresie wydajności dla oznaczeń:
- PT, APTT, fibrynogen minimum 48 testów/godzinę – 10 punktów
 - D dimery minimum 16 testów/godzinę – 10 punktów
 - PT minimum 60 testów/godzinę – 10 punktów
- nie nastąpiła omyłka, w związku z czym opis powinien brzmieć:
- PT, APTT, fibrynogen powyżej 48 testów/godzinę – 10 punktów
 - D dimery powyżej 16 testów/godzinę – 10 punktów
 - PT powyżej 60 testów/godzinę – 10 punktów
- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła pomyłka, prawidłowy opis brzmi:
- PT, APTT, fibrynogen powyżej 48 testów/godzinę – 10 punktów
 - D dimery powyżej 16 testów/godzinę – 10 punktów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

- PT powyżej 60 testów/godzinę – 10 punktów

37. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do opisu wirówki: Wymagania graniczne pkt 4 :Wirówka do mikrokart (2 szt.) na 4 - 8 kart, stała prędkość wirowania, wyjmowany rotor w celu dezynfekcji, wymiary nie przekraczające 30/35/20 waga wirówka + rotor do 10 kg, maksymalny pobór mocy do 40 VA.

Opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z art. 16 pzp oraz art. 99 pzp, ponieważ wymagania wprost wskazują parametry wirówki marki DiaMed dlatego wnosimy jak poniżej:

1. Wnosimy o dopuszczenie wirówek na 12 do 24 kart

2. Odstąpienie od bezwzględnie wymaganej wartości wagi do 10 kg ciężaru oraz wymiarów które są charakterystyczne dla sprzętu DiaMed i nie ma wartości dla jakości badań/diagnostyki.

3. Dopuszczenie wymiarów do wartości wyrażonych w cm 37/43,2/26

Parametry (czas wirowania i siła odśrodkowa) wykonywania badań diagnostycznych przy użyciu wirówki na 12 i 24 karty są takie same jak wirówki 6-8 kart. Gabarytowo wirówka znacząco nie odbiega od wymiarów wirówki na 6 – 8 kart z jednoczesnym zużywaniem takiej samej ilości prądu. W związku z tym zasadność zaoferowania dwóch wirówek 6-8 kart wynikająca z trudności lokalowych ewentualnie większej ilości zużycia prądu nie ma zastosowania. Jednocześnie wskazujemy, że proponowane wirówki są wyciszone (prawie bezgłośne), co jest znaczące dla personelu (przepisy BHP)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

38. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych Zamawiający wymaga aby ilość opakowań była dostosowana do ilości wykonywanych badań. W przypadku niedoszacowania ilości kart, odczynników i materiałów pomocniczych do ilości wykonywanych badań wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujące odczynniki oraz materiały pomocnicze nieodpłatnie. Prosimy i wyjaśnienie czy Zamawiający będzie potrafił odróżnić celowe niedoszacowanie od nieumyślnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

39. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych pkt 2: Czy Zamawiający dopuści karty z terminem ważności 6-9 miesięcy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

40. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych pkt 4 Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 stopnia dla odczynników krwinkowych lub wrażliwych na temperaturę. W każdej z dostaw wydruk temperatury transportu od momentu pobrania z magazynu do przekazania odbiorcy,

a) Czy wydruk temperatury może być dostarczony po dostawie na wskazany email ponieważ obowiązują nowe procedury dostaw w związku z pandemią?

b) Czy można dostarczyć krwinki zgodnie z wymaganiami producenta czyli bez dostaw monitorowanych na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy/producenta?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

41. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagania: Dotyczy pkt. 14 - Materiały kontrolne do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla testów kolumnowych , mają zawierać minimum 2 różne próbki krwi pełnej, w tym jedna RhD dodatnia i RhD ujemna. Jedna z próbek ma zwierać przeciwciała anty-D o mianie 0,05 IU/ml opisane na produkcie, a druga przeciwciała anty Fya opisane na produkcie. Należy zaoferować min. 24 zestawy gdzie za jeden zestaw przyjmuje się min. 2 próbki zawierające min. 5ml grupy A Rh D– (ujemny) i min. 2 próbki zawierające min. 5 ml grupy B Rh D+ (dodatni), z terminem trwałości po otwarciu min. 2 tygodnie, aby zapewnić codzienną wewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości przez cały czas trwania umowy. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna od tego samego producenta co oferowana mikrometoda.

Zamawiający opisał zestaw produkcji DiaMed dlatego wnosimy o dopuszczenie zestawu kontrolnego zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia; zestaw ma zawierać: jedna z próbek posiada przeciwciała np. anty-D ,anty-Fya. Zestaw może zawierać jedno z wymienionych przeciwciał (słabe anty-D jest równoważne do słabego Fya) a nie oba jednocześnie. Dopuszcza się aby zestaw zawierał przeciwciała anty-D lub Fya oraz anty-K lub anty K Zgodnie z pkt II.7.3) wnosimy o wskazanie produktu równoważnego z uwzględnieniem wymagań Ministra Zdrowia w tym IHiT, europejskich norm i specyfikacji czyli wskazanie parametrów równoważnych.

Opisano bowiem produkt z USA.

UZASADNIENIE ART. 99 PZP: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

42. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu kontrolnego i końcówek do pipet z deklaracją CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Są to wyroby nie dostarczające informacji diagnostycznej (opinia Prezesa Urzędu Rejestracji), zatem nie muszą posiadać Certyfikat Jednostki notyfikowanej **lub** czy pozwoli na zaoferowanie produkty innego producenta? Wymaganie certyfikatu JN dla pozycji nr 13,14 jest wymaganiem zawyżonym i niezgodnym z przepisami art. 16 pzp, jednak skutecznie prowadzi do preferencji jednego producenta od wielu lat.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

43. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: **Zapytanie do pozycji 4** Oznaczenie fenotypu w zakresie C-Cw-c-E-e-K na jednej karcie oraz dodatkowej karty zawierającą kontrolę, zgodnie z metodyką wykonywania badania.
a) Czy można zaoferować karty C-c-E-e_K-kontrola
b) Czy można zaoferować karty C-c-E-e_K-kontrola i kartę z Cw?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

44. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych pkt 3 *Sprzęt i odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta w celu walidacji metody.* Czy można zaoferować w pozycji nr 1, 2 karty innego producenta -uzupełnienie oferty-pod warunkiem pełnej udokumentowanej walidacji i zgodności (kompatybilność i walidacja udokumentowana). Wówczas Zamawiający otrzyma ofertę konkurencyjną a nie jedną jak w latach poprzednich.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

45. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podane ilości badań zawierają ilości przeznaczone na codzienną wewnętrzną kontrolę jakości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej karty spełniającej oczekiwania Zamawiającego do oznaczania fenotypu w zakresie: D(VI+)-C-E-c-e-Cw-Kell-Ctl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

47. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, pozycja 6: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji nr 6 oczekuje dostarczenia kart, które są potrzebne do wykonania podanej ilości badań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający nie oczekuje kart

48. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu 4 krwinek wzorcowych do testu PTA-LISS?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

49. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, część II, dzierżawa: Czy w celu zapewnienia walidacji metody Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora, który pochodzi od tego samego producenta co wirówka oraz karty i odczynniki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

50. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla aparatury do badań serologicznych metodą mikrokolumnową żelową. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

51. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla aparatury do badań serologicznych metodą mikrokolumnową żelową, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki do mikrokart (2szt.) na 24 karty każda, która ma wymiary 41x52,5x18 cm?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

52. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla kart, odczynników, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, gdzie jedna z próbek zawiera przeciwciała anti-D o mianie około 0,05 IU/ml a druga przeciwciała anti Fya?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

53. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla kart, odczynników, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart do potwierdzania grupy krwi dawcy odczynnik anti-D wykrywający słabą ekspresję antygenu (DVI+), które są przechowywane w temperaturze 2-8 stopni C?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

54. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie długości trwania kontraktu. W umowie w rozdziale „termin i warunki realizacji umowy” §2 i w SIWZ w rozdziale II.9.1 czas trwania kontraktu podany jest jako 12 miesięcy, natomiast w formularzu asortymentowym dla pakietu nr 7 w części dzierżawa oraz w ilości zestawów kontrolnych jest 24 miesiące.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że umowa zawarta będzie na 24 miesiące.*

55. Treść pytania: dot. Pakiet 1: Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. 1 wymaganych parametrów granicznych dla odczynników, Formularz asortymentowy, Załącznik nr 1A do SIWZ: Ze względu na brak w ofercie firmy Randox sprawdzianu kontroli międzynarodowej do biochemii dla 53 parametrów, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie sprawdzianu dla 50 parametrów?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

56. Treść pytania: dot. Pakiet 1, pkt. 5 wymaganych parametrów granicznych dla analizatora, Formularz asortymentowy, załącznik nr 1A do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie czy przez pojęcie bezobsługowe Zamawiający wymaga aby elektrody nie wymagały uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis wykonawcy)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

57. Treść pytania: dot. pakietu nr 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki z 2019 roku oraz wirówek nie starszych niż 2019 rok?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

58. Treść pytania: dot. pakietu nr 1 i 2: Poprosimy o podanie na jaką ilość wydruków Oferent powinien zapewnić materiały zużywalne?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że miesięcznie wykonuje 2000 badań*

59. Treść pytania: dot. Pakiet nr 2 do pkt 7: Czy Zamawiający pod pojęciem max ilość próbki ma na myśli ilość próbki aspirowanej przez aparat?



Odpowiedź: *TAK*

60. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza taką możliwość.*

61. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu. W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego

62. **Treść pytania:** dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuacją globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.



Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego

63. **Treść pytania:** dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? **Uzasadnienie:** Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia.

Odpowiedź: Tak

64. **Treść pytania:** dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zmniejszenie nie mogło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

65. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? **Uzasadnienie:** Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

66. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 16

67. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

68. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 11 lit. b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że max 8 osób.

69. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 11 lit. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zpisem postanowienia umownego dopuszcza wersję elektroniczną

70. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego

71. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.5 pkt.a: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? **Uzasadnienie:** Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego

72. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „na swój koszt na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadzi zmianę do postanowienia umownego

73. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi poniższy zapis do umowy: W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie 10 dni od zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego elementu przedmiotu dzierżawy powodującego usterkę, a w przypadku braku takiej możliwości wymiany przedmiotu dzierżawy na sprawny, o nie gorszych parametrach technicznych

74. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie słów na końcu postanowienia „które będą pokrywane przez Zamawiającego”? Uzasadnienie: Wykonawca w ramach postanowień umowy przeprowadza szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, wobec czego Wykonawca nie powinien pokrywać kosztów napraw związanych z niezgodnym z instrukcją obsługiwaniem sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadzi zmianę do postanowienia umownego

75. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 3 ust.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania reklamacji do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

32-700, Bochnia
ul. Krakowska 31
REGON: 000304349
BDO: 000039566

NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01

Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 19

76. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 3 ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 20

77. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 3 ust.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? **Uzasadnienie:** Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

78. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 4 ust.4 i 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? **Uzasadnienie:** Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

79. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 4 ust.4 i 5: Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

80. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 4 ust.6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

81. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

82. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.4: Prosimy o usunięcie tego postanowienia umowy.



Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

83. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? **Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 483 par. 1 KC dotyczącym instytucji kary umownej, zapłata kary umownej stanowi formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Kara umowna zastępuje więc odszkodowanie z art. 471 KC [...]. Przemawia to za

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

przyjęciem wniosku, że jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania lub też wykona je nienależycie, to w razie braku szkody odpadnie konieczność zapłaty kary umownej (tak np. komentarz do KC red. Gniewek, 2019).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

84. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z 100% wartości wynagrodzenia brutto na 30 % wynagrodzenia brutto ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

85. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 6 ust.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia umowy i w zamian wprowadzenie wzoru zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

86. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 6 ust.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawcą należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

87. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 7 ust.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

88. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 7 ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

89. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 6 ust. 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego



90. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego.

91. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego

92. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 7 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 5 dodać następujące postanowienia: "6. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 12 z 14				

prorowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. 7. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 8. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę. 9. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego

93. Treść pytania: dot. pakietu nr 7 Wskazujemy, że poniższe propozycje i zapytania uwzględniają wymagania krajowe Ministerstwa Zdrowia, normy, specyfikacje europejskie: Czy można zaoferować w pozycji nr 1 kartę dla noworodka o profilu: A-B-AB-D-AHG-CTL lub wnosimy dopuszczenie innej technologii czyli naniesienie odczynnika anty-DVI+ lub innego pochodzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

94. Treść pytania: dot. pakietu nr 7 Wskazujemy, że poniższe propozycje i zapytania uwzględniają wymagania krajowe Ministerstwa Zdrowia, normy, specyfikacje europejskie: Czy w pozycji nr 3: A-B-D-Neutral-Neutral-Neutral wnosimy dopuszczenie innej technologii czyli naniesienie odczynnika anty-DVI+ lub innego pochodzenia.

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga w pozycji nr 5 karty z DVI+ (ilość badań 3450) na których można wykonać zgodnie z przepisami potwierdzenie badan noworodka poz 1 i dorosłego poz 3. Nie jest koniecznym aby na kartach z pozycji nr 1 oraz 3 naniesione były odczynniki anty-DVI+, o czym wiadomo zapewne personelowi.

Zgodnie z art. 99 pzp. wnosimy o dopuszczenie innego równoważnego rozwiązania łącznie z opisem produktu równoważnego. Prosimy o uwzględnienie technologii niemieckiej oraz specyfikacji i norm europejskich w celu zgodności a art. 16 pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

95. Treść pytania: dot. pakietu 17 pozycja 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 17 pozycji nr 3 „Szybki immunochromatograficzny test jakościowy do wykrywania wszystkich 5 klas karbapenemaz KPC, OXA,VIM,IMP,NDM w jednej kastce. Czułosc i specyficzność testu powinna wynosić 100% oraz Test próbówkowy do wykrywania kerbapenemaz u wieloopornych pałeczek Gram ujemnych”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

96. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że w rozdziale II pkt 9.1) SWZ oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy doszło do omyłki pisarskiej i sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać przez okres 24 miesięcy na co wskazuje opis przedmiotu zamówienia zawartym w Pakiecie nr 7 (zał. nr 1A do SWZ) oraz treść ogłoszenia II.2.7)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

97. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram dostaw o którym mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy dotyczy dostawy towaru z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej tj. w szczególności pakietu nr 7?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że harmonogram dostaw o którym mowa w § 2 ust. 6 dotyczy pakietu nr 7, 10



98. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że podane przez Zamawiającego ilości badań w kolumnie „Szacunkowa ilość badań” formularza asortymentowego, w szczególności dla pozycji nr 2, 3 oraz 9 Część I – Odczynniki (zał. nr 1A do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy) są odpowiednie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

99. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. nr 4 formularza asortymentowego Część I - Odczynniki (zał. nr 1A do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy) ilość dodatkowych kart z kontrolą należy oszacować i zaoferować przy założeniu, że badania kontrolne fenotypu Zamawiający będzie wykonywał raz w tygodniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

100. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowania zestawu materiału kontrolnego do codziennej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla testów kolumnowych (dot. poz. nr 14 formularza asortymentowego Część I - Odczynniki (zał. nr 1A do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy) składającego się z oddzielnych 4 probówek dla każdej z 2 różnych próbek krwi pełnej (jednej RhD dodatniej i jednej RHD ujemnej)), Zamawiający dopuszcza termin trwałości dla każdej z probówek po otwarciu min. 1 tydzień, co zapewnia codzienną wewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości przez cały czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

101. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierzawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów SWZ odnośnie możliwości zaferowania produktów równoważnych, Zamawiający w Pakiecie 7 bezwzględnie wymaga, aby badania o podanym w formularzu asortymentowo-cenowym profilu (zał. nr 1A do SWZ) były wykonywane na jednej karcie (z wyłączeniem dodatkowej karty zawierającej kontrolę o której mowa w poz. nr 4)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

102. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierzawą aparatury diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie próbki krwi niezbędnej do wykonania badań określonych w przedmiotowej części SWZ, Zamawiający będzie wykonywał przy użyciu pipet ogólnodostępnych w laboratorium Zamawiającego, stanowiących standardowe wyposażenie laboratorium?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

103. Treść pytania: Dotyczy Pakiet 13 Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści test do wykrywania krwi w kale o parametrach: czułość 98% swoistość 98,7%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

104. Treść pytania: Dotyczy Pakiet 13 Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści test do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale o parametrach: czułość 98,8 % swoistość 98,4%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

105. Treść pytania: Dotyczy Pakiet 13 Pozycja 7 – Zamawiający wymaga testu 10 parametrowego, natomiast w opisie zostało wymienione 12 parametrów, prosimy o doprecyzowanie jakiego testu i jakich parametrów Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

ZMIANY W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.



Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Załączniki

➤ Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				