

Bochnia, dn. 23.03.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-3/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczy do usuwania ciał obcych jednorazowego użytku, trzy lub czteroramiennych o jednej długości narzędzia tj. 230 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9, poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły sterylnej, jednorazowej do skleroterapii, o średnicy igły 0,7 mm i długości ostrza 5 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9, poz. 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki czyszczącej do endoskopów o średnicy włosa 5 mm i 11 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9, poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki (krótkiej) do czyszczenia gniazd zaworów o średnicy włosa 5 mm i 12 mm, rys poniżej



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne) / -20% (zamówienie podstawowe), ...”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego.

6. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 1 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy czy też zmiana ilości Towaru w Umowie, zgodnie z zapisami ust 2 i 3, nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania Umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego.

7. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 1 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., na poziomie min. 80% w terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość jej przedłużenia o czas niezbędny do zrealizowania ww. wartości na zasadach określonych w § 6”?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

8. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5 (umowa pakiet 7-9): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

9. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4 (umowa pakiet 1-6): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 9 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego.
10. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych / wad jakościowych dostarczonego Towaru w terminie do 3 dni roboczych od jego dostarczenia / uznania reklamacji za zasadną, Zamawiającemu przysługuje”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
11. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
12. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar wolny od wad (a także odebrać Towar wadliwy) w terminie do 4 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
13. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
14. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., w szczególności, jako: niezgodność z Umową, wady fizyczne, braki poprzez ich naprawę bądź wymianę na nowe i niewadliwe. Towar będzie naprawiony w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Towar będzie naprawiany u Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty i ryzyko z tym związane (w tym transport) ponosi Wykonawca. Postanowienia ust. 2-5 stosuje się odpowiednio”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
15. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady fizycznej uszkodzonego Towaru w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia o niesprawności, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego, sprawnego, wolnego od wad”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
16. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego Towaru w przewidzianym Umową terminie lub naruszenia postanowień § 3 ust. 3 lub ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia, na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie dostarczonego Towaru lub jego odpowiednika u innego dostawcy (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy...”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
17. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego
18. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 9				

umownej z 0,5% na 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

19. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 1% na 0,7%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

20. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 7%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

21. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej umowy/częstkowego zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

22. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „...reklamacji Towaru, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

23. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

24. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szczyłce biopsyjne gastroscopowe (jednorazowego użytku), powlekane, łyżeczki biopsyjne typu owalne, długość narzędzia 160 -180 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

25. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści szczyłce biopsyjne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu owalne, długość narzędzia 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

26. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku) z plecionego drutu (0,36-0,47 mm), kształt owalny o średnicy pętli 10 mm, 15-20 mm, 25-30 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)?



Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem.

27. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii, jednorazowego użytku, kształt owalny pętli 15x30 mm, 20x40 mm; 25x50mm, długość narzędzia 230 cm, średnica 2,3 mm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka) ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

28. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych jednorazowego użytku, trzy ramienne, średnica 2,5 mm, długość narzędzia 230 cm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

29. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protezy o średnicy kołnierzy 11,0 mm, aplikator o długości 185 cm, śr, 2,7 mm/ 8 Fr, pozostałe właściwości według opisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
30. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez posiadających listki zapobiegające migracji, zaopatrzonych w pętlę na końcu dwunastniczym, o średnicy kołnierzy 11,0 mm, aplikator o długości 230 cm, śr, 3,0 mm/ 9 Fr z systemem kontroli stopnia uwolnienia protezy i możliwości jej ponownego złożenia, pozostałe właściwości według opisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
31. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7 Fr, średnice balonu 8,5-12-15 mm, i 12-15-18 mm, średnica cewnika 7 Fr, pozostałe właściwości według opisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
32. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 7,5 Fr, pozostałe właściwości według opisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
33. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 mm, 0,7mm i 0,6 mm – do wyboru, średnica narzędzia 2,4 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
34. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 mm, 0,7mm i 0,6 mm – do wyboru, średnica narzędzia 2,4 mm, w komplecie bez strzykawki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
35. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33-0,47 mm, długość 240 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
36. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
37. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 32mm w miejsce średnicy 25-30mm? Pozostałe parametry zgodne z dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
38. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy drutu 0,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
39. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 4: Uprzejmie prosimy o wskazanie dokładnego modelu diatermii z jakiej korzysta Zamawiający.
Odpowiedź: Model diatermii: BOUA ARC 250.
40. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości roboczej wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
41. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkiej, jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia akcesoriów i otworów endoskopu, o średnicy włosa 10mm na jednym końcu i 5mm na drugim końcu, o długości narzędzia 15,5-16 cm, z możliwością dokumentowania zużycia (naklejka)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

42. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści otwór główny o wymiarach 21mm x 26,5mm?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
43. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści ustnik bez „możliwości dokumentowania zużycia (naklejka)”?
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*
44. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu nr 9 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*
45. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych o długości 195 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
46. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 1 w pozycji 1 jednorazową protezę plastikową prostą założoną na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5Fr, długość protezy 150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 1,91mm-2,34mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm²-3,56mm²; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm-3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035" ?
Odpowiedź: *Zgodnie z Zaproszeniem.*
47. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 1 w pozycji 4 trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękocyfki endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
48. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji 2 protezę do dróg żółciowych - samorozprężalną, pokrywaną silikonem wykonaną z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
49. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji 3 jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm, 18mm, 20,0mm- narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml-5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

50. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 4 w pozycji 5 jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica przewodnicy 0,035"; długość narzędzia 1950mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus oraz tradycyjną metodą EPCW z użyciem długiej przewodnicy; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

51. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 4 w pozycji 8 jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

52. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie równoważnych ustników o wewnętrznej średnicy otworu 22 x 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.

53. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga ustników, pakowanych w opakowania jednostkowe oraz w opakowania zbiorcze typu dispenser/ podajnik kartonowy, z datą produkcji i datą ważności ustników na każdym opakowaniu jednostkowym oraz z 3 etykietami do dokumentacji, jakich zamawiający używa obecnie?

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.

54. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczoteczek do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie, średnica włosa z jednej strony 6mm, z drugiej strony 10mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

55. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczoteczek do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie, średnica włosa 11mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

56. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 1,4: Czy Zamawiający wydzieli wskazaną pozycję do oddzielnego pakietu i pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie oferty na asortyment pakietu nr 1?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

57. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przewodnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średniosztywny) lub 0,025" (prosty, sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG, przewodnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym, izolowany elektrycznie, o całkowitej długości narzędzia 4500mm, pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

58. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

32-700, Bochnia
ul. Krakowska 31
REGON: 000304349
BDO: 000039566

NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01

Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740



użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°, z cięciwą monofilamentą o długości 20mm, 25mm lub 32mm, o średnicy narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężoną do 1,75mm, noskiem o długości 5mm, o długości narzędzia 1800mm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG, pakowany pojedynczo w sterylne pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

59. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający wydzieli wskazaną pozycję do oddzielnego pakietu i pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie oferty na asortyment pakietu nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

60. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o średnicy narzędzia 2,6mm? Pozostałe parametry zgodnie z dotychczasowym opisem przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

61. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,6mm lub 0,8mm (do wyboru Zamawiającego), długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy narzędzia 2,4mm, bez wzmocnienia metalowym kołnierzem i bez strzykawki w zestawie, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodnie z dotychczasowym opisem przedmiotu.

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.

62. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

63. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

64. Treść pytania: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w jakim celu są składane próbki skoro kryterium oceny ofert jest 100% cena? Jeżeli będą oceniane próbki bardzo proszę o dokładne informacje o ocenianych cechach poszczególnych narzędzi i w jaki sposób ocena ta wpływa na wybór oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - Wzory – próbki dla pakietu nr 1 poz. 1, 2 – (...) na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa



65. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pozycji pakiecie 1, poz. 1 zestawu do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą w rękoności; Zestaw fabrycznie zmontowany; zawiera: protezę cienkościenną zgiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania według potrzeb) zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył oraz cewnik prowadzący i cewnik popychający z markerem RTG; wymagane długości protez: 5,7, 9, 12, 15, 18cm i średnice: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; zestaw współpracuje z przewodnikiem .035" o długości 260cm i 450 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

66. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 2 przewodników endoskopowych- 0.025", 0.035" i 0.038". Przewodniki endoskopowe 0.038" w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm, przewodniki 0.025" z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260cm, pozostałe dostępne w długości 260 i 450cm, w sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, zhydrofilną końcówką roboczą zawierającą wolfram o długości 5 i 10cm widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierającą wolfram na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń przewodnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, przewodnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

67. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 3 sfinkterotomów obrotowych trójkanałowych jednorazowego użytku, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

(360 st.), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do przewodnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nosek 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr (do wyboru), przeznaczony do współpracy z przewodnikami 260 i 450cm i średnicy przewodnika odpowiednio .025" i .035"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

68. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 4 papilotomów igłowych trójkanałowych z możliwością regulacji długości wysunięcia igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na końcówce dystalnej, współpracuje z przewodnikiem 0,035"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

69. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 1 samorozprężalnych stentów do protezowania zwężeń dróg żółciowych niepokrywanych. Z możliwością stosowania w zwężeniach nowotworowych, wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm; Średnica: 8 i 10 mm; zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.

70. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 2 stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych przeznaczonych do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, wykonane z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120 mm, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracującym z przewodnicą .035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści.

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.

71. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 3 trójkanałowych cewników balonowych do usuwania złożeń z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica kateteru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18 mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, współpracuje z z przewodnikiem 260 i 450cm, w zestawie jedna skalibrowana strzykawka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

72. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 1 klipsownicy z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, zestaw wyposażony w dodatkową przezroczystą osłonkę z tworzywa z uchwytem i fabrycznym zabezpieczeniem do wprowadzania narzędzia i ochrony kanału roboczego, w długościach 155cm i 235cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm Op-10 szt



Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.

73. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 2 igieł hemostatycznych, średnica osłonki 1.8mm i 2.3mm, długość robocza 200 i 240cm, średnica igły 23 i 25G, długość igły 4 i 6mm (do wyboru), dodatkowa osłonka igły widoczna po wysunięciu od strony proksymalnej zabezpieczająca kanał endoskopu przed ew. uszkodzeniem, fabryczne zabezpieczenie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku, wewnętrzny kateter w kształcie gwiazdy -osłona odporna na zagięcia i załamania. Dostępne w osłonie elastycznej i przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

74. Treść pytania: Prosimy o wyłączenie z pakietu 5 pozycji nr. 4. i utworzenie z niej osobnego zadania. Pozwoli to na przystąpienie większej ilości oferentów do postępowania, tym samym zwiększając jego konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

75. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6, poz. 1 zestawów do opaskowania żyłaków przełyku zawierających 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (bez zawartości lateksu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
76. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 2 kleszczy kolonoskopowych o długości 240cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
77. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 3 pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej jednorazowego użytku o długości 240cm, bez funkcji obrotowej, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*
78. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 4 pętli elektrochirurgicznych plecionych jednorazowego użytku, średnica drutu 0.42mm, bez funkcji obrotowej o długości 240cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*
79. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 5 kleszczy do usuwania ciał obcych łączących w sobie funkcję kleszczy typu zęby szczura i szczęki aligatora o długości 230cm.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
80. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 1 igieł hemostatycznych, średnica osłonki 1.8mm i 2.3mm, długość robocza 200 i 240cm, średnica igły 23 i 25G, długość igły 4 i 6mm (do wyboru), dodatkowa osłonka igły widoczna po wysunięciu od strony proksymalnej zabezpieczająca kanał endoskopu przed ew. uszkodzeniem, fabryczne zabezpieczenie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku, wewnętrzny kateter w kształcie gwiazdy -osłona odporna na zagięcia i załamania. Dostępne w osłonie elastycznej i przezroczystej.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*
81. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 2 ustników gastrokopowych jednorazowego użytku z otworem 60Fr lub 54Fr do wyboru, z otworami bocznymi, obręczą zębową oraz elastycznymi taśmami mocującymi, pakowane po 100szt.
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*
82. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 3 szczoteczek dwustronnych o długości 240cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*
83. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 4 szczoteczek dwustronnych o długości 240cm, z jednej strony przeznaczonych do czyszczenia kanału roboczego o średnicy 5mm, z drugiej strony o średnicy 10mm do czyszczenia gniazd zaworów.
Odpowiedź: *Zgodnie z zaproszeniem.*



UWAGA!

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

*Dyrektor
Jarosław Kycia*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				