

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

Bochnia, dnia 31.03.2021r.

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

DZ-271-1-3/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie - Dotyczy SWZ pkt. II.8.1) 2)**: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia że w przypadku braku wyszczególnienia wyspecyfikowanych parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu, dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych, jednakże zastrzega, że nie dotyczy to paramentów punktowanych

2. **Pytanie - Dotyczy SWZ pkt. II.8.1) 2)**: Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych jedynie parametrów technicznych oferowanego tomografu komputerowego wymaganych w Załączniku nr 1A, a nie np. wymogów odnoszących się do prac adaptacyjnych i instalacyjnych, szkoleń czy też świadczenia usług serwisowych itp.



Odpowiedź Zamawiający potwierdza

3. **Pytanie - Dotyczy Załącznika nr 1A cz. IV pkt. 4)**: Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową również interwencję zdalną serwisu za pośrednictwem bezpiecznego łącza? Wymóg osobistego stawiennictwa inżyniera serwisu w miejscu instalacji nie jest konieczny w celu przeprowadzenia diagnostyki systemu (dodatkowo w okresie pandemii niewskazany ze względów bezpieczeństwa).

Odpowiedź Zamawiający potwierdza

4. **Pytanie** - Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź Nie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

5. **Pytanie** - W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę

6. **Pytanie** - Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę

7. **Pytanie** - **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3:** W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: „W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.”

8. **Pytanie** - **Dotyczy wzoru umowy § 4: Ust. 4:** Zwracamy uwagę, iż kara umowna powinna być naliczana za konkretne działania lub zaniechania Wykonawcy. Aktualnie przewidziana w ust. 4 kara umowna może być naliczona za w zasadzie każde, najdrobniejsze naruszenie, niekoniecznie powodujące szkodę po stronie Zamawiającego. Dodatkowo, brak precyzowania zdarzeń, za które może być naliczona kara umowna, narusza równowagę Stron. Wobec tego prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy mechanizm, iż naliczenie kary umownej powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do naliczenia kary umownej, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym odpowiednim terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych?



Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

4. **W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdą postać naruszenia. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wskazanych naruszeń lub ich skutków, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 3-dniowy termin. Kara umowna zostanie naliczona po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.**

9. **Pytanie** - **Dotyczy wzoru umowy § 4: Ust. 5:** Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Dodatkowo, zgodnie z art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), umowa musi przewidywać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), jak również będzie stanowiło realizację obowiązku wskazanego w w/w art. 436 pkt 3) Ustawy PZP, poprzez dodanie zdania drugiego do § 4 ust. 4 o następującym brzmieniu:

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

5. **Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi 50% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1.”**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
<p>32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566</p>	<p>NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01</p>	<p>Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl</p>		
<p>Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740</p>				
Strona 2 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

10. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 12: Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o następującą modyfikację zapisu umowy: *Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.*

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych.



11. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 17 zdanie 3: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zdania trzeciego w § 6 ust. 17 *„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas całkowitej niesprawności aparatu, w trakcie której Zamawiający nie mógł z urządzenia korzystać liczonej od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia.”*

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

12. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 15: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 5 ust. 15 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści: *„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”*

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych.

13. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 18: Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększenia ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i dodanie do par. 5 ust. 15 dodatkowych okoliczności, następstw których jest występowanie wad nieobjętych gwarancją i w związku z tym o nadanie par. 5 ust. 15 zdaniu drugiemu o następującej treści: *„ Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad fizycznych Sprzętu będących następstwem (i) użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub/i zaleceniami producenta lub najnowszą instrukcją serwisową, które Zamawiający otrzymał od*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 3 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

Wykonawcy; (ii) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (iii) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (iv) uszkodzenia spowodowane; (v) zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.); (vi) normalnego zużycia rzeczy."

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad fizycznych Sprzętu będących następstwem

- a. użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub najnowszą instrukcją serwisową, które Zamawiający otrzymał od Wykonawcy;**
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;**
- c. jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego w Sprzęt skutkujących powstaniem wady (w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych), przy czym nie są takimi ingerencjami przypadki dopuszczone przez instrukcję Sprzętu lub Umowę lub o ile wykonano je za zgodą Wykonawcy."**



14. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2: Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwiała rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę sprzętu wymagającego przygotowania pomieszczeń pod jego instalację, takie działanie Zamawiającego jest niekorzystne zarówno dla samego Zamawiającego (pozostawienie pomieszczenia przystosowanego pod konkretny sprzęt), jak i Wykonawcy. Prosimy wobec tego o dodanie zdania drugiego do par. 8 ust. 2: „Odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych.”

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych.

15. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 9a o sile wyższej: Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej: „**§ 9a Siła wyższa**

- 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.**
- 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.**
- 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich."**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 4 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

16. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 4 ust. 4: Rozporządzenie RODO nakłada obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Niezasadnym jest zatem żądanie zgłoszenia administratorowi tego faktu już w tak krótkim 24-godzinnym terminie, który – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wobec tego, prosimy o wydłużenie tego terminu najpóźniej do 48 godzin, które winno być interpretowane przez pryzmat danego zdarzenia i dostosowywane do konkretnej sytuacji.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Administratorowi najpóźniej w ciągu 36 godzin od stwierdzenia naruszenia.



17. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 6 ust. 4: Zwracamy uwagę, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców, w tym w zakresie zdalnego dostępu. Konieczność uzyskania każdorazowej zgody Administratora na powierzenie danych w sposób istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu. Dodatkowo, w sytuacjach szczególnie skomplikowanych może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się poza EOG, np. w USA. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych wymogom odpowiadającym prawu unijnym (m.in. wymagane klauzule modelowe). Proponujemy zatem, aby Przetwarzający był uprawniony do powierzenia danych podmiotom współpracującym z Wykonawcą (Podmiotem Przetwarzającym), zgodnie z listą przekazaną przez Wykonawcę i załączoną do umowy, w tym podmiotom zlokalizowanym poza EOG. Wobec tego, proponujemy nowe, następujące brzmienie par. 6 ust. 4: „4. Administrator wyraża niniejszym zgodę na pod-powierzenie przetwarzania danych osobowych personelowi Podmiotu przetwarzającego współpracującego z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, w świadczeniu usług w ramach Umowy Głównej, jak również podmiotom współpracującym z Podmiotem przetwarzającym w zakresie związanym z realizacją Umowy Głównej, których lista zostaje dołączona do niniejszej Umowy („Lista Podmiotów Podprzetwarzających”). Podmiot przetwarzający może przekazywać dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), po warunkiem zapewnienia wymogów prawa unijnego dla takiego transferu.”

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

18. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 7 ust. 2: Zwracamy uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania danych. Przeprowadzanie audytów stanowi najdalej idącą formę takiej kontroli i stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego, w tym informacji poufnych Podmiotu przetwarzającego i ich klientów. W związku z tym, proponujemy doprecyzowanie postanowienia o konieczność współpracy przy wyborze audytora i zapewnienia nieujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu przetwarzającego, poprzez następującą modyfikację par. 7 ust. 2: „2. Audyt lub inspekcja powinny odbywać się w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego (z zastrzeżeniem, iż audyt nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu Przetwarzającego), a Administrator powinien powiadomić Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia audytu lub inspekcji z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.”

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

19. Pytanie - Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.** Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 5 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz **kodów serwisowych**, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany *vendor lock-in*, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających¹, w której czytamy, że „*przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiającego nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego*”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, **UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia)**. Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „*nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji interfejsów nie prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu*”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępu serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.



Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych². Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „*możliwość zakupu*

¹ Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws_zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf

² Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl	
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740			
Strona 6 z 9			

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)“.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi kodami i dostęпами serwisowymi**, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennych innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umówi podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § ... ust. ... jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiłyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.



Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z zapisem w Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ wymaga Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub przekaze Zamawiającemu wszystkie hasła dostępu, klucze do oprogramowania, klucze serwisowe, hasła administracyjne do systemu operacyjnego i oprogramowania konsoli operatorskiej i lekarskiej) - odbiór komisyjny Zgodnie z § 6 ust. 21 projektowanych postanowień umownych postanowienia, o którym mowa w zadaniu poprzednim są częścią wymogów gwarancyjnych wobec Wykonawcy.

20. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa Czy Zamawiający potwierdza, że definiując „Sprzęt” w umowie jako tomograf komputerowy wraz z pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do wykonywania badań diagnostyki obrazowej do Pracowni TK Szpitala pod sformułowaniem: „wraz z pozostałymi urządzeniami niezbędnymi do wykonywani badań diagnostyki obrazowej” rozumieć należy wyłącznie wyposażenie i urządzenia określone w Załączniku nr 1A do SWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z tym jednak zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży także obowiązek wykonania prac adaptacyjnych wskazanych w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ.

21. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uchylenie §2 ust. 1? O ile nie jest przewidziana przez Zamawiającego wizja lokalna, oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami panującymi na terenie Szpitala, w tym warunkami budowlanymi i konstrukcyjnym oraz drogami transportu, będzie nieprawdziwe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiazki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 7 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

1. Wykonawca zapewnia, że przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych zapozna się z warunkami panującymi na terenie Szpitala, w tym warunkami budowlanymi i konstrukcyjnymi oraz drogami transportu na placu budowy, i zobowiązuje się uwzględnić je w toku wykonania Przedmiotu Umowy.

22. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy §4 ust. 2? Zgodnie z § 3 ust. 17 umowy, niedostarczenie wraz ze Sprzętem dokumentów określonych w § 3 ust. 15 skutkuje uznaniem, że dostawa nie została wykonana w terminie, a zatem w takiej sytuacji Wykonawca znajduje się w zwłoce, a Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 4 ust. 1 umowy. Pozostawienie § 4 ust. 2 skutkuje możliwością „karania” Wykonawcy za jedno naruszenie na podstawie ust. 1 oraz ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

23. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej w §4 ust. 3 umowy z 0,5% na 0,2% kwoty brutto wskazanej w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7

24. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa - § 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie §4 ust. 4 umowy względnie na jego modyfikację poprzez wymienienie obowiązków Wykonawcy, których naruszenie spowoduje odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 483 § 1 KC aby skutecznie zastrzec karę umowną należy spełnić dwie przesłanki, tj. wskazać zobowiązanie, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej oraz wskazanie określonej sumy. Skutecznie zastrzeżona kara umowna powinna odnosić się zatem do pojedynczych obowiązków, których naruszenie skutkuje odpowiedzialnością.

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8



25. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa § 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie postanowienia umownego zgodnie z którym limit górnej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych wyniósłby 15% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 436 pkt 3 PZP powinna zawierać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Wykonawca wskazuje, że w ostatnich latach judykatura coraz częściej staje na stanowisku, iż kara umowna bez wyraźnie wskazanego górnego limitu jest nieważna jako sprzeczna z art. 483 § 1 KC (np. w wyroku SN z 22.10.2015 r., IV CSK 687/2014, LEX nr 1943856, stwierdzono, że „nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się”, tymczasem zgodnie z art. 483 § 1 KC przewiduje obowiązek określenia sumy jaką dłużnik ma zapłacić tytułem kary umownej. Wykonawca nadmienia, że Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 5 umowy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy którąkolwiek z kar umownych, stąd w ocenie Wykonawcy, interes Zamawiającego został w pełni zabezpieczony.

Odpowiedź – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9

26. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa § 6 ust. 7 Wykonawca wnosi o wykreślenie § 6 ust. 7 umowy. Roszczenie o zapłatę z tytułu wykonania umowy, jest roszczeniem niezależnym od uprawnień z tytułu rękojmi. Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku, gdy Sprzęt będzie miał wady, które zostaną stwierdzone w dniu odbioru, do odbioru nie dojdzie do czasu ich usunięcia (a zatem roszczenie o zapłatę wynagrodzenia nie powstanie) natomiast w przypadku, gdy wady te zostaną stwierdzone w terminie późniejszych, to nie może to stanowić podstawy do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia. Zamawiający może dochodzić w takim przypadku roszczeń w oparciu o przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

27. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Umowa § 6 ust. 9 Z uwagi na fakt, że § 6 ust. 9 literalnie odnosi się do terminu określonego w ust. 8, tymczasem ust. 8 wskazuje na 2 terminy – termin 3 dni roboczych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 8 z 9				

*Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-4/2021

przewidziany na rozpatrzenie reklamacji oraz termin 10 dni roboczych przewidziany na usunięcie wad. Wykonawca wnosi zatem o potwierdzenie, do którego z tych terminów odwołuje się § 6 ust. 9 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych

28. Pytanie – dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Załącznik nr 1A do SIWZ – Część IV – pkt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Załącznika nr 1A do SWZ punktu 12 w części IV – Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia? Zgodnie z powołanym punktem, w przypadku 3-krotnej naprawy tego samego istotnego elementu (uniemożliwiającego pracę sprzętu) w okresie gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany Sprzętu na nowy. Wykonawca wskazuje, że z uwagi na specyfikę dostarczanego urządzenia jego wymiana jest niemożliwa. Aparat TK jest aparatem niejako dedykowanym, jego dostawa poprzedzona jest przygotowaniem pomieszczenia pod dostarczany aparat, w tym przygotowania osłon stałych wg indywidualnie ustalonego projektu osłon stałych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę zapisu: Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany tej części Sprzętu, w skład której wchodzi ten element na nowy

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

W **załączniku nr 1A do SWZ Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna** - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.



Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Załączniki

- Załącznik nr 1A - Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna
- Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 9 z 9				