

Bochnia, dn. 25.06.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-6/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem Dostawa lamp zabiegowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Czy Zamawiający w punkcie nr 3 dopuści do zaoferowania czasę oświetleniową z 3 modułami świetlnymi z łączną liczbą 45 diod Led ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Treść pytania: Czy Zamawiający w punkcie nr 9 dopuści do zaoferowania panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy bez funkcji regulacji wielkości plamy świetlnej? W punkcie nr 13 jest podana stała średnica pola bezcieniowego co wyklucza jej regulację z poziomu panelu membranowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Treść pytania: Czy Zamawiający w punkcie nr 10 dopuści do zaoferowania regulację natężenia oświetlenia realizowaną z panelu na kopule w zakresie od 30% - 100% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Treść pytania: Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Montaż sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Montaż 3 lamp dokonany będzie na stropie akerman. Wysokość pomieszczenia 400 cm, od posadzki do sufitu podwieszanego 330 cm, a od sufitu podwieszanego do stropu 70 cm, montaż 3 lamp dokonany będzie na stropie betonowym gr. 12 cm, wysokość pomieszczenia 324 cm, od posadzki do sufitu podwieszanego 290 cm, o od sufitu podwieszanego do stropu 34 cm. Doprowadzone jest napięcie 230V do punktu mocowania lamp

5. Treść pytania: Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

6. Treść pytania: Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

7. Treść pytania: Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscu montażu nie wisi żadna lampa.

8. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą osłonę zakrywającą płytę stropową gdzie zasilacz umieszczony jest osobno na suficie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

9. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę o mobilności przegubów jak na zdjęciu w zapytaniu.?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 42 ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 ? ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

12. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z elementami oświetleniowymi LED emitującymi światło białe, w których diody są dwukolorowe ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

13. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści czaszę gdzie diody osłonięte są szybą z tworzywa sztucznego? Takie rozwiązanie jest bardzo często stosowane u większości producentów lamp medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że osłona jest z tworzywa odpornego na zarysowania i środki dezynfekcyjne oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29

14. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, które służą również jako włącz/wyłącz, bez opcji regulacji wielkości plamy świetlnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

15. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła, temp. barwowej i wielkości plamy świetlnej realizowaną poprzez panel sterowania umieszczone przy czaszy? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

16. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła i temp. barwowej realizowaną poprzez panel sterowania umieszczone przy czaszy? A wielkość plamy świetlnej realizowana poprzez uchwyt sterylizowany? Rozwiązanie tożsame z wymaganym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

17. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła z panelu przy kopule w zakresie 5 000 - 100 000 lux (w 5 krokach) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego Regulacja natężenia oświetlenia realizowana z panelu przy kopule w min. w 5 krokach w zakresie min. 5% - 100% oraz zgodnie z odpowiedzią 3 i 14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

18. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła z panelu przy kopule w zakresie 30 000 - 130 000 lux (w 3 krokach) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego Regulacja natężenia oświetlenia realizowana z panelu przy kopule w min. w 5 krokach w zakresie min. 5% - 100% oraz zgodnie z odpowiedzią 3 i 14

19. Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych tego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

20. Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 96 ? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych tego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

21. Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na regulację temperatury barwowej w zakresie 3800/4300/4800K ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

22. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola operacyjnego w zakresie 18 i 30 cm, realizowana poprzez centralny uchwyt sterylny? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia

23. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z panelem regulującym średnicę pola roboczego w 3 krokach: min. 15 cm / max. 25 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

24. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) - 130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

25. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany modułów/pojedynczych diod za pomocą dedykowanego narzędzia, w sposób bardzo prosty jednak jest konieczność otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wymiany pojedynczej diody LED

26. Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na żywotności diod LED: 50000h? Rozwiązanie najczęściej stosowane przez producentów lamp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

27. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny odkręcany (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji tegoż uchwyty? Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

28. Treść pytania: Zamawiający w pkt. 9 wymaga regulacji wielkości plamy świetlnej, a w pkt.13 stałej średnicy pola bezcieniowego - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pomimo wymogu w pkt.13 stałej średnicy pola bezcieniowego dopuszcza możliwość zaoferowania regulacji wielkości plamy świetlnej

29. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „bez szybowa” konstrukcja czaszy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że „bez szybowa” konstrukcja czaszy w przypadku lampy z więcej niż jednym modułem świetlnym, nie zawiera ona jednej osłony wszystkich modułów świetlnych, każdy moduł świetlny jest osłonięty dedykowaną osłoną z tworzywa odpornego na zarysowania i środki dezynfekcyjne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

UWAGA!

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.



ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa

Zmiany w FORMULARZU ASORTYMENTOWYM - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do Zaproszenia – zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

*Dyrektor
Jarosław Kycia*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 4 z 4				