

Dostawa sprzętu medycznego do dawkowania zadanego leku – pompy, stacje dokujące –
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-26/2021

Bochnia, dn. 05.08.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-26/2021

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu medycznego do dawkowania zadanego leku – pompy, stacje dokujące - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania: Dotyczy Część II A POZ.3** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zasilacza zewnętrznego czy Zamawiający wymaga możliwości zasilania urządzenia (pompy) czy pomocy zasilacza zewnętrznego lub opcjonalnie przy pomocy kabla bezpośrednio z sieci?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga możliwości zasilania urządzenia (pompy) przy pomocy zasilacza zewnętrznego lub opcjonalnie przy pomocy kabla bezpośrednio z sieci, jednocześnie informuje, że koryguje zapis na następujący:

TAK, podać/opisać

Zaoferowanie zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego – 5 pkt.

Zaoferowanie zasilania bezpośrednio z sieci za pomocą kabla – 0 pkt.

2. **Treść pytania: Dotyczy Część II A POZ.3** Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w przypisaniu punktacji dotyczącej typu zasilania, gdyż odpowiada ona punktowi Nr.4?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że istotnie zaszła omyłka pisarska w przypisaniu punktacji dotyczącej typu zasilania, gdyż odpowiada ona punktowi Nr.4

3. **Treść pytania: Dotyczy Część II A POZ.7** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania uchwyty odłączalnego od pompy? Czy Zamawiający wymaga możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwyty lub uchwyty na stałe wbudowanego w pompę?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwyty lub uchwyty na stałe wbudowanego w pompę, jednocześnie informuje, że koryguje zapis na następujący:

TAK, podać/opisać

Zaoferowanie możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwyty – 5 pkt.



Zaoferowanie możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwyty na stałe wbudowanego w pompę – 0 pkt.

4. **Treść pytania: Dotyczy Część III B POZ.2** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zasilacza zewnętrznego czy Zamawiający wymaga możliwości zasilania urządzenia (pompy) czy pomocy zasilacza zewnętrznego lub opcjonalnie przy pomocy kabla bezpośrednio z sieci?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwyty lub uchwyty na stałe wbudowanego w pompę, jednocześnie informuje, że koryguje zapis na następujący:

TAK, podać/opisać

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny - 2"- RPMP.09.02.01-12-0106/20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287				
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 2				

*Dostawa sprzętu medycznego do dawkowania zadanego leku – pompy, stacje dokujące –
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-26/2021

Zaoferowanie możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu – 5 pkt.

Zaoferowanie możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę – 0 pkt.

5. **Treść pytania: Dotyczy Część III B POZ.3** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu odłączalnego od pompy? Czy Zamawiający wymaga możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga możliwości zasilania urządzenia (pompy) przy pomocy zasilacza zewnętrznego lub opcjonalnie przy pomocy kabla bezpośrednio z sieci, jednocześnie informuje, że koryguje zapis na następujący:

TAK, podać/opisać

Zaoferowanie zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego – 5 pkt.

Zaoferowanie zasilania bezpośrednio z sieci za pomocą kabla – 0 pkt.

6. **Treść pytania: Dotyczy Część III.A.:** Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne o czasie pracy z akumulatora 6-8 godzin przy infuzji 5ml/godz. ? (dot. Pkt. 5)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

UWAGA!

W przypadku zaoferowania sprzętu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ w kolumnie - PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ – należy odpowiednio do parametrów wymaganych - podać - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiany w Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 12.08.2021 r., godziny bez zmian.

Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono.



Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Załączniki:

- Załącznik nr 1A do SWZ - **Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna**
- SWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr **2021/BZP 00137329/01** z dnia 2021-08-05

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 2				