

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

Bochnia, dn. 30.10.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.10- Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej pisząc „.....opcję 1....” i „.....opcja 1....” ? Obecnie zapis brzmi: „opcja 1. Dreny i elementy wymiany ciepła wyposażone w system zapobiegający rozlewaniu wody po rozłączeniu drenów lub opcja 1. Woda w jednorazowych kocykach hydrożelowych krąży pod ujemnym ciśnieniem w celu uniemożliwienia jej wycieku w przypadku mechanicznego uszkodzenia okładu oraz dodatkowo wyposażone w system zapobiegający rozlewaniu wody po rozłączeniu drenów.” Zapis powinien brzmieć: „opcja 1. Dreny i elementy wymiany ciepła wyposażone w system zapobiegający rozlewaniu wody po rozłączeniu drenów lub **opcja 2.** Woda w jednorazowych kocykach hydrożelowych krąży pod ujemnym ciśnieniem w celu uniemożliwienia jej wycieku w przypadku mechanicznego uszkodzenia okładu oraz dodatkowo wyposażone w system zapobiegający rozlewaniu wody po rozłączeniu drenów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że istotnie popełnił omyłkę, jednocześnie informuje, że poprawia omyłkę wpisując **opcja 2.**

2. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.15a- Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej pisząc „.....opcję 1....” i „.....opcja 1....” ? Obecnie zapis brzmi: „ opcja 1. jednorazowy zestaw dla pacjentów dorosłych. Skład kompletu: czepiec na głowę, kamizelka w uniwersalnym rozmiarze, okrycie dolnych partii ciała. Każdy z elementów dostępny również osobno, lub opcja 1. jednorazowe komplety padów na ciało o pokryciu 40% „ Zapis powinien brzmieć: „ opcja 1. jednorazowy zestaw dla pacjentów dorosłych. Skład kompletu: czepiec na głowę, kamizelka w uniwersalnym rozmiarze, okrycie dolnych partii ciała. Każdy z elementów dostępny również osobno, lub **opcja 2.** jednorazowe komplety padów na ciało o pokryciu 40% „



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że istotnie popełnił omyłkę, jednocześnie informuje, że poprawia omyłkę wpisując **opcja 2.**

3. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.24- Czy zamawiający dopuści system oferujący więcej niż oczekiwany zakres wskazań temperatury. Zakres temperatur pacjenta: 10 oC - 44 oC (skok co 0,1 oC)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.25 i 26- Czy zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach: Czasy reakcji systemu sterowania fizjologicznego w układzie zamkniętym Czas ustalania: ~4,5 godz. Niedokładność względna: <0,5°C Niedokładność polecenia:

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

<0,5°C Czas reakcji: Ogrzewanie (maks.) od 33°C do 37°C: ~6 godz. Schładzanie od 37°C do 33°C: ~2 godz.  
Odchylenie stanu ustalonego: 0 Błąd śledzenia: 0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.29- Czy Zamawiający dopuści system jednorazowych okryć pacjenta pokrywający 40% powierzchni ciała pacjenta dorosłego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w pkt. 29 dopuszcza system jednorazowych okryć pacjenta pokrywający min. 40-80% powierzchni ciała pacjenta dorosłego, a więc 40% mieści się w zakresie.

6. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.41- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach Wysokość: 89 cm, szerokość: 36 cm; Głębokość: 47 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Treść pytania: Dotyczy Zadania: Pakiet nr 4 – Zestaw do ochładzania chorych po NZK dot. pkt.44- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy elementu grzewczego 750 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. Treść pytania: pytanie dotyczy pakietu nr. 2. Czy zamawiający dopuści inny parametr dotyczący punktu 5 specyfikacji technicznej dotyczący kąta obserwacji - zamiast 120°, 90°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Treść pytania: PAKIET NR 3 – Wideolaryngoskop – 4 szt PKT. 9 i 17c - Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop bez dodatkowej opcji stosowania łyżek jednorazowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Treść pytania: PAKIET NR 3 – Wideolaryngoskop – 4 szt PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści źródło światła o mocy 800 lux, co zważywszy na bardzo małą przestrzeń do oświetlenia i tak jest wartością wystarczającą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Treść pytania: PAKIET NR 3 – Wideolaryngoskop – 4 szt PKT. 16 Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, którego złącza elektryczne wbudowane są w monitor, który nie jest przeznaczony do zanurzania w płynach jak i jego złącza? Producent dopuścił jego dezynfekcję za pomocą ściereczek antybakteryjnych. Natomiast dolna jego część tj. prowadnica z zintegrowaną kamerą oraz źródłem światła posiadają klasę ochrony IPX8, co pozwala na dezynfekcję poprzez zanurzenie w roztworze antybakteryjnym lub sterylizację niskotemperaturową.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

12. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ- Pakiet nr 2 - BRONCHOSKOP. Endoskop intubacyjny -przewodnica światłowodowa – 2szt (zestawy) Parametry techniczne endoskopu do trudnych intubacji i procedur przyłózkowych aScope 4 Broncho Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop o poniższych parametrach, w punktach: 1-9 Endoskop jednorazowego użytku, sterylny (20 szt w zestawie) w zestawie z 1 przenośnym monitorem o rozdzielczości 800 x 480 (przekątna ekranu TFT LCD 8,5”), monitor kompatybilny z trzema rodzajami giętkich endoskopów do wyboru : z kanałem roboczym o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large; z możliwością odsysania poprzez kanał roboczy, nagrywania filmów

Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru:

- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny ( 20 szt. w zestawie)

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III*

---



**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019**

- Technologia video (kamera, źródło światła)
  - Pole widzenia 85
  - Głębina ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)
  - Oświetlenie LED
  - Długość części roboczej 600 mm
  - Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
  - Zakres regulacji: do góry 180°/do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)
  - Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large
  - Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy
- Parametry monitora Ambu aView
- Monitor LCD, kolorowy, dotykowy
  - Przekątna wyświetlacza 8,5 cali
  - Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli
  - Czas pracy na akumulatorze min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie
  - Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora
  - Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci.
  - Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek).
  - Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ- Pakiet nr 3 - WIDEOLARYNGOSKOP 4szt Wideolaryngoskop przeznaczony do trudnych oraz rutynowych intubacji umożliwiający wizualizację wejścia do krtani na ekranie monitora – 4szt. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne videolaryngoskop renomowanej firmy o następujących parametrach w punktach 1-17:
- videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD 2,4 cala ustawionym w stałej pozycji umożliwiającej dobrą widoczność podczas intubacji, z powłoką antyrefleksyjną,
  - dwa adaptory wielorazowego użytku (pediatryczny do łyżek w rozm.1,2 i dla dorosłych do łyżek w rozm.3 ) wyposażone w tor wizyjny z kamerą CMOS i źródłem światła LED
  - zasilany typowymi dostępnym powszechnie 3 bateriami AAA o czasie działania 80 minut, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż stosowanie specjalizowanych baterii litowo-jonowych oferowanych wyłącznie przez producenta , w zestawie 4 komplety baterii zapewniające czas pracy 320 min z wizualnym wskaźnikiem informującym za pomocą zielonej świecącej diody o możliwości wykonania intubacji bez konieczności wymiany baterii oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody czerwonej o konieczności wymiany baterii przed wykonaniem intubacji,
  - dostępne łyżki jednorazowego użytku czyste mikrobiologicznie, wyposażone w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą, co znakomicie ułatwia intubację i eliminuje konieczność stosowania przewodnic oraz łyżki standardowe w rozmiarze 1, 2 i 3 , w tym łyżki oznaczone przez producenta numerem 3, które dzięki specjalnej krzywiznie umożliwiają skuteczną intubację klasyczną jak i trudną intubację, w tym pacjentów u których wymagane jest stosowanie "klasycznych" łyżek w rozmiarze 4,
  - waga wyświetlacza z bateriami 130 g, waga łyżki kanałowej 48 g
  - videolaryngoskop z systemem gospodarowania energią, wyłączającym urządzenie po 1 min od odłożenia na nieruchomą powierzchnię,
  - wbudowany port Micro-USB do przesyłania obrazu
  - z wbudowanym automatycznym balansem bieli
  - Videolaryngoskop jest trwały i odporny na mycie i dezynfekcję chusteczkami do dezynfekcji lub 70 % alkoholem izopropylowym,

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>			 <b>ISO 9001</b> LL-C (Certification)	
<b>32-700, Bochnia</b> ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

- w zestawie 20 szt. łyżek czystych mikrobiologicznie z kanałem lub standardowe do wyboru przez Zamawiającego wykonanych z ABS i poliwęglanu, w rozmiarze 2 i 3, etui do przechowywania urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 2 Bronchoskopu Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści endoskop intubacyjny o głębi ostrości 3-50mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 2 Bronchoskopu Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści endoskop intubacyjny o maksymalnym wychyleniu końcówki roboczej góra/dół 130°/ 130°

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 2 Bronchoskopu Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści endoskop intubacyjny, w którym źródłem światła jest dioda LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

17. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 2 Bronchoskopu Czy w pozycji 9a Zamawiający dopuści endoskop intubacyjny wyposażony w diodę LED o jasności 400lux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

18. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 2 Bronchoskopu Czy w pozycji 9b Zamawiający dopuści endoskop intubacyjny wyposażony w akumulator i zasilacz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 2 Bronchoskopu Czy w pozycji 9d Zamawiający dopuści endoskop intubacyjny z 3,5" monitorem podpinanym do rękocyści endoskopu intubacyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

20. Treść pytania: Pakiet nr 2: Bronchoskop Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy 6mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

21. Treść pytania: Pakiet nr 2: Bronchoskop Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o kącie wychylenia końcówki 160°/ 130° stopni, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

22. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII - 2 szt *dotyczy punktu 6 opisu przedmiotu Zamówienia* Czy Zamawiający dopuści wymagany zakres regulacji temperatury wynoszący 33-39°C przy zachowaniu skoku co 0,1°C? Parametr ten różni się nieznacznie i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

23. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII - 2 szt *dotyczy punktu 9 opisu przedmiotu Zamówienia* Czy Zamawiający dopuści większe wymiary koca 166x85 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

24. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII - 2 szt *dotyczy punktu 10 opisu przedmiotu Zamówienia* Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca wynoszącą 52 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
25. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII - 2 szt *dotyczy punktu 12 opisu przedmiotu Zamówienia* Czy Zamawiający z uwagi na czytelny graficzny panel sterowania dopuści komunikaty alarmowe i ostrzegawcze w języku angielskim?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
26. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 190x50 cm  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
27. Treść pytania: Pakiet nr 5 - Pozostałe wymagania Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie przekazania Zamawiającemu wyłącznie instrukcji serwisowej, ponieważ kalibracja oraz regulacje urządzenia wymagają opieki przeszkolonego przez producenta, serwisanta i użycia certyfikowanego miernika  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
28. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębina ostrości 3-50 mm”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
29. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębina ostrości 3-200 mm”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
30. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej i końcówki max. 6,0 mm”  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
31. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kąt obserwacji 95°”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
32. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Średnica kanału roboczego 2,6 mm”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
33. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra/dół 160°/ 130°”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
34. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „źródło światła LED – przenośne, bateryjne lub sieciowe”  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
35. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o wykreślenie zapisu: „Źródło światła: Wymiary 195 mm (szer.) x 215 mm (wys.) x 350 mm (gł.) (+/-10mm)” Powyższy parametr nie ma żadnego znaczenia podczas użytkowania sprzętu i ogranicza konkurencję  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III*

**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019**

36. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Źródło światła: Wymiary 195 mm (szer.) x 215 mm (wys.) x 350 mm (gł.) (+/- 50%)”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

37. Treść pytania: ZAPYTANIA DO PROJEKTU UMOWY Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (par. 3 ust. 1, 3,4,) z 0,5% do 0,2%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

38. Treść pytania: ZAPYTANIA DO PROJEKTU UMOWY Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w realizacji zobowiązań umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

39. Treść pytania: ZAPYTANIA DO PROJEKTU UMOWY Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji z 3 do 5 dni roboczych (par. 5 ust. 5)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

40. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.4 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane. System złożony z elementów, zapewniających lepszą efektywność terapii jest gorzej punktowany.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

41. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.6 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane. System mocowania zapewniający lepszy dostęp do pacjenta oraz niepowodujący odmrożeń jest gorzej punktowany, aniżeli drugie rozwiązanie (opcja nr 2)

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

42. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.7 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.



43. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.9 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane. Rozwiązanie, które oferuje szerszy wachlarz terapii jest gorzej punktowane, aniżeli to, które oferuje ich mniej (opcja nr 2).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

44. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.10 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane. Rozwiązanie, które pozwala na odłączenie okryć w każdym momencie prowadzenia terapii nie powodując tym samym wycieków wody jest gorzej punktowane, niż drugie rozwiązanie (opcja nr 2).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <b>ISO 9001</b> LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

45. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.15a nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane. Rozwiązanie, które gwarantuje pokrycie ciała pacjenta w min. 80% jest gorzej punktowane, aniżeli pokrycie ciała w 40%.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

46. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 15c i 15d zestawu do schładzania pacjenta, pokrywającego min.80% ciała pacjenta, co jest rozwiązaniem dużo lepszym do opisanego w SIWZ i bardziej efektywnym podczas prowadzonej terapii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

47. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę w pkt.22 i doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyposażenia przy dostawie: urządzenie grzewczo/chłodzące, 3 komplety drenów łączących urządzenie z wymiennikami ciepła, kabel połączeniowy do jednorazowych czujników temp., 10 jednorazowych czujników do pomiaru temperatury, 10 kpl. jednorazowych okryć pacjenta, skład kompletu: czepiec na głowę, kamizelka w uniwersalnym rozmiarze, okrycie dolnych partii ciała. Opisane drugie, alternatywne rozwiązanie jest dużo gorsze podczas użytkowania i podana jest mniejsza ilość zestawu startowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

48. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy Zamawiający w pkt.25 nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga: „Prędkość chłodzenia wody ( 40°C- 4°C) 5,5°C/ 1 min.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis jednocześnie wyjaśnia, że w/w punkcie Prędkość chłodzenia wody jest podana w zakresie (37°- 40°C do 33°- 4°C) 5,5°C/ 1 min.

49. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy Zamawiający w pkt.26 nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga: „Prędkość ogrzewania wody (4°C- 40°C) 3°C/ 1 min.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis jednocześnie wyjaśnia, że w/w punkcie Prędkość ogrzewania wody jest podana w zakresie (4°-33°C do 37°- 40°C) 3°C/ 1 min.

50. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy Zamawiający w pkt.28 nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga: „Prędkość przepływu wody min.: 136 l /godz.”



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

51. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.30 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji. W obecnych zapisach SIWZ gorsze użytkowo rozwiązanie jest lepiej punktowane. Rozwiązanie, które gwarantuje użytkownikowi kontrolę nad prawidłowym przepływem wody krążącej w urządzeniu jest gorzej punktowane.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

52. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.31 nie popełnił omyłki pisarskiej i w sposób nieświadomy dokonał złej punktacji.

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

W obecnych zapisach SIWZ mniejsza ilość alarmów jest lepiej punktowana, aniżeli ta, która posiada ich więcej (opcja nr 1).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany.

53. Treść pytania: Pakiet 4 - Zestaw do ochładzania chorych po NZK Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.49 urządzenia wyposażonego w port USB. Dostępność oprogramowania pozwalającego na zapis oraz przenoszenie danych dotyczących terapii.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWIZ w załączniku nr 1A w/w punkcie wymaga Urządzenie wyposażone w port USB. Dostępność oprogramowania pozwalającego na zapis oraz przenoszenie danych dotyczących terapii. Natomiast możliwość pomiaru SpO2 w technologii dla odpowiednich grup wiekowych w technologii co najmniej Masimo, Nellcor, Sast jest punktowana.

54. Treść pytania: PAKIET 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.6 urządzenia z możliwością regulacji temp. w zakresie 32-39 st.C, ze skokiem co 0,5 st.C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

55. Treść pytania: PAKIET 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z wyświetlaczem, który informuje o temperaturze docelowej, temperaturze aktualnej z podziałem na dwa niezależne kanały.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

56. Treść pytania: PAKIET 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.9 koca o wymiarach: 130x 60 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

57. Treść pytania: PAKIET 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.10 materaca o wymiarach 180x80 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

58. Treść pytania: PAKIET 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisów w pkt.11 - pomiar temperatury może być błędny do rzeczywistego stanu pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

59. Treść pytania: PAKIET 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga jednostki sterującej, która posiada wbudowana baterie z czasem pracy min. 1,5h niezależnie od sieci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



60. Treść pytania: PAKIET 3 – WIDEOLARYNGOSKOP Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.5 wideolaryngoskopu ze złączem microUSB celem transferu zarejestrowanych filmów i zdjęć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

61. Treść pytania: PAKIET 3 – WIDEOLARYNGOSKOP Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.9 łyżek/prowadnic do łyżek jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III*  
**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019**

62. Treść pytania: PAKIET 3 – WIDEOLARYNGOSKOP Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.13 czasu pracy min. 1,5h.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

63. Treść pytania: PAKIET 3 – WIDEOLARYNGOSKOP Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.15 źródło światła: dioda LED, >800 luxów, obszar oświetlenia z odległości 40mm min. 50mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

64. Treść pytania: PAKIET 3 – WIDEOLARYNGOSKOP Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.17b kompletów składających się z wielorazowej prowadnicy oraz jednorazowych osłon/nakładek - 4 komplety/rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

65. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w części - „Zestaw do ogrzewania chorych po hipotermii” urządzenie - System ogrzewania pacjenta o następujących parametrach ? System ogrzewania pacjenta z wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza, który ogrzewa pacjenta po przez jednorazowe kołderki. Cztery zakresy temperatur wysoka 43°C, średnia 38°C, niska 32°C, pokojowa. Dwie prędkości przepływu powietrza. Zabezpieczenia: system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych. Filtr: wysokiej skuteczności filtr 0.2 mikrona. Urządzenie posiadający łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii – czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania – widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia. Zestaw umożliwiający jednoczesne podgrzewania płynów przy użyciu jednorazowego systemu ogrzewania, kompatybilne z urządzeniem do ogrzewania pacjenta. Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta. Trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniając szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta. Dodatkowo wyposażenie pozwala na montowanie urządzenia na twardej powierzchni stojaku do IV, poręczy łóżka lub na specjalnym wózku wyposażonym w kółka. Przewód zasilający 4,6m przy wystąpieniu błędu miga pomarańczowa kontrolka błędu, włącza się alarm dźwiękowy. Wymiary : 33cm (wys) x 35 cm(szer) x 33 cm (gł) Waga: 7,3kg. Gwarancja 24 miesiące, dwa darmowe przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji. W zestawie wózek wyposażony w 4 kółka z blokadą i półkę na kołderki .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, przy czym informuje, że minimalny okres gwarancji to 24 miesiące i jest punkowany.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.


**INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 30.10.2019 r., na podstawie art. 38 ust 4a pkt 2) ustawy Pzp została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany:

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III*  
**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019**

ZMIANY W Załączniku nr 1A SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

ZMIANY W SIWZ - Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany do Ogłoszenia i do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 15.11.2019 r. godzina 11:00

**Załączniki**

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - tymczasowy nr referencyjny 19-532251-001
- SIWZ – zmiana
- Załącznik nr 1A

DYREKTOR  
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>			 <b>ISO 9001</b> LL-C (Certification)	
<b>32-700, Bochnia</b> ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				