

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

Bochnia, dn. 21.11.2019 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-41/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ IV

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 2 specyfikacji: Czy Zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności co zapewnia warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru węglowego gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk oraz z wygodną podszewką poliestrową? Najwyższe standardy bezpieczeństwa spełniają obecnie systemy z materacami posiadającymi warstwę grzewczą w postaci elastycznych polimerów węglowych w odróżnieniu od włókien węglowych. Materace grzewcze z takimi elementami wykluczają w 100% możliwość poparzenia pacjenta co likwiduje do zera ryzyko uszkodzenia ciała oraz niepotrzebne narażenie szpitala na koszty odszkodowań itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

2. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 3 specyfikacji: Czy Zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta był optymalnie przystosowany do wykorzystania dla jak największej liczby pacjentów co zapewnia najwyższy komfort użytkowania dla personelu oraz pozwala zabezpieczyć przed hipotermią maksymalną liczbę pacjentów w nawet nieprzewidzianych i awaryjnych sytuacjach co umożliwi jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę do 5 akcesoriów jednocześnie? Możliwość podłączenia większej liczby akcesoriów grzewczych pozwala na jak najbardziej optymalne wykorzystanie jednostek kontrolnych z możliwością dowolnej konfiguracji materaców i koców szczególnie na takim typie oddziału jak SOR.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

3. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 3 specyfikacji: Czy zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta bez konieczności obecności funkcji w kontrolce gdzie kanały posiadają osobną regulację temperatury ponieważ w praktyce funkcja ta nie jest wykorzystywana ze względu na brak wskazań medycznych i potrzeby takiego różnicowania? Jeżeli zamawiający zamierza korzystać z dwóch systemów na jednym pacjencie to nie ma konieczności ani zaleceń medycznych ustawiania innych temperatur na dwóch osobnych elementach grzewczych (koc, materac) Nie da się również ogrzewać jednej części ciała do innej temperatury, a drugiej do innej ponieważ ciało ludzkie i tak uśrednia swoją regulację wewnętrzną i nie ma konieczności klinicznej na takie rozróżnianie temperatur. Elementy używane w praktyce, które obsługiwane są przez jedną kontrolkę używane są każdy do innego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

4. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 6 specyfikacji: Czy Zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta zapewniał możliwość szerokiego wyboru ustawienia zakresu temperatur od 25 do 40 stopni Celsjusza co zapewnia opiekę nad pacjentem w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji klinicznej czego może nie zapewnić węższy zakres ustawienia temperatury?

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 5				

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

5. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 6 specyfikacji: Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta, który pozwala na regulację skoku temperatury co 1 stopień co w zupełności wystarcza do zapewnienia pełnej opieki nad pacjentem? Dbając o komfort pracy personelu skok co 1 stopień jest obecnie standardem obsługi tego typu urządzeń w zachodniej Europie i w naszym kraju, ponieważ zbyt mały skok regulacji temperatury tylko mnoży ilość dodatkowych czynności w obsłudze zajmując tym samym zbyt dużo czasu, który jest tak ważny podczas zabiegów na bloku operacyjnym. Nie ma potrzeby oraz uzasadnienia klinicznego do regulacji skoku temperatury mniejszego niż 1 stopień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

6. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 7 specyfikacji: Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kontrolką bez wskazania aktualnej temperatura materaca grzewczego, ponieważ wyświetlanie temperatury zadanej oraz moment osiągnięcia tej temperatury w kilka minut poprzez zmianę koloru ikony z niebieskiej (chłodny) na zielony (ok-temperatura zadana) jest najbardziej intuicyjny i pozwala na dużo łatwiejszą oraz szybszą obsługę przez personel? Najistotniejszymi parametrami są zadana temperatura oraz osiągnięcie tej temperatury. Większa ilość danych oraz funkcji w kontrolce może wprowadzać chaos oraz większą możliwość popełnienia błędu przez personel podczas zabiegów. Temperatura ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego) jest wyświetlana przez cały czas w przypadku naszej kontrolki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

7. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 9 specyfikacji: Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kocem o wymiarach 166 x 80 co czyni go dużo bardziej efektywnym, ponieważ długość większa o ponad 40 cm niż wymagana pozwala na ogrzanie nawet najwyższych pacjentów, a pacjentom niższym zapewnia okrycie maksymalnej powierzchni ciała potrzebnej do zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



8. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do 10 punktu specyfikacji: Czy zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z materacem o wymiarach 190x58,5, który zapewnia wystarczającą szerokość do ogrzewania nawet najbardziej otyłych pacjentów, a szerokość ta zapewnia maksymalną wygodę obsługi przy każdym rodzaju dostępnego na rynku polskim stołu, łóżka czy noszy? Szerokość większa niż 60 niesie ze sobą ryzyko nieodpowiedniego dopasowania do powierzchni, na których układany jest pacjent, a tym samym bezpośrednio ryzyko przesuwania się, wystawiania poza krawędzie, itp. co stwarza niebezpieczeństwo nawet uszkodzenia elementu grzewczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

9. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta z wbudowanym modułem do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z możliwością podłączenia do jednego monitora, w komplecie czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych? Jeden czujnik dla obsługi jednego pacjenta jest wystarczający szczególnie na oddziale SOR gdzie zdecydowana większość jest jednocześnie podłączona do monitorowania wszystkich parametrów życiowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III*

**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019**

10. **Treść pytania:** Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 12 specyfikacji: Czy zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta z kontrolką wyświetlającą informacje w formie uniwersalnych symboli zamiast komunikatów w języku polskim? Personel pracujący i obsługujący wiele urządzeń jednocześnie potrzebuje maksymalnie prostego w obsłudze systemu, więc system z komunikatami w formie ogólnie przyjętych na całym świecie symboli bez konkretnego języka jest dużo bardziej uniwersalny, łatwiejszy w obsłudze, intuicyjny i przysparza o wiele mniej komplikacji w momencie potrzeby zmiany ustawień. Oczywiście dla personelu obcojęzycznego innej narodowości będzie to również duże uproszczenie oraz brak możliwości pomyłki podczas obsługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

11. **Treść pytania:** Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 18 specyfikacji: Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta bez Koca/materaca wyposażonego w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczonego do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej? Materac, którym dysponujemy nie wymaga dodatkowych pokrowców, a uchwyty do mocowania posiada sam materac i tym samym jest dużo wygodniejszym w obsłudze oraz bezpieczniejszym w użytkowaniu ze względu na brak możliwości jakiegokolwiek przesuwania się na stole operacyjnym nawet bez dodatkowych pokrowców? Wprowadzenie materacy z dodatkowymi pokrowcami generuje dodatkowe koszty prania i zakupu dodatkowych akcesoriów wymiennych. Nasz system bez dodatkowych pokrowców, który chcemy Państwu zaoferować jest tańszym w eksploatacji oraz dużo bardziej wygodny dla personelu gdyż wystarczy tylko zdezynfekować (przetrzeć) materac po użyciu przed kolejnym pacjentem bez konieczności każdorazowego ściągania pokrowca i zakładania nowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

12. **Treść pytania:** Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII do punktu 19 specyfikacji: Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta z napięciem 26V co jest używane w większości urządzeń tego typu i nie tylko we wszystkich krajach Europy zachodniej i Polski jako standard i nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo pacjenta. Nasz system posiada wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i dopuszczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



13. **Treść pytania:** Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy Zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta był wyposażony w jednostkę kontrolną z baterią/akumulatorem umożliwiającą działanie systemu bez zasilania sieciowego w razie awarii zasilania lub konieczności przetransportowania pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

14. **Treść pytania:** Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta był najwyższej klasy sprzętem medycznym o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i komfortu poprzez wyposażenie materaca grzewczego w warstwę elastycznych polimerów węglowych (w odróżnieniu od włókien węglowych) uniemożliwiająca osiągnięcie wyższej temperatury w miejscu uszkodzenia powłoki materaca/koca, co daje możliwość dokończenia zabiegu bez konieczności wyłączenia systemu? Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje wtedy powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

15. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy Zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu bateryjnym) pozwalał na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

16. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta nie powodował zakłóceń podczas pracy diatermii?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

17. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy Zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta był wyposażony w powłokę zewnętrzną materaca wykonaną z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilną w kontakcie ze skórą? System dzięki temu umożliwi ułożenie pacjenta bezpośrednio na materacu bez dodatkowych wielorazowych czy jednorazowych pokrowców co minimalizuje koszty dla szpitala oraz skraca czas obsługi (dezynfekcji) urządzenia przez personel.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

18. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy Zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta posiadał przy materacu grzewczym integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

19. Treść pytania: Pakiet nr 5 - ZESTAW DO OGRZEWANIA CHORYCH PO HIPOTERMII Czy Zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta wyposażony był w jednostkę kontrolną o wadze nie przekraczającej 2 kg co czyni system bardzo poręcznym dla personelu i ułatwiającym przenoszenie i instalację w każdym wybranym przez obsługującego miejscu bez większych ograniczeń?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

#### INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 21.11.2019 r., na podstawie art. 38 ust 4a pkt 2) ustawy Pzp została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.



#### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany:

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 09.12.2019 r. godzina 11:00

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



*Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn.  
„Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część III*  
**ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019**

**ZMIANY W SIWZ**

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

**Załączniki**

- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - tymczasowy nr referencyjny 19-570587-001
- SIWZ – zmiana

**DYREKTOR**  
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17  
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej</b>			 <b>ISO 9001</b> LL-C (Certification)	 <b>CERTYFIKAT 2018/2</b>
<b>32-700, Bochnia</b> <b>ul. Krakowska 31</b> REGON: <b>000304349</b>	NIP: <b>868-16-04-021</b> Centrala, tel.: <b>(14) 615-34-00</b> Sekretariat, tel.: <b>(14) 615-32-01</b>	Fax: <b>(14) 615-32-02</b> Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): <b>35 1240 4722 1111 0010 5181 7287</b> Nawiązki sądowe: <b>26 1240 4722 1111 0010 5181 7740</b>				