



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

Bochnia, dn. 21.10.2019 r.


ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyposażenia medycznego w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka 710 mm? Parametr ten tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
2. Treść pytania: Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150 mm? Parametr ten tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*
3. Treść pytania: Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji wysokości 540-980 mm?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
4. Treść pytania: Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenbura 15 stopni?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
5. Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści leże bez tunelu na kasetę RTG, ale z możliwością wkładania kasety pod pacjenta celem lepszego umiejscowienia i mniejszej dawki promieniowania RTG?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem innego rozwiązania w celu możliwości robienia zdjęć RTG*
6. Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści bariery boczne malowane proszkowo w certyfikowanej technice antybakteryjnej?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
7. Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy zamiast podstawy z koszem na poręczne rzeczy pacjenta Zamawiający dopuści rozwiązanie tożsame w postaci kosza pod leżem wózka?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
8. Pakiet nr 1 – WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści obciążenie robocze wózka 225 kg?
Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ – Projekt umowy - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 24.10.2019 r. godzina 13:00

ZMIANY W SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA



Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 21.10.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540223878-N-2019 z dnia 21.10.2019r.
- SIWZ – zmiana
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

*Dyrektor
Jarosław Kycia*

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				