



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

Bochnia, dn. 17.10.2019 r.



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-40/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyposażenia medycznego w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet nr 5 - PODNOŚNIK PACJENTA OPIS PARAMETRU, FUNKCJI, WYMOGI GRANICZNE Pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 40 kg
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
2. Treść pytania: Pakiet nr 5 - PODNOŚNIK PACJENTA OPIS PARAMETRU, FUNKCJI, WYMOGI GRANICZNE Pkt. 5
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 62 do 180 cm
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
3. Treść pytania: Pakiet nr 5 - PODNOŚNIK PACJENTA OPIS PARAMETRU, FUNKCJI, WYMOGI GRANICZNE Pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie podstawy jezdnej o wysokości 113 mm (11,3 cm)
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
4. Treść pytania: Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 1) – Wózek transportowy – 15 sztuk: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada cztery koła z centralną blokadą, z jednym kołem kierunkowym, o średnicy 200 mm?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
5. Treść pytania: Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 1) – Wózek transportowy – 15 sztuk: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada podstawę obudowaną wypraskami z tworzywa z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy pacjenta?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
6. Treść pytania: Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 1) – Wózek transportowy – 15 sztuk: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie posiada możliwości wyboru koloru ramy wózka? Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo – epoksydowym w kolorze RAL 9002.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
7. Treść pytania: Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 4) – Łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru, które posiada kosz na podręczne rzeczy pacjenta umieszczony pod leżem od strony nóg pacjenta?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

8. **Treść pytania:** Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 4) – Łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru, które posiada materac oparcia pleców oraz materac leża połączone łącznikiem skajowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
9. **Treść pytania:** Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 4) – Łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru, które posiada materac o grubości 60 mm bez właściwości przeciwoleżynowych (od 1 do 4 stopnia odleżyn)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
10. **Treść pytania:** Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 4) – Łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru, które posiada wieszak kroplówki chromowany z czterema haczykami z regulacją wysokości, nie teleskopowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
11. **Treść pytania:** Pytania do Załącznika nr 1A (pakiet nr 4) – Łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do wzmożonego intensywnego nadzoru, które nie jest wyposażone w uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza brak zaoferowania w uchwytów na worki urologiczne po obu stronach leża (punktacja).
12. **Treść pytania:** Zadanie 5 Podnośnik pacjenta Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo i którego masa wynosi 43 kg ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
13. **Treść pytania:** Zadanie 5 Podnośnik pacjenta Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o zakresie podnoszenia ramienia od 100 do 200cm? Parametr ten w sposób nieznaczący odbiega od zakresu podanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
14. **Treść pytania:** Zadanie 5 Podnośnik pacjenta Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta wyposażony w 4 podwójne koła, w tym 2 z hamulcem, o średnicy dla kół przednich wynoszącej 5 cm, co pozwala na podjechanie pod łóżko o bardzo małym prześwicie (przynajmniej 6 cm), oraz tylne koła o średnicy 7,5 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
15. **Treść pytania:** Zadanie 5 Podnośnik pacjenta Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta wyposażony w pojemny akumulator, pozwalający na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania, ładowany poprzez jego wyjęcie z urządzenia i podłączenie do zewnętrznej ładowarki? Czas pełnego naładowania wynosi 8 godzin.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
16. **Treść pytania:** Zadanie 5 Podnośnik pacjenta Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta w którym płynna regulacja rozstawu podstawy odbywa się za pomocą rączki regulacyjnej ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
17. **Treść pytania:** Czy zamawiający dopuści wózek transportowy o obciążeniu dopuszczalnym 180 kg ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

18. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.
Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ*
19. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 778 mm?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
20. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2143 mm?
Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ*
21. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwaną hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z boku wózka w zakresie 0° – 20°, regulacja płynna?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
22. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° – 90°, regulacja płynna?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
23. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne ze stali nierdzewnej, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na ok. 75% długości leża?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
24. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści cztery koła jezdne o średnicy 200 mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową, podstawa wózka wyposażona w podstawę z wyprofilowanym miejscem na podręczne rzeczy pacjenta?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
25. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający konstrukcję wózka w kolorze szarym oraz materac w kolorze granatowym?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
26. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający obciążenie robocze wynoszące 310 kg potwierdzone przez producenta w oryginalnym folderze oraz w instrukcji obsługi?
Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza Potwierdzone stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą lub producenta obciążenie robocze wózka wynoszące min. 250 kg, a więc większe jednocześnie informuje, że dopuszcza potwierdzenie przez producenta w oryginalnym folderze oraz w instrukcji obsługi.*

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

27. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek zabiegowy – 5 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi zmianę do SIWZ

28. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek zabiegowy – 5 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o poniższych parametrach?

- 3 x szuflada
- 1 x blat roboczy z tworzywa ABS wysuwany z lewej strony wózka
- Wózek nie posiadający półki - wyposażony w trzy szuflady
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej
- Blat górny / roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka
- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa
- Stelaż z profilu stalowego, lakierowany proszkowo na kolor jasno szary
- Blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami
- Szafka stalowa, lakierowana proszkowo, fronty i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru)
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- Wymiary szafki: 650 x 550 mm
- Wymiar całkowity wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość 720 mm, szerokość 610 mm
 - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



29. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi zmianę do SIWZ

30. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o poniższych parametrach?

- 3 x szuflady, wysokość frontów szuflad 225 mm
- 1 x blat boczny, wysuwany o wym. 360 x 360 mm
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej
- 1 x wieszak kroplówki
- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z możliwością otwierania pokrywy kolanem
- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta z boku wózka np. na akcesoria
- 1 x deska do przeprowadzania RKO o wym. 550 x 390 x 10 mm
- 1 x półka pod defibrylator
- Blat górny / roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka
- Blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

- Blat o wym. 640 x 545 mm, szafka stalowa lakierowana proszkowo na kolor jasno szary, fronty i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru)
- Podstawa z odbojami, wyposażona w koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- Wymiary szafki: 650 x 550 mm
- Wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

31. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

32. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 9 i 10) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka – wózka z poręczami bocznymi, które są zamocowane na stałe 810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

33. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści regulację wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie od 580 mm do 910 mm mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

34. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 0° do 75°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

35. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści przechył Trendelenburga 14,5°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

36. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści przechył Trendelenburga 13,5°?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

37. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka, z boku wózka od strony głowy pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami z trakcie jazdy wózkami z pacjentem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem, że dźwignie do sterowania nie wystają po za łóżko

38. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 19)

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

Zamawiający dopuści łóżko – wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża, piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

39. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko – wózek wyposażony w barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo z estetycznym wykończeniem z tworzywa sztucznego, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, zabezpieczające pacjenta na ok. 80% długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

40. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 4 – Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru – 3 szt. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko – wózek wyposażony w teleskopowy, wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny, 2-częściowy z regulacją wysokości, z 4 haczykami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

41. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 Wózek transportowy – 3 miesięczny termin realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

42. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, o szerokości całkowitej wynoszącej 690mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

43. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, o długości całkowitej wynoszącej 2100 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

44. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy o wysokości regulowanej nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 460 - 850 mm , odbywającej się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

45. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 5i6: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, nie posiadający funkcji ustawienia pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

46. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, wyposażony w trwałe leże dwusegmentowe, nieprzeierne dla promieni RTG ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

47. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt 8: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, bez prowadnicy na kasetę RTG ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

48. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

wózek transportowy, wyposażony w ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 45° – regulacja płynna?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

49. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy wyposażony w aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min.55% długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

50. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, wyposażony w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, wyposażone w centralną blokadę osiową realizowaną przy pomocy pedałów nożnych obustronnych. Użycie pedału nożnego blokuje koła wyłącznie jednej osi – koła przednie lub tylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

51. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, nie posiadający półki na podręczne rzeczy pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

52. Treść pytania: Pakiet nr 1 - WÓZEK TRANSPORTOWY Dotyczy pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy, o dopuszczalnym obciążeniu roboczym potwierdzonym dokumentem przez producenta, wynoszącym 170 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

53. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt.6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko-wózek z podstawą obudowaną. Obudowa z tworzywa ABS bez nanotechnologii - odporna na środki dezynfekcyjne, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę oraz miejsce do przechowywania rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

54. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko-wózek do wzmożonego intensywnego nadzoru, o długości całkowitej: 2170 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

55. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko-wózek o szerokości bez poręczy bocznych 840mm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

56. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru o szerokości całkowitej, z poręczami bocznymi, wynoszącej 840mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

57. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru wyposażone w oparcie pleców

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

regulowane dzięki zastosowaniu dwóch trwałych sprężyn gazowych z blokadą, w zakresie 0-62 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

58. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru wyposażone w przechył Trendelenburga wynoszący 14 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

59. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru wyposażone w przechył anty-Trendelenburga wynoszący 14 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

60. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru, wyposażone w dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi, znajdujące się po obu bokach podstawy łóżka, co zapewniłoby dostęp do nich na większej przestrzeni?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem, że dźwignie do sterowania nie wystają po za łóżko

61. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko-wózek wyposażony w cztery koła jezdne (o średnicy 200mm) z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym (o średnicy 125mm)- dźwignie do sterowania układem jezdny umieszczone w każdym narożniku podstawy. Sterowanie układem jezdny umieszczonym w czterech narożnikach jest wygodniejsze niż sterowanie umieszczone tylko w dwóch narożnikach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

62. Treść pytania: Pytania do pakietu Nr. 4:: Łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru Dotyczy pkt. 23: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru wyposażone w trwałe barierki boczne stalowo-chromowane składane na ramę leża. Składane za pomocą mechanizmu blokującego, posiadające również mechanizm zabezpieczający palce przed przygnieceniem, oraz zabezpieczające pacjenta na powyżej 55% długości leża ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



63. Treść pytania: Dot. terminu realizacji pakietu nr 2 i 3 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy? Prośbę tę motywujemy bardzo dużą ilością zamówień w okresie jesienno-zimowym gdzie terminy realizacji w zakładach produkcyjnych znacząco się wydłużają i sięgają aż do 8 tygodni. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat w związku z powyższym prosimy o wzięcie pod uwagę obecnej sytuacji u wytwórców wyposażenia medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 42 dni, jednocześnie informuje, że wprowadził zmianę do SIWZ

64. Treść pytania: Pakiet nr 1 wózek transportowy szt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, którego szerokość całkowita wynosi 790 mm co nieznacznie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				





Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

65. Treść pytania: Pakiet nr 1 wózek transportowy szt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, którego długość całkowita wynosi 2090 mm co nieznacznie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ
66. Treść pytania: Pakiet nr 1 wózek transportowy szt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża za pomocą pompy nożnej z zakresem regulacji , który jest zakresem szerszym od wymaganego więc lepszym 570-910 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
67. Treść pytania: Pakiet nr 1 wózek transportowy szt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta składanymi i rozkładanymi a opuszczenie barierki bocznej polega na uchwyceniu górnej poprzeczki barierki jedną ręką, a następnie odblokowanie zatrzasku blokady drugą ręką poprzez odciążenie gałki blokady. Spowoduje to zwolnienie blokady i opuszczenie barierki. Jej podnoszenie z kolei polega na uniesieniu barierki jedną ręką aż do jej zablokowania, co następuje samoczynnie i sygnalizowane jest dźwiękiem zatrzasku blokady. Rozwiązanie takie wydaje się równoważne do wskazanego w opisie przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
68. Treść pytania: Pakiet nr 1 wózek transportowy szt. 15 Zamawiający czV Wózek transportowy w pozostałych wymaganiach podaje: *Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał eksploatacyjny) (**)* Proszę o informacje jakie materiały eksploatacyjne miał Zamawiający na myśli formułując wygania dot. wózków transportowych?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy podać jeżeli dotyczy – jeżeli nie dotyczy to należy wpisać nie dotyczy.
69. Treść pytania: Pakiet nr 1 wózek transportowy szt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego barierki boczne są wykonane ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
70. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko -wózek z podstawą wózka obudowaną, obudowa z tworzywa z możliwością mycia oraz dezynfekcji środkami stosowanymi w placówkach medycznych jednak bez zastosowania technologii antybakteryjnej?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza (punktacja)
71. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko -wózek, który posiada maksymalne obciążenia 230 kg ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ
72. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko –wózek którego szerokość całkowita wynosi 820 mm co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
73. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

zaoferowania łóżko- wózek którego szerokość całkowita i szerokość łóżka – wózka ma tą samą wartość 820 mm co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego, ponieważ barierki nie zwiększają szerokości wózka na najbardziej skrajnym punkcie szerokości są krążki odbojowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

74. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko -wózek , który posiada regulację wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 565 -895 mm co nie znacznie odbiega od parametru wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

75. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta składanymi i rozkładanymi a opuszczenie barierki bocznej polega na uchwyceniu górnej poprzeczki barierki jedną ręką, a następnie odblokowanie zatrzasku blokady drugą ręką poprzez odciążenie gałki blokady. Spowoduje to zwolnienie blokady i opuszczenie barierki. Jej podnoszenie z kolei polega na uniesieniu barierki jedną ręką aż do jej zablokowania, co następuje samoczynnie i sygnalizowane jest dźwiękiem zatrzasku blokady. Rozwiązanie takie wydaje się równoważne do wskazanego w opisie przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

76. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Zamawiający cz V_łóżka- wózek w pozostałych wymaganiach podaje: *Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał eksploatacyjny) (**)* Proszę o informacje jakie materiały eksploatacyjne miał Zamawiający na myśli formułując wykania dot. łóżka- wózków?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy podać jeżeli dotyczy – jeżeli nie dotyczy to należy wpisać nie dotyczy.

77. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko-wózek, którego barierki boczne są wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

78. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko - wózek do przewożenia chorych z materacem z obszyciem z materiału nieprzemakalnego bez dodatków bakterio i grzybobójczych ograniczających rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza (punktacja)



79. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko -wózek z materacem bez właściwości niepalnych zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza (punktacja)

80. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko -wózek z pokrowcem materaca, który wykonany jest z materiału trudnopalnego zgodnie z normą BS EN 1021-1, BSEN 1021-2 - potwierdzona atestem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia przezierności dla promieni RTG

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

81. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania łożko -wózek z którego pokrowiec materaca jest z technologią jonów srebra – potwierdzona odpowiednim dokumentem. Tapicerka materaca wodoodporna, odporna na niskie temperatury, promieniowanie UV, produkty chemiczne oraz posiada ochronę przeciwko mikroorganizmami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia przezierności dla promieni RTG

82. Treść pytania: Pakiet nr 4 łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru szt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania materac, który posiada tapicerkę z materiału składającego się z polichloru winylu i dzianiny poliestrowej jest nieprzemakalny i odporny na zadrapania. Dodatkowym atutem materiału jest ograniczona palność. Tkanina znajduje zastosowanie jako materiał tapicerski mebli do miejsc użyteczności publicznej.

Specyfikacja techniczna:

Masa powierzchniowa: >450 [g/m²]
Rodzaj powłoki PCW: 100 [%]
Rodzaj nośnika PES: 100 [%]
Palność: Produkt uniepalniony
Odporność powłoki na ścieranie - metoda Martindale'a: >30 tys. [cykle]

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia przezierności dla promieni RTG

W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W Załączniku nr 1A SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 23.10.2019 r. godzina 13:00

ZMIANY W SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 17.10.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540222220-N-2019 z dnia 17.10.2019r.
- SIWZ – zmiana
- Załącznik nr 1A

Dyrektor
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



Zakup wyposażenia medycznego
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” –
zadanie 2 zakup sprzętu medycznego – SOR,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-42/2019

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				