

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa mebli dla SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania dotyczy: pakiet nr 1 meble medyczne szafkę przyłóżkową Punkt 10 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której blat główny wykonany jest z tworzywa ABS, odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Treść pytania dotyczy: pakiet nr 1 meble medyczne szafkę przyłóżkową Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której drzwi oraz fronty wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo? Zdjęcie poglądowe poniżej



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Treść pytania dotyczy: pakiet nr 1 meble medyczne szafkę przyłóżkową Punkt 19 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną, szafka posiada wolną przestrzeń o wysokości 16, 6 cm na podręczne przedmioty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Treść pytania dotyczy: pakiet nr 1 meble medyczne szafkę przyłóżkową. Zamawiający w załączniku 1 B pakiet 1 wskazał opis szafki przyłóżkowej 4.12 i 5.8- czy ten opis ma dotyczyć tych pozycji z załącznika 1 A pakiet 1?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opis szafki przyłóżkowej dotyczy pozycji nr 4.13, 5.7 z załącznika 1A pakiet 1, jednocześnie informuje, że skorygował załącznik nr 1B pakiet nr 1

5. Treść pytania dotyczy: Dotyczy treści SIWZ W rozdziale III podpunkt 6.1 dla Pakietu 1 Zamawiający wymaga, aby na wezwanie Wykonawca przedstawił Certyfikat CE lub deklarację zgodności producenta o przeznaczeniu wyposażenia meblowego do pomieszczeń medycznych. Jednak meble będące przedmiotem w/w postępowania nie podlegają pod przepisy oznaczenia CE (nie są wyposażone w części elektryczne, nie posiadają części ruchomych napędzanych silownikami bądź silniczkami). Nie są także wyrobami medycznymi. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedstawienia Certyfikatu CE bądź deklaracji zgodności dla mebli będących

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



przedmiotem Pakietu 1 w/w postępowania (z wyłączeniem szafki przyłóżkowej która jest wyrobem medycznym i posiada Deklarację zgodności) ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ

6. Treść pytania dotyczy: W rozdziale III podpunkt 6.1 dla Pakietu 2 Zamawiający wymaga, aby w wyznaczonym czasie Wykonawca przedstawił Certyfikat CE lub deklarację zgodności producenta o przeznaczeniu wyposażenia meblowego do pomieszczeń medycznych. Jednak meble będące przedmiotem w/w postępowania nie podlegają pod przepisy oznaczenia CE (nie są wyposażone w części elektryczne, nie posiadają części ruchomych napędzanych silownikami bądź silniczkami). Nie są także wyrobami medycznymi. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedstawienia Certyfikatu CE bądź deklaracji zgodności dla mebli będących przedmiotem Pakietu 2 w/w postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Treść pytania dotyczy: Dotyczy Pakiet 1 załącznik 1B pozycja 2.6; 3.7 Biurko komputerowe W opisie technicznym biurka Zamawiający wymaga, aby biurko posiadało stelaż wykonany z ramy o profilu 40x20 mm i nóg 40x40 mm z regulacją wysokości. Natomiast w wymaganiach do mebli z pozycji 2.6 oraz 3.7 w tabeli parametrów Zamawiający wymaga aby biurko miało stelaż oparty o nogę okrągłą o średnicy 43 mm oraz belki poziome o przekroju 25x40 mm. W związku z tym, czy Zamawiający oczekuje biurka na stelażu z nogą o przekroju okrągłym, czy kwadratowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że stelaż biurka komputerowego ma być wykonany wymagań do mebli z pozycji 2.6 oraz 3.7, jednocześnie informuje, że skorygował załącznik nr 1B pakiet nr 1 poz. 2.6, 3.7

8. Treść pytania dotyczy: Dotyczy Pakiet 1 załącznik 1B pozycja 6.4 Szafka stojąca zlewozmywakowa W opisie technicznym szafki zlewozmywakowej Zamawiający wymaga, aby konstrukcyjnie oparta była o profil aluminiowy wypełniony płytą meblową. Natomiast dla pozostałych elementów wyposażenia wymaga konstrukcji z płyty meblowej. W związku z tym, czy Zamawiający potwierdza że doszło do omyłki pisarskiej i szafka zlewozmywakowa również ma mieć konstrukcję z płyty meblowej bez profili aluminiowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja szafki stojącej zlewozmywakowej ma być wypełniona płytą meblową, jednocześnie informuje, że skorygował załącznik nr 1B pakiet nr 1 poz. 6.4


9. Treść pytania dotyczy: Dotyczy Pakiet 1 Załącznik 1B Wymagania dla mebli dla pozycji 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 4.10, 4.11, 5.5 5.6, 6.1, 11.2 Czy Zamawiający dopuści meble posadowione na nóżkach o wysokości 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Treść pytania dotyczy: Dotyczy Pakiet 2 Załącznik 2B pozycja 3.2 Czy Zamawiający potwierdza, że w opisie regału czteropółkowego z pozycji 3.2 doszło do omyłki pisarskiej i regał ma być wykonany jako konstrukcja szkieletowa metalowa lakierowana proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednocześnie informuje, że skorygował załącznik nr 1B pakiet nr 2 poz. 3.2

11. Treść pytania dotyczy: Dotyczy wzoru umowy W związku z trwającą pandemią koronawirusa która już ma wpływ na sytuację wykonawców realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne i inne umowy zawarte w reżimie prawa zamówień publicznych, a w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji istnieje ryzyko, że negatywne konsekwencje będą coraz dalej idące. Obecna sytuacja ma wpływ nie tylko na realizację umów, ale też na toczące się i przyszłe zamówienie realizowane na drodze postępowania przetargowego. W zaistniałej sytuacji szczególne znaczenie mają roszczenia o przedłużenie terminu realizacji umowy. Analizie należy poddać w szczególności klauzulę dotyczącą siły wyższej. W polskich przepisach instytucja ta nie jest zdefiniowana, jednak praktyka obrotu wypracowała definicję

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 Certyfikat 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiazki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

siły wyższej, która jest powielana w większości umów zawartych w reżimie Prawa zamówień publicznych. Jako przesłanki uznania danych okoliczności za sytuację siły wyższej ujmuje się zwykle:

- zewnętrzny i niezależny od stron umowy charakter zdarzenia,
- jego nadzwyczajny i niemożliwy do przewidzenia charakter,
- niemożność wykonania zobowiązań kontraktowych w wyniku zdarzenia.

Zastosowanie klauzuli siły wyższej wymaga zatem nie tylko wykazania zaistnienia epidemii, ale także udowodnienia jej konkretnego wpływu na realizację kontraktu. W przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego odwołanie się stron umowy w sprawie zamówienia publicznego do klauzuli siły wyższej nie zawsze jednak będzie adekwatne. Trudno bowiem sformułować klauzulę siły wyższej w sposób uwzględniający wymogi art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., a to z uwagi na brak obiektywnej możliwości przewidzenia siły wyższej, co z kolei wynika z charakteru tego zjawiska.

W związku z tym wnosimy o zmianę wzoru umowy i skonkretyzowanie możliwości zmiany umowy w taki sposób:

W §6 wzoru umowy – dodanie zapisu:

„6. Zamawiający przedłuży termin realizacji umowy do 3 tygodni – po uzasadnionym wniosku Wykonawcy, który uprawdopodobni sytuację powodującą wydłużenie się transportu sprzętu ze względu na pandemię koronawirus.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji kolejnego terminu wykonania umowy – w sytuacji kiedy przedłużenie terminu o 3 tygodnie - ze względu na eskalację konsekwencji pandemii nie byłoby wystarczające dla realizacji przedmiotowej umowy.”

Wprowadzenie tego zapisu – umożliwi Zamawiającemu zmianę umowy, kiedy znajdą przesłanki ujęte w tym przepisie bez konieczności występowania na drogę sądową i egzekwowania racji w taki sposób obu stron umowy. Ponadto – Zamawiający nie będzie narażony na zarzut nieuprawnionej zmiany umowy, gdyż możliwość i okoliczności zmiany umowy zostaną jak powyżej skonkretyzowane.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi następujący zapis do Umowy „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w zakresie zmiany wyłącznie terminu wykonania Umowy, spowodowanej wystąpieniem siły wyższej (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia np. opóźnienia czy istotne utrudnienia wynikające z przepisów prawa czy zaleceń właściwych instytucji jako konsekwencji epidemii / pandemii, które uniemożliwiłyby realizację Umowy w uzgodnionym uprzednio terminie)”.

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:



ZMIANY W FORMULARZU ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH - Załącznik nr 1B do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

ZMIANY w Projekcie umowy – załącznik n 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 03.04.2020 r. godzina 13:00

ZMIANY W SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



*Dostawa mebli dla SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-8/2020


INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 27.03.2020 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540055523-N-2020 z dnia 27.03.2020r.
- SIWZ – zmiana

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				