

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

Bochnia, dn.12.05.2020 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. E. pkt 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z zawieszeniem sufitowym, której zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej wynosi +/- 135°? Taki zakres ruchu lampy zapewnia pełne możliwości wykonywania badań. Wymaganie większego zakresu ruchu w osi poziomej nie ma uzasadnienia praktycznego..

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora o rozmiarze pola aktywnego 33,9 x 42,4 cm? Niewielka różnica rozmiaru (0,1 cm) nie ma istotnego wpływu na parametry urządzenia i możliwości diagnostyczne .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora o wadze 3 kg? Różnica 0,1 kg nie ma istotnego wpływu na komfort pracy z detektorem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora, którego wartość DQE wynosi 66%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 9. oraz ust. III. H. pkt 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora, którego maksymalne obciążenie całej powierzchni wynosi 150 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora, którego czas podglądu obrazu wynosi 3 sekundy? Różnica 1 sekundy w czasie pojawienia się podglądu obrazu nie ma istotnego wpływu na komfort pracy technika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 13. oraz ust. III. H. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora renomowanego producenta światowej klasy o współczynniku wodoszczelności IP54? Klasa IP54 świadczy o ochronie przed pyłem oraz przed bryzgami wody z dowolnego kierunku i w pełni zabezpiecza detektor przed ewentualnym zalaniem jakimkolwiek płynem bądź krwią.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. G. pkt 13. oraz ust. III. H. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie detektora o klasie wodoszczelności IP41? Klasa IP41 świadczy o ochronie przed obcymi ciałami stałymi o średnicy minimum 1 mm i ochronie przed padającymi kroplami wody.

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. H. pkt 4. Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie detektora o wadze 3,8 kg? Różnica 0,1 kg nie ma istotnego wpływu na komfort pracy z detektorem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. I. pkt 50. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki? Możliwość przypisywania zdjęć do dowolnych danych demograficznych pacjentów może doprowadzić do powstania niebezpiecznych w skutkach błędów i nadużyć, dlatego nie jest ona udostępniana przez producenta aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna Część V. pkt 5. Prosimy o podanie dostawców systemu RIS i PACS Zamawiającego oraz o informację czy Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty zakupu licencji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśni, że posiada system RIS/PACS firmy Alteris S.A. Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający wymaga podłączenia i konfiguracji aparatu RTG z posiadany przez Zamawiającego systemem RIS/PACS, a cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia (z uwzględnieniem oferowanych upustów), niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz projektem umowy określonym w SIWZ, a więc i min. zakup licencji.

12. Treść pytania Załącznik 1A, pkt II.4 Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu z: „Rok produkcji min. 2019 (...)” na „Rok produkcji min. 2020 (...)”? Aparat rentgenowski (w tym również i lampa będąca częścią aparatu RTG) przechowywany w niewłaściwych warunkach może stracić swoje właściwości i zaplanowaną żywotność. Dlatego istotne jest dla użytkownika, aby urządzenie było dostarczone do użytkownika wkrótce po zakończeniu produkcji. Urządzenia przechowywane ponad 12 miesięcy, jak w przypadku urządzenia wyprodukowanego w 2019 roku (w niewiadomych warunkach – temperatura, gradient temperatury, wilgotność) mogą wymagać wymiany podzespołów (a przede wszystkim lampy RTG) znacznie wcześniej, niż wyprodukowane w 2020 roku, na zamówienie Zamawiającego. Z tego powodu sprzedawca zazwyczaj jest zdeterminowany do znacznego obniżenia ceny urządzenia przetrzymywanego w magazynie. Według naszej oceny jest to niekorzystne dla Zamawiającego, dlatego wnosimy, jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

13. Treść pytania Załącznik 1A, pkt III Spółka prosi o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pełni manualny system.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga w pełni manualny systemu.

14. Treść pytania Załącznik 1A, pkt III G. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego detektor o następujących parametrach: waga: z baterią 3,6 kg (bez baterii 3,3 kg), maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: 150 kg, wodoodporność detektora – klasa IPX1, ładowarka do baterii ładuje jedną baterię (dostarczymy 2 ładowarki do jest wygodniejszym rozwiązaniem). Pozostałe parametry detektora są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Treść pytania Załącznik 1A, pkt III H. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego detektor o następujących parametrach: waga: z baterią 4,6 kg (bez baterii 4,3 kg) maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: 150 kg wodoodporność detektora – klasa IPX1. Pozostałe parametry detektora są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

16. Treść pytania Załącznik 1A, pkt V.5 Spółka prosi o wskazanie, czy integracja z systemem RIS/PACS ma odbyć się na koszt Wykonawcy czy Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca powinien wziąć te koszty na siebie czy też Zamawiający dostarczy gotowe licencje. W przypadku, kiedy całość integracji łącznie z licencjami od producenta PACS/RIS ma zostać po stronie Wykonawcy, kluczowa jest informacja o dostawcy systemu PACS/RIS. W innym przypadku niemożliwe jest oszacowanie kosztów integracji. Prosimy zatem o podanie producenta systemu RIS/PACS lub o informację, że Zamawiający koszty niezbędnych licencji ze strony serwera RIS/PACS bierze na siebie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 11

17. Treść pytania Załącznik 3, §2 pkt 2 Spółka prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania adaptacji pomieszczenia instalacji aparatu (m.in. konstrukcji zawieszenia sufitowego, kanałów kablowych, osłon stałych, malowania pomieszczenia czy położenia podłogi) oraz wykonania projektu osłon stałych

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wykonania adaptacji pomieszczenia instalacji aparatu (m.in. kanałów kablowych, osłon stałych, malowania pomieszczenia czy położenia podłogi) oraz wykonania projektu osłon stałych za wyjątkiem wykonania zawieszenia sufitowego oraz podłączenia do istniejącej rozdzielniczej elektrycznej, a także odtworzenia stanu zastanego.

18. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. D.16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG bez systemu uniemożliwiającego wykonanie ekspozycji bez detektora w stole?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

19. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. E.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z zakresem ruchu poprzecznego lampy RTG na zawieszeniu sufitowym wynoszącym 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. E.5 Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi jest zależna m. in. od wysokości montażu zawieszenia sufitowego, w związku z czym prosimy o podanie wysokości pomieszczenia w którym ma zostać zainstalowany aparat.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenie w którym ma zostać zainstalowany aparat ma 260 cm wysokości.

21. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. E.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z zakresem ruchu lampy RTG wokół osi pionowej wynoszący +200/-135°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

22. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. E.7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z zakresem ruchu lampy RTG wokół osi poziomej wynoszący +150/-190°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

23. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. F.9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG bez systemu uniemożliwiającego wykonanie ekspozycji bez detektora w statywie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

24. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. G.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z detektorem cyfrowym bezprzewodowym o wadze 3,0kg? Różnica względem wartości wymaganej jest znikoma i niezauważalna przez użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

25. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. G.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z detektorem cyfrowym bezprzewodowym o wadze 3,0kg? Różnica względem wartości wymaganej jest

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

znikoma i niezauważalna przez użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

26. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. I. 22 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie aparatu RTG bez funkcji umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu? Dane takie jak kVp, mAs, data badania są automatycznie zapisywane w tagach DICOM obrazu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

27. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. I. 23 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie aparatu RTG bez funkcji ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

28. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. I. 28 Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z konsola bez funkcji zmiany piksela w wysyłanym obrazie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

29. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. I. 29 Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z konsola z interfejsem bez pomocy kontekstowej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

30. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. I. 37 Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z konsola bez funkcji multisesyjności – jest to funkcjonalność specyficzna dla stacji lekarskiej .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. Treść pytania dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – L.p. III. I. 56,57 Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z konsola bez funkcji opisanych w niniejszych punktach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

32. Treść pytania Zał. nr 1a – specyfikacja techniczna ust. III. I. pkt 40. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości oznaczenia wybranych badań jako chronione przez usunięciem? Pozwoli nam to na zaoferowanie aparatu a Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

33. Treść pytania Dotyczy Specyfikacji technicznej - Załącznik nr 1A do SIWZ Dotyczy Części III, pkt. III.F.1 „Maksymalna odległość środka panelu od podłoża  $\geq 180\text{cm}$ ” Czy Zamawiający dopuści statyw do zdjęć płucnych, w którym maksymalna odległość środka panelu od podłogi wynosi 177,8 cm? Różnica jest niezauważalna a pragniemy zaoferować statyw o zakresie ruchu pionowego ponad 145 cm, co zapewni Zamawiającemu możliwość obniżenia panelu na dużo niższą wysokość niż graniczna (w pkt. III.F.2)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

34. Treść pytania Dotyczy projektu umowy §3 ust.1-4 „Kary umowne” (Załącznik nr 3 do SIWZ) Wnosimy o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

35. Treść pytania Dotyczy projektu umowy §3 ust.1-4 „Kary umowne” (Załącznik nr 3 do SIWZ) Czy Zamawiający w paragrafie 3 zgodzi się wprowadzić naliczenie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, a nie całej kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1? Określona przez Zamawiającego wysokość kar

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

umownych jest rażąco wygórowana, a Zamawiający zagwarantował sobie w §3 ust.5 prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

36. Treść pytania Dotyczy §3 ust. 1, 2 i 4 „Kary umowne” (Załącznik nr 3 do SIWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,2% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki? Określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, jednocześnie informuje, że wprowadził zmiany do projektu Umowy.

37. Treść pytania Dotyczy §5 ust. 4. (Załącznik nr 3 do SIWZ) Prosimy o zmianę treści par. 5 ust. 4 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku stwierdzenia wad po dokonaniu odbioru lub po dokonaniu odbioru mimo wad, Zamawiający zgłasza reklamację pisemnie lub faksem lub emailem na następujące adresy ..... Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zapłaty do czasu usunięcia wad lub dostarczenia elementu/podzespołu sprzętu wolnego od wad – w takim przypadku termin zapłaty, wskazany w §4 ust. 4 powyżej, rozpoczyna bieg od dnia usunięcia wad lub dostarczenia elementu/podzespołu sprzętu wolnego od wad.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, jednocześnie informuje, że wprowadził zmiany do projektu Umowy.

38. Treść pytania Dotyczy Specyfikacji technicznej - Załącznik nr 1A do SIWZ Dotyczy Części IV, pkt. 2 “nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad” Prosimy o zmianę treści wymogu w Części IV pkt 2 i nadanie mu następującego brzmienia: “nastąpi przedłużenie terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego elementu/podzespołu urządzenia wolnego od wad o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją niemożliwe było z niej korzystanie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, jednocześnie informuje, że wprowadził zmiany do Załącznik nr 1A do SIWZ Dotyczy Części IV, pkt. 2

39. Treść pytania Pytanie do § 2 ust. 3 w zw. z ust. 5 wzoru umowy: Zgodnie z § 2 ust. 3 lit. c Wykonawca wraz z dostarczeniem sprzętu zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu / protokołu szkolenia personelu. Zgodnie z ust. 5 tego samego paragrafu, niedostarczenie tego dokumentu wraz z dostawą sprzętu, Zamawiający może odmówić odbioru i zwrócić sprzęt. Wykonawca zwraca uwagę, że przeszkolenie personelu możliwe jest dopiero po uruchomieniu sprzętu, stąd Wykonawca wnosi bądź o wykreślenie § 2 ust. 3 lit c) bądź o jego doprecyzowanie poprzez potwierdzenie, iż obowiązek dostarczenia dokumentów określonych w § 2 ust. 3 dotyczy momentu przystąpienia do odbioru końcowego, a nie momentu dostawy sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że dokumenty należy dołączyć protokołu odbioru.

40. Treść pytania Pytanie do § 3 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 3 ust. 2 umowy? Zgodnie z § 2 ust. 5 niedostarczenie dokumentów określonych w § 2 ust. 3 skutkuje uznaniem że dostawa nie nastąpiła w terminie. Pozostawiając § 3 ust. 2 umowy, Wykonawca z tytułu jednego naruszenia (tj. zwłoki w wykonaniu umowy) może zostać obciążony dwoma karami umownymi, na podstawie ust. 1 oraz na podstawie ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

41. Treść pytania Pytanie do § 3 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 3 ust. 4 umowy względnie na bardziej precyzyjne określenie naruszeń, jakie skutkować będą nałożeniem na Wykonawcę kary umownej? Wykonawca wyjaśnia, że postanowienie jest nieprecyzyjne a tym samym powoduje niepewność

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

sytuacji prawnej Wykonawcy. Przy takiej redakcji powołanego postanowienia, Zamawiający dysponuje całym wachlarzem możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną, za każdego rodzaju naruszenie umowy, nawet nieistotne. Tym samym Wykonawca nie jest w stanie ocenić ryzyka związanego z zawarciem i realizacją umowy. Kary umowne winny być zastrzegane precyzyjnie – w tym przypadku poprzez wskazanie jakiego rodzaju naruszenia uprawniają Zamawiającego do naliczenia kar umownych, a także skalkulowane w taki sposób, aby ich wysokość odpowiadała randze naruszenia. W ocenie Wykonawcy obecne brzmienie § 3 ust. 4 jest nie do zaakceptowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

42. Treść pytania Pytanie do § 3 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację § 3 ust. 5 umowy? „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 10% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

43. Treść pytania Pytanie do § 5 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 5 ust. 4 umowy poprzez wykreślenie uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia wad sprzętu. Wykonawca wyjaśnia, że realizacja uprawnień z tytułu rękojmi nie powinna mieć żadnego wpływu na obowiązek zapłaty umownego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

44. Treść pytania Pytanie do § 5 ust. 6 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie § 5 ust. 6 umowy? Wykonawca wyjaśnia, że z uwagi na charakter dostarczanego sprzętu, utrudnione jest jego spakowanie i odesłanie do Wykonawcy. Ponadto wszelkie wady czy usterki powinny być wykonywane przez uprawniony podmiot w odpowiednich warunkach. Wszelkie przesyłanie urządzenia mogłoby doprowadzić do jego zniszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

45. Treść pytania Pytanie do § 5 ust. 15 zd. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację § 5 ust. 6 umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Okres gwarancji automatycznie ulega przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy wady uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu, a w przypadku wymiany całego sprzętu biegnie na nowo.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 15 zd. 1 wzoru umowy na następujący: „Okres gwarancji automatycznie ulega przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy wady lub usterki uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu, a w przypadku wymiany całego sprzętu biegnie na nowo.”

46. Treść pytania Dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna III.A.Pkt.4 Generator RTG Zakres mAs  $\geq 0,1$ - 500 mAs. Czy Zamawiający dopuści generator o min. wartości mAs 0,25 mAs zaś max. 630 mAs? Zastosowany generator został zaprojektowany i celowo wyprodukowany przez producenta aparatu RTG tak, aby umożliwiał wykonanie obrazów z najmniejszą możliwą dawką i optymalną jakością obrazu, co jest celem nadrzędnym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

47. Treść pytania III.A.Pkt.5 Generator RTG Czy Zamawiający dopuści generator o min. Czasie ekspozycji równym 2ms? Zastosowany generator został zaprojektowany i celowo wyprodukowany przez producenta aparatu RTG tak, aby umożliwiał wykonanie obrazów z najmniejszą możliwą dawką i optymalną jakością obrazu, co jest celem nadrzędnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

48. Treść pytania III.A.Pkt.6 Generator RTG Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy który posiada programy anatomiczne w liczbie ponad 500?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

49. Treść pytania III.B.Pkt.2 Lampa RTG Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy, którego ogniska lampy wynoszą 0,6/1,3 ? Zastosowana lampa pracuje z powodzeniem od lat w naszych systemach RTG.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

50. Treść pytania III.B.Pkt.9 Lampa RTG Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego dotykowy wyświetlacz LCD znajdujący się na obudowie lampy ma przekątną min. 6" ? Tak mała różnica nie ma wpływu na walory użytkowe aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

51. Treść pytania III.B.Pkt.11 Lampa RTG Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu, bądź dopuszczenie renomowanego na rynku aparatu bez wyświetlania parametrów w poziomie przy obrocie kołpaka lampy? Taki zapis wskazuje jednego Wykonawcę co uniemożliwia innym złożenie ważnej i konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

52. Treść pytania III.D.Pkt.5 Stół Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego Zakres ruchu wzdłużnego wynosi 68 cm ? Zaproponowany aparat został zaprojektowany i celowo wyprodukowany przez producenta aparatu RTG tak, aby umożliwiał wykonanie wszystkich procedur RTG

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

53. Treść pytania III.E.Pkt.3 Lampa z zawieszeniem sufitowym Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego zakres ruchu poprzecznego lampy RTG wynosi 200 cm ? Tak mała różnica nie ma wpływu na walory użytkowe aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

54. Treść pytania III.E.Pkt.7 Lampa z zawieszeniem sufitowym Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej wynosi + 135°/-180°? Zaproponowany aparat został zaprojektowany i celowo wyprodukowany przez producenta aparatu RTG tak, aby umożliwiał wykonanie wszystkich procedur RTG.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

55. Treść pytania III.F.Pkt.1 Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego maksymalna odległość środka panelu od podłoża wynosi 178,5 cm ? Tak mała różnica nie ma wpływu na walory użytkowe aparatu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

56. Treść pytania Treść pytania III.G.Pkt.4 Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego waga detektora wynosi 3,2 kg? Tak mała różnica nie ma wpływu na walory użytkowe, poza tym inne kluczowe parametry naszego detektora są na wyższym poziomie niż wymagane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

57. Treść pytania III.G.Pkt.5 i 6 Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości detektora w procesie diagnostyki. W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwia wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszą jakością proponujemy modyfikację punktacji. Proponujemy modyfikację oceny punktowej:

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |
| Strona 7 z 21  |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

- <= 55% - 0 pkt
- > 55% - 65% -5 pkt
- > 65 % - 70%-10 pkt
- >70% -15pkt
- > 140 µm – 0 pkt.
- > 100 µm -140 µm – 10 pkt
- ≤ 100 µm - 20 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

58. Treść pytania III.G.Pkt.9 Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego maksymalna obciążenie na całej powierzchni detektora wynosi 150 kg? Zawsze kiedy przyjdzie potrzeba zwiększenia tego wymogu zamawiający może użyć dedykowanych ochronnych, kaset które mają większe maksymalne obciążenie. Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości obrazowania. Im większa rozdzielczość, tym lepiej widać detale na obrazie. W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwiałby wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszym odwzorowaniem szczegółów proponujemy wprowadzenie punktacji:

- ≥ 3,3 lp/mm - 0 pkt.
- ≥ 4,0 lp/mm - 10 pkt
- ≥ 5,0 lp/mm - 15 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

59. Treść pytania III.H.Pkt.4 Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w statywie Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego waga detektora wynosi 3,8 kg? Tak mała różnica nie ma wpływu na walory użytkowe, poza tym inne kluczowe parametry naszego detektora są na wyższym poziomie niż wymagane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

60. Treść pytania III.H.Pkt.5 i 6 Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości detektora w procesie diagnostyki. W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwiałby wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszą jakością proponujemy modyfikację punktacji. Proponujemy modyfikację oceny punktowej:

- <= 55% - 0 pkt
- > 55% - 65% -5 pkt
- > 65 % - 70%-10 pkt
- >70% -15pkt
- > 140 µm – 0 pkt.
- > 100 µm -140 µm – 10 pkt
- ≤ 100 µm - 20 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

61. Treść pytania III.H.Pkt.9 Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w statywie Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego maksymalna obciążenie na całej powierzchni detektora wynosi 150 kg? Zawsze kiedy przyjdzie potrzeba zwiększenia tego wymogu zamawiający może użyć dedykowanych ochronnych, kaset które mają większe maksymalne obciążenie.

- Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości obrazowania. Im większa rozdzielczość, tym lepiej widać detale na obrazie. W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwiałby wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszym odwzorowaniem szczegółów proponujemy wprowadzenie punktacji:
- ≥ 3,3 lp/mm - 0 pkt.

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |



## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

 $\geq 4,0$  lp/mm - 10 pkt $\geq 5,0$  lp/mm - 15 pktOdpowiedź: Zgodnie z SIWZ

62. Treść pytania III.I.Pkt.3 i 4 Konsola technika Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego monitor jest większy od wymaganego, ale nie jest dotykowy oprogramowanie obsługiwane jest za pomocą myszki? Zaproponowany przez nas system ma możliwość podłączenie dwóch monitorów do obsługi aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

63. Treść pytania III.I.Pkt.20 Konsola technika Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu, bądź dopuszczenie renomowanego na rynku aparatu który posiada funkcję nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) oraz obracanie bez zmiany koloru i tła? Nie ma potrzeby zmiany koloru tła na obrazie, który jest tylko i wyłącznie w odcieniach szarości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

64. Treść pytania III.I.Pkt.26 Konsola technika Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego oprogramowanie po rozpoczęciu badania pozwala:

-dodawać kolejne projekcje

- zmianę programów anatomicznych (nawet po odczycie)

- duplikowanie projekcji

Natomiast ze względu na inną logikę naszego oprogramowania, badania w naszym systemie nie wymagają kasowania projekcji, ani odrzucania odczytanego obrazu. Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na oprogramowanie konkretnego producenta, co uniemożliwia nam złożenie oferty i wyklucza nas z postępowania. Czy Zamawiający dopuści więc oprogramowanie, w którym powielenie projekcji wymaga pojedynczego kliknięcia, nieużyte projekcje nie wymagają kasowania, natomiast obraz uznany za odrzucony nie zostanie wysłany do punktu docelowego, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

65. Treść pytania III.I.Pkt.28 Konsola technika Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu, uznając go za nieistotny ze względu na technologię wykorzystywaną w urządzeniach typu DR? Zmiana wielkości piksela dotyczyła skanerów, można było ustawiać w nich ile punktów na cal ma odczytać skaner, w detektorach jest to zdefiniowane ilością fotodiód w matrycy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

66. Treść pytania III.I.Pkt.29 Konsola technika Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy którego interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć zbudowany jest z czytelnych ikon i jest w języku angielskim ? Zaproponowany przez nas system oceniany jest przez użytkownika jako bardzo przyjazny i intuicyjny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

67. Treść pytania III.I.Pkt.31 Konsola technika Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu, wpisywania informacji o alergiach przy zachowaniu pozostałych wymaganych możliwości? Wpisywanie informacji o alergiach na zdjęciu RTG mija się z celem i wskazuje na konkretnego producenta tym samym umożliwia złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG bez możliwości wpisywania informacji o alergiach przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów

68. Treść pytania III.I.Pkt.32 Konsola technika Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu, bądź

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

dopuszczenie renomowanego na rynku aparatu bez możliwości automatycznego uzupełniania danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum? Taki zapis wskazuje jednego Wykonawcę co uniemożliwia innym złożenie ważnej i konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

69. Treść pytania III.I.Pkt.43 Konsola technika Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy, który ma możliwość eksportu badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką we wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalnościach poza eksportem obrazu do formatów graficznych (BMP, JPEG)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

70. Treść pytania III.I.Pkt.47 Konsola technika Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanej na rynku firmy, który ma możliwość wyboru programów anatomicznych z rozwijanej listy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

71. Treść pytania III.I.Pkt.53 Konsola technika Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu, bądź dopuszczenie renomowanego na rynku aparatu bez możliwości przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów? Taki zapis wskazuje jednego Wykonawcę co uniemożliwia innym złożenie ważnej i konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

72. Treść pytania III.I.Pkt.57 Konsola technika Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu, bądź dopuszczenie renomowanego na rynku aparatu bez możliwości wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika? Taki zapis wskazuje jednego Wykonawcę co uniemożliwia innym złożenie ważnej i konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

73. Treść pytania Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kto jest dostawcą RIS/PACS oraz czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia do tych systemów sprzętu będącego przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 11. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada wolnych licencji.

74. Treść pytania W zakresie wymogu dot. materiałów potwierdzających zaoferowane parametry Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oświadczenie producenta, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi specyfikacji i zadeklarowane parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

75. Treść pytania Prosimy o podanie konfiguracji, którego typu aparatu zawieszenie sufitowe Zamawiający wymaga:

- manualnego
- semi-automatu tj. z funkcją autotrackingu lampa>>>stół i lampa>>>>statyw płucny
- w pełni zmotoryzowanego tj. z funkcją autotrackingu i autopozycjonowania

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga w pełni manualnego systemu.

76. Treść pytania Zamawiający w pkt. IIIIE ppkt. 6 wymaga „Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 150°> Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem +/- 120°. Oferowany zakres w pełni umożliwia wykonywanie wszystkich procedur medycznych tzn. nie ma ograniczeń dot. technik ułożeń pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

77. Treść pytania Zamawiający w pkt IIIIG ppkt. 4 wymaga " Waga ≤ 2,9 kg". Prosimy o dopuszczenie detektora o wadze z baterią 2,95 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

78. Treść pytania Zamawiający w pkt. IIIi ppkt. 49 wymaga " Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym" Prosimy o doprecyzowanie wymogu

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu

79. Treść pytania Zamawiający wymaga „Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy”. Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy, w tym jego konstrukcji i budowy, wnosimy o modyfikację do brzmienia „Liczba napraw tego samego elementu okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania jego wymiany na nowy (max 3 naprawy)”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

80. Treść pytania Z uwagi na wymóg Zamawiającego dostępności dodatkowych szkoleń, konsultacji prosimy o doprecyzowanie ile potencjalnie dodatkowych godzin szkoleniowych oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że ze względu na obecną sytuację nie jest w stanie określić dokładnie ile będzie potrzebował dodatkowych godzin szkoleniowych.

81. Treść pytania Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

82. Treść pytania Wnosimy o obniżenie kar umownych za zwłokę z poziomu aktualnie 0,5% do 0,2% wartości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 36.

83. Treść pytania pkt III.D 12 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez szuflady obrotowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

84. Treść pytania pkt III.D 14 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w blat stołu płaski, z metalowymi zakończeniami boków w celu zabezpieczenia, nie utrudniającymi przemieszczania pacjenta i dezynfekcji blatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

85. Treść pytania pkt III.E 3 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu poprzecznego lampy RTG 202 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

86. Treść pytania pkt III.E 6 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu lampy RTG względem osi pionowej +200/-135?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

87. Treść pytania pkt III.E 7 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu lampy RTG względem osi poziomej +120/-210?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



88. Treść pytania pkt III.F 9 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w tym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

89. Treść pytania pkt III.G 4 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem o wadze 3.6 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

90. Treść pytania pkt III.G 9, III.H 9 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem o maksymalnym obciążeniu na całej powierzchni 150 kg a większe wartości realizowane są poprzez zastosowanie dodatkowej obudowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

91. Treść pytania pkt III.G 10, II.H 10 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem o czasie wyświetlania podglądu obrazu poniżej 5 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

92. Treść pytania pkt III.G 13, II.H 13 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem o klasie odporności IPX1?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

93. Treść pytania pkt III.H 2 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem działającym w trybie tylko przewodowym z możliwością wyjęcia ze statywu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

94. Treść pytania pkt III.I 8 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

95. Treść pytania pkt III.I 11 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

96. Treść pytania pkt III.I 22 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

97. Treść pytania pkt III.I 23 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

98. Treść pytania pkt III.I 28 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

99. Treść pytania pkt III.I 29 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

100. Treść pytania pkt III.I 37 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

101. Treść pytania pkt III.I 53 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

102. Treść pytania pkt III.I 54 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

103. Treść pytania pkt III.I 55 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

104. Treść pytania pkt III.I 56 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

105. Treść pytania pkt III.I 57 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

106. Treść pytania pkt III.I 58 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

107. Treść pytania Moc maksymalna  $\geq 65$  kW" Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z generatorem 50kW?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

108. Treść pytania „Maksymalny prąd  $\geq 780$ mA" Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem min 630mA?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

109. Treść pytania „Ilość programów anatomicznych  $\geq 1200$ " Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ilością programów 1000?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

110. Treść pytania „Moc ogniska dużego  $\geq 70$  kW" Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z mocą ogniska dużego 55kW?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

111. Treść pytania Pytanie dotyczy pkt 10. „Dostępne parametry wyświetlacza" czy zamawiający może doprecyzować co rozumie przez możliwość "śledzenia detektora w stole" w odniesieniu do grafiki na wyświetlaczu, czy ma to być wskaźnik włączonej opcji czy jakiegoś wyświetlanie graficzne?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, pod pojęciem „Dostępne parametry wyświetlacza" rozumie wskaźnik graficzny za pomocą którego istnieje możliwość włączania/wyłączania śledzenia detektora

112. Treść pytania „Zakres ruchu poprzecznego  $\geq 24$  cm" czy zamawiający dopuści do przetargu stół o wymiarach 220x91cm, ale o zakresie ruchu poprzecznego min 22cm?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

113. Treść pytania „Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 175°" czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem lampy w osi poziomej min +/-120stopni a w pionowej min -182/+154?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

114. Treść pytania „Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym" Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem lampy w osi poziomej min +/-120stopni a w pionowej min -182/+154?

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

115. Treść pytania czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem o wadze min 3.1kg, ponieważ różnica jest znikoma?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

116. Treść pytania „Podgląd obrazu  $\leq 2$  sek.” czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem szybkości podglądu obrazu min 4s? Różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres wykonywanej diagnostyki, mając na uwadze, że poniżej dopuszcza się cykl 10s, czyli nawet przy uzyskaniu obrazu w 2 sekundy kolejne badanie dopuszcza się możliwość jego wykonania po minimum 10 sekundach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

117. Treść pytania „Wodoodporność detektora – klasa min IPX3” Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem o zabezpieczeniu IP56 w skali międzynarodowej, gdzie IP 56 ma wyższe wymagania niż IPX3?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

118. Treść pytania „Waga  $\leq 3,7$  kg” Ponieważ zamawiający punktuje możliwość zaoferowania detektora typu WIFI w punkcie 2 opisu czy zamawiający dopuści detektor wbudowany na stałe o wadze 4,5kg, gdyż nie ma to znaczenia w przypadku, jeśli nie będzie on wyjmowany.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

119. Treść pytania „Podgląd obrazu  $\leq 2$  sek.” Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem szybkości podglądu obrazu min 4s? Różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres wykonywanej diagnostyki, mając na uwadze, że poniżej dopuszcza się cykl 10s, czyli nawet przy uzyskaniu obrazu w 2 sekundy kolejne badanie dopuszcza się możliwość jego wykonania po minimum 10 sekundach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

120. Treść pytania „Wodoodporność detektora – klasa min IPX3” Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem o zabezpieczeniu IP56 w skali międzynarodowej, gdzie IP 56 ma wyższe wymagania niż IPX3.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

121. Treść pytania „Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najeżdżanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji)” Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z interfejsem, gdzie treść opisowa jest w języku polskim i dodatkowo obsługa następuje za pomocą piktogramów bez opisów z podświetleniem funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

122. Treść pytania Czy zamawiający na potrzeby montażu systemu z zawieszeniem sufitowym przygotuje pomieszczenie zgodnie z wytycznymi producenta? Mamy na myśli konstrukcja nośna zawieszenia, sufit podwieszany i inne, jeśli są wymagane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 17

123. Treść pytania dotyczy Części II pkt. 4 tabeli parametrów technicznych. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego roku produkcji na rok min 2020? Obecnie zbliżamy się do końca pierwszej połowy 2020 roku i firmy już posiadają w swoich portfolio nowe modele aparatów RTG mocno udoskonalone względem roku 2019. W związku z tym zapis pozwalający na zaoferowanie aparatu starszego niż rok 2020 działa bardzo niekorzystnie dla Zamawiającego. Głównym elementem na który czas działa niekorzystnie jest lampa rtg, której próżnia osłabia się wraz z upływem czasu, w którym lampa nie jest użytkowana. Zwracamy się więc o wprowadzenie wymogu zaoferowania aparatu z roku produkcji 2020.

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

124. Treść pytania dotyczy III.C. pkt 3 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat posiadający wskazania kąta obrotu lampy względem osi poziomej? Wskazania kąta obrotu lampy są dużo bardziej istotne z punktu widzenia pracy techników. Zmiana zapisu z kąta obrotu kołpaka na kąt obrotu lampy względem osi poziomej jest jak najbardziej uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

125. Treść pytania dotyczy III.C pkt 4 parametrów technicznych. Czy Zamawiający w zapisie w pkt III.C 4 o brzmieniu „Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem” uzna warunek za spełniony przez rozwiązanie jakim jest kalkulacja dawki? Jest to rozwiązanie równoważne w pełni zintegrowane z DICOM.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

126. Treść pytania dotyczy III.D. pkt 2 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG posiadający stół o szerokości 75 cm? Pragniemy zauważyć, że stół, jaki chcemy Państwu zaoferować spełnia wszystkie inne wymagania określające parametry stołu takie jak długość wysokość czy zakres ruchu, a nawet znacząco je przewyższają. Oferowane rozwiązanie charakteryzuje się też największą na rynku dopuszczalną masą pacjenta 375 kg. Obecny zapis wymaganej szerokości nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

127. Treść pytania dotyczy III.D. pkt 12 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół nieposiadający obrotowej szuflady służącej do zmiany położenia detektora. Rozwiązanie zmiany położenia detektora, jakie chcemy Państwu zaoferować wymaga jego wyjęcie i ponownego włożenia. Łatwość i praktyczność naszego rozwiązania nie powoduje jednak niebezpieczeństwa uszkodzenia detektora. Zwracamy również uwagę, że rozwiązanie z obrotową szufladą przy częstej konieczności wyjmowania detektora (np. W celu wykonania zdjęcia pacjentom na łóżkach) może nieść za sobą niebezpieczeństwo uszkodzenia systemu obrotowego i uszkodzenie detektora, który jest jednym z najdroższych elementów aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

128. Treść pytania dotyczy III.E. pkt 7 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuścić do postępowania wysokiej klasy aparat RTG spełniający wszystkie punkty opisane w paragrafie III.E z wyjątkiem pkt. 7? Zwracamy się więc z prośbą o dopuszczenie rozwiązania z zakresem ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 115°. Zaznaczamy jednocześnie, że wspomniany parametr nie będzie utrudniał pracy personelu oraz nie będzie wpływał negatywnie na komfort pacjentów. Pozwala też na wykonywanie wszystkich procedur klinicznych związanych z badaniami rtg.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

129. Treść pytania dotyczy III.F. pkt 4 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych spełniający wszystkie parametry opisane w paragrafie III.F. z wyjątkiem punktu 4? W ramach punktu 4 chcemy zaoferować państwu kratkę przeciwrozproszeniową min. SID 140 cm, 40l/cm 8: 1. Oferowana przez nas kratka doskonale radzi sobie w zakresie SID: 100 – 180 cm i nie wymaga jej częstej wymiany przy zmianie SID. Obecny zapis wyklucza nasz ewentualny udział w postępowaniu i ogranicza konkurencję, co wpływa negatywnie na sytuację zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

130. Treść pytania dotyczy III.G. pkt 7 parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o usunięcie parametru zapisanego w paragrafie III.G. pkt. 7. Wielkość dawki określa przedstawiony w pkt 6 współczynnik DQE i nie ma żadnych dowodów, że system odczytu sygnału TFT z jakiegokolwiek sposób zmniejsza dawkę. Obecny zapis w nieuzasadniony sposób ogranicza konkurencję i nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu. Aktualny

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

zapis nie ma potwierdzenia w dokumentacji technicznej i służy wyłącznie ograniczeniu liczby ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

131. Treść pytania dotyczy III.G. pkt 9 parametrów technicznych. Zwracamy się o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis „Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora  $\geq 200\text{kg}$ ”? Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przez detektor renomowanego producenta, który przeznaczony jest do badań pacjentów o wadze do 300kg przy ciężarze równomiernie rozłożonym na całej powierzchni detektora. Obecny zapis jest niejasny i nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

132. Treść pytania dotyczy III.G. pkt 9 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania parametr podglądu obrazu  $\leq 4$  sek? Obecne brzmienie wymogu wyklucza nam możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i zaoferowanie najwyższej klasy aparatu RTG. Zmiana nie ma wpływu na właściwości kliniczne urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

133. Treść pytania dotyczy III.H. pkt 7 i 10 parametrów technicznych. Zwracamy się o zmianę parametrów lub ich usunięcie z wymagań znajdujących się pkt 7 i 10. Pkt. 7. Wielkość dawki określa przedstawiony w pkt 6 współczynnik DQE i nie ma żadnych dowodów, że system odczytu sygnału TFT z jakiegokolwiek sposób zmniejsza dawkę. Obecny zapis w nieuzasadniony sposób ogranicza konkurencję i nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu. Aktualny zapis nie ma potwierdzenia w dokumentacji technicznej i służy wyłącznie ograniczeniu liczby ofert w postępowaniu. Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania parametr podglądu obrazu  $\leq 4$  sek? Obecnie brzmienie wymogu wyklucza nam możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i zaoferowanie najwyższej klasy aparatu RTG. Parametr nie ma wpływu na właściwości kliniczne aparatu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

134. Treść pytania dotyczy III.H. pkt 2; 4; 9; 10; 13; 15 i 16 parametrów technicznych. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy detektora, który jest wbudowany w statyw. Z tego względu opisane parametry w punktach 2; 4; 9; 10; 15 i 16 nie dotyczą detektora, który chcemy Państwu zaoferować. Wbudowane w statyw detektory determinują zupełnie inne parametry. Dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie statywu ze wbudowanym detektorem bez konieczności spełniania w/w punktów specyfikacji. Detektor wbudowany ma szereg zalet: nie wymaga wkładania i wyciągania, przez co nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne (nieobjęte gwarancją); jego transmisja nie ulega zakłóceniom i nie jest narażona na przechwycenie przez nieuprawnionych odbiorców. Detektor wbudowany to niezawodność. Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający opisał jeden detektor bezprzewodowy, przez co w interesie Zamawiającego jest posiadanie drugiego wbudowanego. W przypadku statywu proces wkładania i wyjmowania detektora jest znacznie trudniejszy i utrudnia pracę personelu oraz naraża Zamawiającego na nieprzewidziane koszty potencjalnego uszkodzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

135. Treść pytania dotyczy III.I. pkt 19 parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu znajdującego się w punkcie 19 tabeli parametrów technicznych poprzez usunięcie słów „koloru i tła”. Wymóg spełniania parametru zmiany koloru i tła nie znajduje uzasadnienia jako parametr graniczny i nie pozwala wielu firmom na wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

136. Treść pytania dotyczy III.I. pkt 20 parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu znajdującego się pkt. 20 tabeli parametrów technicznych i wykasowanie zapisu „koloru i tła oraz obracania”. Zapis w obecnym brzmieniu nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu. Aktualny zapis służy wyłącznie

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |
| Strona 16 z 21   |   |   |   |   |



## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

ograniczeniu liczby ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

137. Treść pytania dotyczy III.I. pkt 22 parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w pkt 22 z tabeli parametrów technicznych. Wymagane parametry w tym są automatycznie zapisywane w systemie DICOM. Obecne brzmienie wymogu nie pozwala nam na wzięcie udziału z postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

138. Treść pytania dotyczy III.I. pkt 28; 29; 32; 34; 43; parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktów wymaganych: 28; 29; 32; 34; 43. lub dopuszczenie i uznanie punktów za spełnione przez zaoferowanie renomowanej stacji Eleva (znanej z rodziny aparatów DigitalDiagnost) o udowodnionej prostej i intuicyjnej obsłudze. Rozwiązanie jest stosowane we wszystkich aparatach premium renomowanego producenta i jest uznawane przez użytkowników za jedno z najlepszych na rynku. Aktualny zapis służy wyłącznie ograniczeniu liczby ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

139. Treść pytania dotyczy III.I. pkt 47; parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu znajdującego się pkt 47 o brzmieniu „Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka.” Zapis ten nie znajduje uzasadnienia i nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

140. Treść pytania dotyczy III.I. pkt 49; 50; 52; 53; 54 ;55 ;56; 57;58 parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktów wymaganych 49; 50; 52; 53; 54 ;55 ;56; 57;58 lub dopuszczenie i uznanie punktów za spełnione przez zaoferowanie renomowanej stacji Eleva (znanej z rodziny aparatów DigitalDiagnost) o udowodnionej prostej i intuicyjnej obsłudze. Rozwiązanie jest stosowane we wszystkich aparatach premium renomowanego producenta i jest uznawane przez użytkowników za jedno z najlepszych na rynku. Aktualny zapis służy wyłącznie ograniczeniu liczby ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

141. Treść pytania dotyczy III.B pkt 9 parametrów technicznych: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania wyświetlacza pokazującego SID oraz kąt lampy rtg. Obecne brzmienie zapisu nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

142. Treść pytania dotyczy III.B pkt 11 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD nie zachowuje wyświetlanych parametrów w poziomie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

143. Treść pytania dotyczy III.E pkt 6 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, posiadający zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min +/- 135o ? Zapis w obecnym brzmieniu nie pozwala nam na wzięcie udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

144. Treść pytania dotyczy III.G pkt 5 parametrów technicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o wielkości piksela 160 µm? Wysokiej klasy detektor posiadający piksel o rozmiarze 160 µm spełni oczekiwania Państwa lekarzy jak i techników i pozwoli na uzyskiwanie obrazów o bardzo dobrej jakości diagnostycznej. Detektor wraz z dedykowanym oprogramowaniem zapewnia doskonałą i jednoznaczną w ocenie informację medyczną, co ułatwia diagnozowanie pacjentów.

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

145. Treść pytania dotyczy III.G pkt 4 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy detektor o wadze 3,1 kg? Różnica wagowa pomiędzy detektorem jaki Zamawiający opisał, a detektorem jaki chcemy zaoferować wynosi 200g. Jest to różnica niezauważalna dla przeciętnej osoby, dlatego też nie będzie miała wpływu na komfort pracy personelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

146. Treść pytania dotyczy III.E pkt 3 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy system RTG posiadający zakres ruchu poprzecznego lampy równy 180cm? Zakres ten we współpracy z ruchem stołu zapewnia wystarczającą odległość do przebadania w całości nawet bardzo wysokich pacjentów. Nasze rozwiązanie zapewnia możliwość wykonania wszystkich badań rtg..

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

147. Treść pytania – Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 6.1 podpunkt 1) oraz załącznika 1a do SIWZ, część V, punkt 9: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu i potwierdzenie, że wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019, poz. 175, 447, 534) spełniającym wymagania zasadnicze oraz był wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy ma być wyłączenie aparat RTG, ponieważ elementy wyposażenia np. UPS, komputer, środki ochrony osobistej nie są wyrobami medycznymi, ponadto nie ma możliwości zakupu na rynku wyposażenia aparatu RTG, które w całości będzie wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający dopuszcza odrębne certyfikaty na detektory i sprzęty komputerowe, jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku detektorów certyfikat ma potwierdzać zgodność z ustawą o wyrobach medycznych, natomiast w przypadku sprzętów komputerowych dopuszcza się certyfikat, ale nie wymaga potwierdzający zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

148. Treść pytania - Dotyczy terminu realizacji zamówienia: Czy z uwagi na pandemię COVID-19 oraz ryzyko zamknięcia placówek służby zdrowia dla firm zewnętrznych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zaoferowanego terminu realizacji umowy o ilość dni, przez jaką Wykonawca nie miał dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w §2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

149. Treść pytania - Dotyczy wzoru umowy, §3: Prosimy o wprowadzenie do §3 wzoru umowy zapisu o treści: „Zamawiający nie naliczy kar umownych ani nie odstąpi od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadkach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) lub na podstawie przepisów nowelizujących ww. ustawę.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

150. Treść pytania - Dotyczy wzoru umowy Czy z uwagi na pandemię COVID-19 i coraz większe problemy z terminową realizacją dostaw przez firmy produkujące elementy wyposażenia, Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia na sprzęt o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych parametrach, jeśli zmiana nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w §6 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

151. Treść pytania – Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

152. Treść pytania - Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

153. Treść pytania - Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

154. Treść pytania - Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

## Zakup aparatu RTG

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

155. Treść pytania – Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 6.1 Podpunkt 2): Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

156. Treść pytania – Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik 1a do SIWZ, część IV, punkt 14: Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku udostępnienia kodów /hasła /kluczy serwisowych po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników technicznych zamawiającego. Jednocześnie w przypadku odpowiedzi negatywnej czy zamawiający przewiduje zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej wraz z zachowaniem tajemnicy służbowej i poufności? Wskazać należy, że prawa autorskie do oprogramowania serwisowego, w tym kodów /hasła/kluczy serwisowych, należą, co do zasady do wytwórcy wyrobu medycznego i korzystanie z nich przez inne podmioty - zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego - wymaga zawarcia odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego, gdzie licencje takowe bazują na wzorach, co do zasady jednakowych dla wszystkich licencjobiorców, i na ich treść zasadniczo nie mają wpływu dystrybutorzy ani importerzy wyrobów medycznych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że tylko przeszkolone osoby powinny dysponować dostępem do zaawansowanych funkcji serwisowych gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pogorszeniem warunków jego pracy. Przekazując kody/hasła/klucze serwisowe Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wystąpienia incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki wystąpił. Należy dodać, że wszystkie autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów wyszkolonych przez Wytwórców, posiadających również dostęp do odpowiednich aktualizacji oprogramowania, które to może być modyfikowane w trakcie eksploatacji urządzenia. Dodatkowo wniosek o wyjaśnienie jest o tyle zasadny, że może wystąpić sytuacja, kiedy Zamawiający udostępni powołane klucz/hasła serwisowe nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego, czyli faktycznie osobom nieuprawnionym do wykonywania odpowiednich czynności, gdzie, co warto dodać to pracownik Zamawiającego nabywa odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności a nie Zamawiający. Tym samym według Nas zasadnym jest, aby w miejsce wymagań dostarczenia kluczy serwisowych po upływie okresu gwarancji dokonać szkolenia dla pracowników Zamawiającego przez Wytwórcę w zakresie serwisowania wyrobów dostarczonych, co zapewni możliwość dobrej współpracy z autoryzowanymi serwisami i lepszą kontrolę ich pracy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ

## UWAGA!

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |

Zakup aparatu RTG  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2020

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

ZMIANY w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

ZMIANY w Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ - - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 15.05.2020 r. godzina 13:00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

### INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 12.05.2020 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

#### Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540081413-N-2020 z dnia 12.05.2020r.
- SIWZ – zmiana
- Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ –zmiana
- Projekt umowy - zmiana

*Dyrektor*

*Jarosław Kycia*

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-007/20

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |
| Strona 21 z 21   |   |   |   |   |