

Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) – SOR - - wózek transportowy w pozycji siedzącej
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2020

Bochnia, dn. 05.06.2020 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu medycznego – SOR - wózek transportowy w pozycji siedzącej w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania dotyczy: Dotyczy pkt 20 Czy Zamawiający po odpowiedzi z dnia 04.06.2020 dalej wymaga by podnóżki były powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i zapobiegają przeniesieniu drobnoustrojów przez dotykane brudnych podnóżków. Pytanie jednego z uczestników dotyczyło samej konstrukcji podnóżka i w ogóle nie odnosiło się czy ten podnóżek dalej ma zachować ceny antypoślizgowości poprzez wypustki (wyprofilowany materiał antypoślizgowy)?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.06.2020 dopuścił rozwiązanie w postaci podnóżka w formie wysuwanej/chowanej i samoblokującej platformy, bez potrzeby odchylenia na boki, zapewniającej łatwość wsiadania i uzyskania pełnego dostępu do pacjenta, jednocześnie potwierdza wymóg, by podnóżki były powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym.

2. Treść pytania dotyczy: Dotyczy pkt 20 Czy Zamawiający po odpowiedzi z dnia 04.06.2020 dalej wymaga aby proces wysuwania chowania się platformy obsługiwany był stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i zapobiegają przeniesieniu drobnoustrojów przez dotykane brudnych podnóżków (w sytuacji COVID jest to bardzo ważna cecha)?



Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.06.2020 dopuścił rozwiązanie w postaci podnóżka w formie wysuwanej/chowanej i samoblokującej platformy, bez potrzeby odchylenia na boki, zapewniającej łatwość wsiadania i uzyskania pełnego dostępu do pacjenta, jednocześnie potwierdza wymóg, aby proces wysuwania chowania się platformy obsługiwany był stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i zapobiegają przeniesieniu drobnoustrojów przez dotykane brudnych podnóżków.

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 <p>ISO 9001 LL-C (Certification)</p>	 <p>CERTYFIKAT 2018/2</p>
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				