

Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) – SOR - - wózek transportowy w pozycji siedzącej
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2020

Bochnia, dn. 04.06.2020 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu medycznego – SOR - wózek transportowy w pozycji siedzącej w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 2 dopuści konstrukcję stalową wózka pokrytą bardziej odporną na uszkodzenia i łatwą w utrzymaniu w czystości powłoką epoksydową w kolorze białym?
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 5 dopuści optymalną długość wózka 105 cm? Wózek jest wygodny w użytku, dodatkowo zajmuje mniej miejsca, wózki można chować jeden w drugi.
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 7 dopuści optymalną wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1020 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 10 dopuści standardową głębokość siedziska 460 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w punkcie nr. 17 dopuści centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy, o prostej konstrukcji bez konieczności osłonięcia go dodatkową obudową?
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 18 dopuści wózek z przyciskiem centralnego hamulca bez przycisku jazdy kierunkowej? Konstrukcja wózka pozwala na swobodne pokonywanie długich korytarzy i manewrowanie.
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 20 dopuści zamiast automatycznie składanych podnózek z funkcją odwodzenia na boki zmniejszających ryzyko potknięcia i zwiększających dostęp do pacjenta rozwiązanie w postaci podnóżka w formie wysuwanej/chowanej i samoblokującej platformy, bez potrzeby odchylenia na boki, zapewniającej łatwość wsiadania i uzyskania pełnego dostępu do pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga
- Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 23 dopuści specjalny kosz na akcesoria, w którym można w wygodny sposób umieścić kartę pacjenta i inne jego rzeczy?
Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



*Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) – SOR - - wózek transportowy w pozycji siedzącej
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”*

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2020

9. Treść pytania dotyczy: Czy Zamawiający w Punkcie nr. 25 dopuści standardowy demontowany uchwyt na płyny infuzyjne, rozkładany dwustopniowo, odporny na rdzewienie z dwoma haczykami?

Odpowiedź: Zamawiający dopusza, ale nie wymaga

10. Treść pytania dotyczy: Czy w związku z sytuacją związaną z pandemią COVID Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy do 60 dni, jednocześnie informuje, że wprowadził zmianę do SIWZ

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

ZMIANY w Projekcie umowy – załącznik n 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 09.06.2020 r. godzina 13:00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 04.06.2020 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540097545-N-2020 z dnia 04.06.2020r
- SIWZ – zmiana
- Projekt umowy – Załącznik n 3 do SIWZ - zmiana

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				