

Bochnia, dn. 14.09.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-30/2021



ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – III.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Dotyczy Załącznika 1a do SWZ – Pakiet 8 – Część I - punkt 1: Prosimy o dopuszczenie igieł w rozmiarach 9G i 12G z ręcznym obrotem igły wraz z rękojeścią. Dopuszczenie igieł zapewni uczciwą konkurencję oraz otrzymanie atrakcyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
2. **Treść pytania:** Dotyczy Załącznika 1a do SWZ – Pakiet 8 – Część I - punkt 2: W przypadku dopuszczenia igieł prosimy o dopuszczenie kompatybilnych znaczników, wyposażonych w wchłaniającą siatkę, która widoczna jest wiele tygodni pod USG oraz zabezpiecza przed migracją znacznika oraz w znacznik tytanowy permanentnie widoczny pod RTG.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
3. **Treść pytania:** Dotyczy Załącznika 1a do SWZ – Pakiet 8 – Część I - punkt 4: Prosimy o dopuszczenie igieł, które nie wymagają dodatkowych zestawów uzupełniających. Oferowane przez nas igły składają się z ostrza, rękojeści zestawu rurek, które przychodzą w sterylnym opakowaniu i nie ma potrzeby stosować zestawów uzupełniających.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
4. **Treść pytania:** Dotyczy Załącznika 1a do SWZ – Pakiet 8 – Część II: Prosimy o dopuszczenie systemu, którego data produkcji to grudzień 2019r. Jest to tylko jeden miesiąc różnicy od wymagane przez Zamawiającego roku produkcji
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
5. **Treść pytania:** Dotyczy Załącznika 1a do SWZ – Pakiet 8 – Część: Prosimy o dopuszczenie systemu biopsyjnego:
 - urządzenie do biopsji gruboigłowej złożone z modułu, pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny)
 - system biopsyjny sterowany z poziomu konsoli oraz za pomocą przycisku nożnego do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i stereotaksją,
 - zastosowania igieł biopsyjnych w rozmiarach 9G i 12G
 - membranowe przyciski sterowania
 - możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji przez igłę biopsyjną
 - ręczne obracanie igłą i rękojeścią w zakresie 360 stopni
 - niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym za pośrednictwem nożnego sterownika
 - możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrola USG**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
6. **Treść pytania:** Dotyczy: Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy. Pakiet nr 8 - Materiały do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia. Część I - Materiały do biopsji gruboigłowej. Tabela, pkt. 1: Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 8G i 10G z manualnym obrotem igły w zakresie 360 stopni ze skalpelowym kształtem ostrza oraz o dwóch liniach próżni? Taka konfiguracja igieł podnosi skuteczność zabiegu (dwie linie próżniowe = lepsza jakość diagnostyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 3				

biopłatów) oraz obniża jego inwazyjność z uwagi na min. tylko jedna powierzchnie tnącą ostrza igły.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

7. Treść pytania: Dotyczy: Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy. Pakiet nr 8 - Materiały do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia. Część I - Materiały do biopsji gruboigłowej. Tabela, pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści znacznik tkankowy typu Hydromark zbudowany z hydrożelu? Taka konstrukcja zapewnia długotrwałą widoczność otoczki znacznika w USG – min. 12 miesięcy oraz trwałą widoczność rdzenia znacznika w RTG i MRI.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

8. Treść pytania: Dotyczy: Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy. Pakiet nr 8 - Materiały do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia. Część I - Materiały do biopsji gruboigłowej. Tabela, pkt. 4: Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania zestawu jednorazowego uzupełniającego do biopsji mammotomicznych wspomaganym próżniowo, gdyż w oferowanym przez nas rozwiązaniu zestaw jednorazowy do biopsji mammotomicznej jest częścią składową igły do biopsji mammotomicznej oferowanej w pkt. 1. Takie rozwiązanie ułatwia przygotowanie instrumentarium do zabiegu oraz pozwala na obniżenie kosztów zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

9. Treść pytania: Dotyczy: Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy. Pakiet nr 8 - Materiały do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia. Część II - Dzierżawa urządzenia do biopsji gruboigłowej. Tabela: Czy Zamawiający dopuści system do mammotomicznej biopsji piersi typu Mammotome Revolve o poniższych parametrach? Urządzenie do biopsji gruboigłowej złożone z modułu, pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny), system biopsyjny sterowany rękojeścią do wykonywania biopsji pod kontrolą USG, zastosowanie igieł biopsyjnych w dwóch rozmiarach o średnicy 8G i 10G, dotykowy wyświetlacz, możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji przez igłę biopsyjną, niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika, możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrolą USG. Aparat ten jest najbardziej zaawansowanym systemem do mammotomicznej biopsji piersi na rynku min. z uwagi na zastosowanie przeziernego rewolwerowego pojemnika na wycinki umożliwiającego każdorazową kontrolę pobieranego materiału oraz regulację komory w igle biopsyjnej w 3 rozmiarach. Zapewnia to komfort pracy operatora oraz podnosi bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

10. Treść pytania: Dotyczy: Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy. Pakiet nr 8 - Materiały do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia. Część II - Dzierżawa urządzenia do biopsji gruboigłowej. Tabela: Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane urządzenie do biopsji gruboigłowej ma być wyposażone w dotykowy wyświetlacz z MENU w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie precyzuje w jakim języku ma być wyświetlane Menu na dotykowym wyświetlaczu.

11. Treść pytania: Dotyczy: wzór umowy. §2 ust.4. (Pakiet nr 8, część nr 1, pozycja 2): Wnosimy o wyrażenie zgody na modyfikację terminu przydatności dla znaczników tkankowych w pakiecie nr 8, części nr 1 pozycji 2, z 12 na 6 miesięcy od daty dostawy lub 12 miesięcy od daty produkcji.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

12. Treść pytania: Dotyczy: wzór umowy. §2A ust.9: Wnosimy o odstąpienie od 10 dniowego terminu na usunięcie usterki, skutkującego wymianą wadliwego elementu lub wymiany przedmiotu dzierżawy, w wypadku, gdy Wykonawca zapewni na czas naprawy Zamawiającemu sprzęt zastępczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

13. Treść pytania: Zgodnie z cz. XIII. 2 SWZ sposób obliczenia ma być zgodny z Załącznikiem nr 1A do SWZ. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaka wielkość opakowań jest oczekiwana przez Zamawiającego w pakiecie 8. W ww. formularzu asortymentowo-cenowym brakuje kolumny nr 6, która jest niezbędna do wykonania obliczeń i przygotowania wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo został zapisany wzór obliczeń w kolumnie 9, jednocześnie informuje



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

że poprawny zapis to "Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) kol.5/kol.8 "

UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
<i>Strona 3 z 3</i>				