

Bochnia, dn. 30.09.2021r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-35/2021

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 Ustawy Pzp na: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Treść pytania:** Dotyczy zapisów SWZ – rozdział III, pkt. III.1.4. Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakiecie 27, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania. Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcownikami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
- Treść pytania:** Dotyczy zapisów SWZ – załącznik 1a – pakiet 27, część III kryterium oceny ofert. Prosimy o zmianę w załączniku 1a, w pakiecie 27 w części III kryterium oceny ofert, okres gwarancji na każdą wykonaną usługę Przeglądu lub Naprawy min. 12 miesięcy na min. 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
- Treść pytania:** Prosimy o zmianę w załączniku 1a, w pakiecie 27 w części III kryterium oceny ofert, okres gwarancji na wykorzystane materiały min. 12 miesięcy na min. 6 miesięcy.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ
- Treść pytania:** Dotyczy zapisów SWZ – załącznik 3 – par. 2, pkt. 8. Prosimy o zmianę oraz o dodanie zapisu w par. 2, pkt 8 z „W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, Naprawa powinna zostać wykonana w terminie do 21 dni roboczych od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego kalkulacji kosztów części zamiennych. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy” dla pakietu 27. W/w prośba wynika, ze względu na zakłócenia ciągłości dostaw części zamiennych od Producenta, które spowodowane są epidemią korona wirus SARS-CoV-2.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				