

Bochnia, dn. 01.10.2021r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-35/2021

**ZAMAWIAJĄCY:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
**ADRES:** ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 Ustawy Pzp na: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ III

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Dotyczy zadania nr 4 Respiratory z zestawami monitorującymi: Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz asortymentowy: Czy w pozycji 6 Zamawiający ma na myśli respirator typu OSIRIS 3 produkcji Air Liquide Medical Systems [dawniej TAEMA]?

*Odpowiedź: Tak.*

2. **Treść pytania:** dot. Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz asortymentowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 6 tj. respiratory OSIRIS 3 i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu zwiększając tym samym konkurencyjność?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ.*

3. **Treść pytania:** dot. SWZ – rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, pkt II.4.1) Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §1 ust. 3 : W celu porównywalności ofert prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z ww. punktami wymaga aby Wykonawcy wykonali czynności przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta wymienionymi poniżej dla respiratorów transportowych typu Osiris produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA):

- Wymiana elementów zgodnie z zaleceniami producenta – zestaw przeglądowy zawierający akumulator, filtr zimny, filtr bakteryjny, zaworek jednokierunkowy na zasilaniu tlenem.
- Przeprowadzenie testów kontrolnych
- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych postanowieniach umownych Wykonawca zobowiązany będzie do „przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach (za wyjątkiem akumulatorów, pakietów serwisowych, które w przypadku konieczności wymiany będą rozliczane na podstawie odrębnej wyceny)”*



4. **Treść pytania:** dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §2 ust. 8: Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu ukończenia naprawy do 14 dni roboczych w przypadku konieczności ściągnięcia części od producenta z zagranicy.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ.*

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor  
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				