

Bochnia, dn. 27.10.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-38/2021



**ZAMAWIAJĄCY:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
**ADRES:** ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na: Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 1: Czy Zamawiający podzieli pakiet nr 1 ze względu na rodzaj nici i umożliwi w ten sposób składanie ofert większej liczbie wykonawców zwiększając tym samym konkurencyjność ofert?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
2. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 1, części I: Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli (glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
3. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 1, części II: Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, z kopolimeru kwasu glikolowego o okresie podtrzymywania tkanki ok. 65% po 7 dniach ok. 50% po 8-11 dniach i czasie całkowitego wchłonięcia około 42 dni?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
4. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 1, części III: Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłokowy, niepowlekany, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% i czasie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
5. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 1, części IV: Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłokowy, niepowlekany, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach ok. 75%, po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40% i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
6. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający podzieli pakiet nr 2 ze względu na rodzaj nici i umożliwi w ten sposób składanie ofert większej liczbie wykonawców zwiększając tym samym konkurencyjność ofert?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
7. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 2, części IV: Czy Zamawiający wydzieli część IV do osobnego pakietu?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
8. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 2, części V, poz. 4: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
9. **Treść pytania:** Dot. Pakietu nr 7 poz. 1-2, 4-5: Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,0x1,2mm ±10%, gramaturze 85g/m<sup>2</sup> ±10%, grubości 0,55mm ±10%, grubości nici 0,15mm ±10%?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

10. Treść pytania: Dot. Pakietu nr 7 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,3x2,0mm  $\pm 10\%$ , gramaturze 55g/m<sup>2</sup>  $\pm 10\%$ , grubości 0,55mm  $\pm 10\%$ , grubości nici 0,15mm  $\pm 10\%$ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

11. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8: taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, sterylną z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 80  $\mu\text{m}$ , gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów średnia 0,98 mm, wykonaną w technologii quadriaxial (*geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca*), wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.



12. Treść pytania: Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w razie wezwania w celu weryfikacji oferowanego towaru na dostarczenie w w/w pakiecie 8 próbki niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**UWAGA!**

**W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

Dyrektor  
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				