

Bochnia, dn. 07.02.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-3/2022



**ZAMAWIAJĄCY:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
**ADRES:** ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** dotyczy Pakiet 3 Prosimy o dopuszczenie rękawic przeznaczonych do ochrony przed promieniami rentgenowskimi gdzie redukcja dawki na skórę przy energii wiązki wynosi odpowiednio: 60 kVp - 68% ( $\pm 5\%$ ), 80kVp - 61% ( $\pm 5\%$ ) oraz 100kVp - 54% ( $\pm 5\%$ ). Opcjonalnie prosimy o określenie wymaganego ekwiwalentu ołowiu dla rękawic ochronnych.  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
2. **Treść pytania:** dotyczy Pakiet 3 Dot Pragniemy poinformować, że ICRP 60 jest zaleceniem a europejską normą dla środków ochrony indywidualnej klasy III jest z moduł D Rozporządzenia (UE)2016/425. Czy zamawiający będzie wymagał aby rękawice były podwójnie certyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III zgodny z modułem D Rozporządzenia (UE)2016/425?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
3. **Treść pytania:** dotyczy Pakiet 3 Dot Prosimy o dopuszczenie rękawic z wewnętrzną warstwą silikonową.  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
4. **Treść pytania:** dotyczy Pakiet 1 poz. 8-11 Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania Mediana 6,5 N?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
5. **Treść pytania:** dotyczy Pakiet 11, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszule zakładane przez głowę wykonane z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>, rozcięcie Y, rozmiar uniwersalny (długość 120 cm, obwód 160 cm)?  
*Odpowiedź: Zgodnie z SWZ*
6. **Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 1, pozycja 12** Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z powierzchnią zewnętrzną teksturowaną na palcach o grubości 0,16 +/- 0,02 mm?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*
7. **Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 2, poz. 4-9** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01),

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- 8. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 2, poz. 10-15** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30µg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga



- 9. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 2, pozycja 16-20** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Siła zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- 10. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 2, poz. 21** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25µg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- 11. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 3, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach: Rękawice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, chroniące przed promieniowaniem RTG, na bazie bizmutu. Średnia grubość na palcu 0,34-0,35mm, dłoni 0,31-0,32mm, mankiecie 0,33, długość min. 275mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 19N, AQL 1,0, zawartość protein poniżej 10µg/g – potwierdzone raportem producenta wg EN 455 nie starszym niż 2017r. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 61331-1, EN 61267. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie, wewn. papierowe, zewn. folia. Rozmiary 6,5-8,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**12. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 8, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókny SMS gr. 35g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**13. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 9, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za op. a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**14. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 9, pozycja 2, 3** Czy Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje fartuchów zgodnych z aktualnie obowiązującą normą EN 13795, jednocześnie informuje, że dokumenty jakie wymaga Zamawiający zostały określone w II.8) INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SWZ

**15. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 9, pozycja 3** Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**16. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 9, pozycja 3** Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, ułatwiających identyfikację fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**17. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 9, pozycja 4, 5** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za op. a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**18. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z włókny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**19. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**20. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną wykonaną z miękkiej włókny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**21. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

32-700, Bochnia  
ul. Krakowska 31  
REGON: 000304349  
BDO: 000039566

NIP: 868-16-04-021  
Centrala, tel.: (14) 615-34-00  
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01

Fax: (14) 615-32-02  
Strona www: [www.szpital-bochnia.pl](http://www.szpital-bochnia.pl)  
E-mail: [administracja@szpital-bochnia.pl](mailto:administracja@szpital-bochnia.pl)

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287  
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740



wiązany na troki wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, głębokość 11,5cm +/-1cm?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**22. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki wiązany na troku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, po wywinieciu części przedniej utworzy się dodatkowa warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem, 25g/m<sup>2</sup>, głębokość 20,5cm +/-1cm?

*Odpowiedź: Zgodnie z SWZ*

**23. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie furażerki wiązany na troku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, po wywinieciu części przedniej utworzy się dodatkowa warstwa stanowiąca zabezpieczenie przed potem, 25g/m<sup>2</sup>, głębokość 20,5cm +/-1cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**24. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 5** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

*Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.***

**25. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, w rozmiarach S-XXL?

*Odpowiedź: Zgodnie z SWZ*

**26. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w rozmiarach S-XXL?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**27. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 7, 8** Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**28. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 7, 8** Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, ułatwiających identyfikację fartucha?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**29. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 8** Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości dla rozmiaru XL – 138 cm, dla rozmiaru XXL – 157 cm?

*Odpowiedź: Zgodnie z SWZ*

**30. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 8** Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o długości 61 cm (+/- 2 cm) mierzonym od ramienia do mankietu (długość rękawa z mankietem 68,5 cm (+/- 2 cm))

*Odpowiedź: Zgodnie z SWZ*

**31. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 8** Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha dwuwarstwowym, nieprzemakalnym laminatem?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**32. Treść pytania:** dotyczy **Pakiet 10, pozycja 9** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby czepek posiadał taśmę pochłaniającą pot..

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**33. Treść pytania:** **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1-3 – rękawice ginekologiczne** Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,5; 7,5; 8,5 i pozostałych parametrach niezmiennych?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

**34. Treść pytania:** **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 4-9 – rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, bezpydrowe, niechlorowane** Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 0,65? Rękawice o poziomie AQL 0,65

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				



gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

35. Treść pytania: **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 4-9 – rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, bezpydrowe, niechlorowane** Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN455 deklaracją zgodności producenta?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

36. Treść pytania: **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 10-15 – rękawice chirurgiczne, system podwójnego zakładania** Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpydrowe z przeznaczeniem do systemu podwójnych rękawic, mikroteksturowane zapewniające lepszą chwytność. Polimeryzowane, w wyrazistym kolorze, zakończone rolowanym mankietem, długość min. 280mm, AQL≤1,0, zawartość protein <30µg/g, zgodne z normą EN 455. Rękawice wytrzymałe na rozerwanie, pozwalające na łatwe włożenie na dłoń i łatwe wykonywanie precyzyjnych ruchów, łatwo wyciągalne z opakowania?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

37. Treść pytania: **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 10-15 – rękawice chirurgiczne, system podwójnego zakładania** Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpydrowe pakowane w komplecie 2 pary odpowiednio dopasowane rozmiarem, o różnych kolorach: wewnętrzne rękawice o intensywnej barwie, zewnętrzne o stonowanej barwie nie wywołującej zjawiska odbłasku i refleksu, mikroteksturowane zapewniające lepszą chwytność. Polimeryzowane, zakończone rolowanym mankietem, długość min. 285/295mm, AQL 0,65, zawartość protein <40µg/g, zgodne z normą EN 455. Rękawice wytrzymałe na rozerwanie, pozwalające na łatwe włożenie na dłoń i łatwe wykonywanie precyzyjnych ruchów, łatwo wyciągalne z opakowania?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

38. Treść pytania: **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 16-20 – rękawice chirurgiczne** Czy Zamawiający jako alternatywę dopuści rękawice chirurgiczne sterylne bezpydrowe neoprenowe dla osób uczulonych na lateks, wolne od protein, z rolowanym mankietem. Rękawice obustronnie polimeryzowane, o minimalnej długości 295mm, AQL 0,65 i zgodnie z normą EN 455. Rękawice wytrzymałe na rozerwanie, pozwalające na łatwe włożenie na dłoń i łatwe wykonywanie precyzyjnych ruchów, łatwo wyciągalne z opakowania?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*



39. Treść pytania: **Dotyczy SWZ pkt.II.8.1 – przedmiotowe środki dowodowe - Pakiet nr 2** Dla wyrobów medycznych klasy IIa prosimy o dopuszczenie deklaracji i certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych. Chcemy nadmienić, że wyroby z ważnym certyfikatem wydanym zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD) mogą być wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do użytkowania do końca ważności certyfikatu, ale nie później niż do 26 maja 2024 pod warunkiem, że pozostają zgodne z Dyrektywą i nie ma istotnych zmian w projekcie i przewidzianym zastosowaniu tych wyrobów.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

40. Treść pytania: **Dotyczy** Zadanie 5- Maska FFP2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 NR zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej kat III, zakładanych na gumki na uszy, maska dwu-panelowa, pięcio- warstwowa. Maska pakowana w folijki z nadrukowaną instrukcją- po 2 szt w folijce. W pudełku 20 pakietów po 2 szt. Karton zbiorczy po 640 szt Załączam zdjęcie obrazujące sposób pakowania masek. Maski zgodne z normą EN 149:2001+A1:2009 Pozostałe zapisy zgodne z OPZ i SWZ.

*Odpowiedź: Zgodnie z SWZ*

41. Treść pytania: **dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-3:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic winylowych, zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III w typie C. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rękawice łatwo wyciągają się z opakowania. Opakowanie rękawic tradycyjne (umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawiczek z pudełka) – rękawice pobierane od góry.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 42. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8-11:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic nitrylowych, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rękawice łatwo wyciągają się z opakowania. Opakowanie rękawic tradycyjne (umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawiczek z pudełka) – rękawice pobierane od góry. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 43. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnątrz chlorowanych i dodatkowo polimeryzowanych, posiadających grubość na palcu 0,20 mm. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 44. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic ginekologicznych w rozmiarach: S - tj. odpowiednik 6,5; M -tj. odpowiednik 7,5 oraz L -tj. odpowiednik 8,5. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 45. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4-9:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Rękawice zgodne z normą EN-455 (1-3) potwierdzone Deklaracją Zgodności od producenta oraz raportem z badań od producenta. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 46. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10-15:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego zakładania, posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką. Pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice chlorowane i silikonowane. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica pokryta polimerem i silikonowana oraz posiadająca powłokę z komponentą nawilżającą i zapobiegającą pękaniu skóry. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, lepszy poziom AQL = 0,65, zawartość protein ≤ 30 µg/g. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 47. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 16-20:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawic chirurgicznych posiadających mankiety rolowane z opaską samoprzylepną oraz lepszy poziom AQL = 0,65. Rękawice obustronnie silikonowane, wewnątrz dodatkowo pokryte polimerem. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*



- 48. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 21:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych sekcyjnych posiadających powierzchnię zewnętrzną teksturowaną w postaci rybiej łuski, mankiety proste ząbkowane – zig-zag. Rękawice nie posiadają terminu ważności na opakowaniu, posiadają trwałość 5 lat – na potwierdzenie folder od importera/dystrybutora. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 49. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10-21:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na przedłożenie przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów rękawic opisanych w Pakiecie nr 2 poz. 10-21 folderów od dystrybutora/ importera rękawic.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga*

- 50. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

do zaferowania w ww. pozycji ubrań chirurgicznych spełniających wymagania normy EN 13795-2:2019, wykonanych z nieprzezroczystej i barierowej włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**51. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:** Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę:** Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar wolny od wad (a także odebrać Towar wadliwy) w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji

**52. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:** Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej przez niego kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę:** „W razie wcześniejszego wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości ~~brutto-netto~~ niezrealizowanej części Umowy”

**53. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:** Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 10 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**54. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:** Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 10 lit. a. projektu umowy poprzez dookreślenie, że w przypadku zmiany stawki VAT na towary dostarczane w ramach niniejszej umowy zmiana taka następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejszej zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę:**

a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.

**55. Treść pytania: dotyczy wzoru umowy:** Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**56. Treść pytania:** Pakiet nr 6 Czy Zamawiający od wymogu maski zarejestrowanej jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**57. Treść pytania:** Pakiet 8 Czy zamawiający dopuści komplety wykonane z SMMS 40g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**58. Treść pytania:** Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie handlowe a'100 sztuk, lub dopuści wycenę za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**59. Treść pytania:** Pakiet 9 poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuch jałowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**60. Treść pytania:** Pakiet 9 poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuch z trokami w pasie oraz z rzepem przy szyi zamiast troków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**61. Treść pytania:** Pakiet 9 poz. 3 Czy zamawiający dopuści fartuch z trokami w pasie oraz z rzepem przy szyi zamiast troków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**62. Treść pytania:** Pakiet 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie handlowe a'50 sztuk, lub dopuści wycenę za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**63. Treść pytania:** Pakiet 9 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie handlowe a'50 sztuk, lub dopuści wycenę za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**



**64. Treść pytania:** Pakiet 11 poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym (XL)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**65. Treść pytania: Pakiet 1 Poz.1-3** – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, winylowych, bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**66. Treść pytania: Pakiet 1 Poz.1-3 , 8-11** – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 8 z 11				



żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**67. Treść pytania: Pakiet 1 Poz.12** -prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ścianie palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**68. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.1-3 , 21** – prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli większej liczbie oferentów na złożenie ważnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**69. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.1-3** – prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z nitylu , reszta parametrów zgodna z swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**70. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.16-20**-prosimy zamawiającego o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3, bezpudrowe z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978, z czasem ochrony min 30 min. dla co najmniej Ifosfamide, Mitomicyn, Thitepa,, Irinotecan, Carmustine, Oxaliplatin). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**71. Treść pytania: Pakiet 2 Poz.10-15**-prosimy zamawiającego o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie w wyraźnie kontrastującym kolorze (zielony), z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankieta rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**72. Treść pytania: Pakiet 4 i 6** -prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski zarejestrowanej jako Środek ochrony osobistej kategorii III? reszta parametrów zgodna z swz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**73. Treść pytania: Pakiet 8** -prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej jednorazowego ubrania chirurgicznego wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 70 kompletów w kartonie zbiorczym.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**74. Treść pytania: pakiet 9, poz. 1,4-5** Czy zamawiający wydzieli poz.1,4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**75. Treść pytania: pakiet 9, poz. 1** czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**76. Treść pytania: pakiet 9, 10,11** prosimy o wyjaśnienie co oznaczają gwiazdki przy opisie przedmiotu zamówienia (\*\*\*) , gdyż nie ma wyjaśnień pod pakietem.

Odpowiedź: **Zamawiający wyjaśnia, że (\*\*\*) nie mają żadnego znaczenia.**

**77. Treść pytania: pakiet 10, poz. 3-5** Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**78. Treść pytania: pakiet 10, poz. 3-4** Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**79. Treść pytania: pakiet 10, poz. 3-4** Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**80. Treść pytania: pakiet 11, poz. 1** czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

standardowy rozmiar L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**81.** Treść pytania: pakiet 11, poz. 1 \_Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**82.** Treść pytania: pakiet 4, pakiet 6, czy zamawiający dopuści maski jako środek ochrony indywidualnej (PPE klasy III)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**83.** Treść pytania: pakiet 4, 5, 6, 7, 8 prosimy o wyjaśnienie co oznaczają gwiazdki przy opisie przedmiotu zamówienia (\*\*\*) , gdyż nie ma wyjaśnień pod pakietem.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że (\*\*\*) nie mają żadnego znaczenia.

**84.** Treść pytania: pakiet 8 czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

### **UWAGA!**

**W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zamiany w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.



Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Załączniki:

➤ Załączniknr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne

*Dyrektor  
Jarosław Kycia*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				