

Bochnia, dn. 24.03.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2022

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz obsługi serwisowej aparatów RTG i systemu radiografii cyfrowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (III)*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 5 i 6 – aparaty RTG ramię C Ziehm 8000 i Ziehm 8000 celem złożenia konkurencyjnej przez autoryzowany serwis producenta aparatów RTG z ramieniem C Ziehm Imaging. Może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów RTG.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

2. **Treść pytania:** Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby personel oddelegowany do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta posiadał imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz klucz serwisowy wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub inny podmiot szkolący wskazany przez producenta aparatu. Wyjaśniamy, iż posiadanie ww. certyfikatów gwarantuje należyte wykonanie usługi, co przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej zarówno dla pacjenta jak i personelu obsługującego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych posatwnowieniach umownych wymaga aby (...) Przedmiot Umowy był wykonywany:

**a. zgodnie z zaleceniami producenta aparatów RTG i systemu radiografii cyfrowej firmy Konica Minolta oraz instrukcją użytkownika w/w sytemu,**

**b. zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz przepisami BHP i P.Poż..**

**c. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia do wykonywania Usługi;**



3. **Treść pytania:** Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 6 lit c Zgodnie z wytycznymi producenta aparatu, podczas procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia bezpieczeństwa pracy aparatu. Czy Zamawiający wymaga aby podczas takich czynności przeglądu technicznego jak kalibracje czyli aktualizacja oprogramowania Wykonawca potwierdził, że pochodzi ono bezpośrednio od producenta dla tego typu aparatury medycznej

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych posatwnowieniach umownych wymaga aby przeprowadzenie niezbędnych regulacji, ustawień, kalibracji, legalizacji parametrów technicznych było zgodne z wytycznymi producenta.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor  
Jarosław Kycia

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349<br>BDO: 000039566  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |