

Bochnia, dn. 21.06.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-17/2022



ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego do Diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Czy Zamawiający dopuści detektory o większym polu obrazowania od wymaganego tj. 43,18 x 43,18 cm oraz 35,56 x 43,18 cm?
Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza powyższe.**
- Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Maksymalna waga detektora wraz z baterią max 3,5 kg” prosimy o podanie jakiego detektora (wielkość) dotyczy to wymaganie?
Odpowiedź: **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 20.06.2022r. Zamawiający dopuszcza aby waga jednego detektora wraz z baterią wynosiła 3,7 kg.**
- Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Klasa ochrony detektora min. IPX3”, prosimy o dopuszczenie detektorów z klasą min. IP55, odpowiednio: detektor 1717” klasa IP55, detektor 1417” klasa IP56 Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :
 - Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0 do 6
 - Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9Klasa IP56 chroni przed:
 - ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
 - ochrona przed silną strugą wody laną na obudowę z dowolnej stronyNatomiast klasa IP55 chroni przed:
 - ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
 - ochrona przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej stronyPowyższa charakterystyka detektorów gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych
Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza powyższe**
- Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia nowego cyfrowego aparatu do systemu PACS?
Odpowiedź: **Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ wymaga dostarczenia aparatu wraz z licencją.**
- Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Jeżeli Zamawiający nie posiada wolnych licencji do podłączenia nowego cyfrowego aparatu do PACS, prosimy Zamawiającego o wystąpienie do firmy Alteris z zapytaniem o cenę licencji i konfigurację oraz o upublicznienie otrzymanej oferty. Oferta którą otrzyma szpital, będzie podstawą do kalkulacji cen dla wszystkich oferentów chcących wziąć udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zapisanej w PZP. W ten sposób unikniemy preferowania oferentów przez firmę obsługującą PACS.
Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ**
- Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca promieniowanie rozproszone przy wolnych ekspozycjach”, rozwiązania softwareowe kratki przeciwrozproszeniowej mają to do siebie że powodują nienaturalne i nadmierne wygładzenie obrazu wynikowego i

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 3				

dlatego nie są chętnie stosowane przez techników ani przez radiologów. W naszych aparatach dawka promieniowania przy typowych ekspozycjach jest na tak niskich poziomach, że nie ma potrzeby usuwania kratki w celu redukcji dawki. Jednocześnie nasze aparaty wyposażone są w oprogramowanie niwelujące efekt cienia pochodzący od kratki przeciwrozproszeniowej. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zewnętrznej kratki przeciwrozproszeniowej zakładanej/zdejmowanej na detektor jako rozwiązanie równorzędne lub wprowadzi punktację „wirtualna kratka” – 10 pkt, zewnętrzna kratka przeciwrozproszeniowa zakładana na detektor – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

7. **Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Akcesoria – podnózek który można demontować” prosimy o doprecyzowanie jaki podnózek Zamawiający ma na myśli i do czego on ma służyć?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podnóżka aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym położenie się na stole, jednocześnie informuje, że dopuszcza podnózek nie montowany do aparatu.

8. **Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Wykonawca przywróci stan pracowni do stanu przed demontażem starego aparatu”, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany wykładziny w całym pomieszczeniu jeżeli okaże się, że po demontażu aparatu będą ubytki wykładziny, czy wystarczy tylko naprawa lub wymiana wykładziny w obrębie uszkodzenia. Czy Zamawiający będzie wymagał malowania ścian?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych postanowieniach umownych wymaga wykonania wszelkich prac, w tym prac porządkowych, celem przywrócenia Pracowni RTG do stanu sprzed rozpoczęcia instalacji Sprzętu, jednocześnie informuje, że w przypadku ubytków wykładziny / uszkodzenia należy wymienić wykładzinę w obrębie uszkodzenia z zachowaniem tych samych właściwości oraz parametrów wykładziny, a także estetycznego wyglądu, natomiast w przypadku uszkodzenia ścian należy wymalować ściany.

9. **Treść pytania:** Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga monitorów monochromatycznych, widzący producenci monitorów medycznych zaprzestali produkcji monitorów monochromatycznych 2MP, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitorów kolorowych o bardzo wysokich parametrach technicznych tj.: monitory 2MP, kolorowy, pionowy, LCD przekątna 21,3”, kontrast 1400:1, rozmiar piksela 0,27mm, kąty widzenia 178⁰ jasność 800cd/m², wbudowany kalibrator, czujnik obecności - oszczędność energii oraz wydłużenie żywotności monitorów diagnostycznych automatyczne wygaszanie po odejściu od monitorów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 z dnia 20.06.2022r. Zamawiający dopuszcza dostarczenie monitorów kolorowych z opcją wyświetlania obrazów monochromatycznych spełniających wszystkie wymagania które są zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

10. **Treść pytania:** Dotyczy OPZ pkt 121 Brzmienie pkt 121

„Potwierdzenie warunków spełnienia parametrów przez aparat poprzez dostarczenie do oferty:

- najnowszej wersji instrukcji obsługi (wersja elektroniczna, wraz z zaznaczeniem, że dany parametr jest spełniony (do każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony),

- katalogu producenta (w j. angielskim i w j. polskim);’



Mając na uwadze zapisy dotyczące dokumentów wymaganych wraz z ofertą prosimy o modyfikację wymogu dotyczącego katalogu producenta na następujący:

„katalogu producenta (w j. angielskim **lub** w j. polskim)”;

Uzasadnienie: Zgodnie w wymogami rozporządzenia o wyrobach medycznych jeżeli wyrób jest udostępniany na terenie RP ma posiadać informacje w języku polskim. Ponadto wyrób medyczny będący przedmiotem zamówienia jest produkowany po za UE i nie posiada katalogów w języku angielskim, aby spełnić ten warunek Wykonawca będzie musiał go specjalnie przetłumaczyć. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli nam złożyć ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 20.06.2022r.

11. **Treść pytania: Modyfikacja pytania nr 2 z dnia 10.06.2022 r. Pytanie nr 2 po modyfikacji Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych niewyszczególnionych w kartach katalogowych,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

ulotkach itd. ?

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 20.06.2022r.


UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				