

Bochnia, dn. 22.06.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-17/2022

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego do Diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ III

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Treść pytania:** Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne, Pyt. punkt 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę convex o częstotliwości o zakresie 1,0 – 5,0 MHz , posiadającą 960 elementów ,kąt skanowania 70st? Zakres częstotliwości 1,0-5,0MHz nie wpływa na jakość badania,a oferowana głowica jest wykonana w najnowszej technologii Multi Layer Technology dzięki której uzyskujemy dokładniejszy, bardziej precyzyjny obraz niż na głowicach wykonanych w technologii starszego typu z mniejszą ilością elementów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
- 2. Treść pytania:** Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne Pyt. punkt 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę liniową o częstotliwości o zakresie 2,0 – 12,0 MHz , posiadającą 960 elementów ,szerokość skanu 38 mm? Zakres częstotliwości 2,0-12,0MHz nie wpływa na jakość badania,a oferowana głowica jest wykonana w najnowszej technologii Multi Layer Technology dzięki której uzyskujemy dokładniejszy, bardziej precyzyjny obraz niż na głowicach wykonanych w technologii starszego typu z mniejszą ilością elementów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
- 3. Treść pytania:** Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne Pyt. punkt 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę microconvex z kątem skanowania 70 st? Głowica ze względu na swoją budowę i małe czoło przeznaczone do badań małych narządów posiada kąt 70 stopni, szerszy zakres częstotliwości od 4,0 – 10,0 MHz, oraz posiada192 elementy
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
- 4. Treść pytania:** Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne Pyt. punkt 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę microconvex z kątem skanowania 70 st? Głowica ze względu na swoją budowę i małe czoło przeznaczone do badań małych narządów posiada kąt 80 stopni, szerszy zakres częstotliwości od 4,0 – 10,0 MHz, oraz posiada192 elementy
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
- 5. Treść pytania:** Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne Pyt punkt 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę liniową typu hockey o częstotliwości o zakresie 3,0 – 15,0 MHz , posiadającą 192 elementów ,szerokość skanu 25 mm? Głowica ta jest wykonana w technologii mikro piezo kompozytowej - zmniejszona interferencja i ulepszony S/N ,ma większą częstotliwość przez co umożliwia dokładniejsze badanie płytko położonych narządów i naczyń obwodowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
- 6. Treść pytania:** Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne Pozostałe wymagania Pyt.punkt10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium,który nie ma możliwości rozbudowy o Elastografię typu Statyczną i Dynamiczną dedykowaną do badań piersi, tarczycy i wątroby? Posiada natomiast możliwość robudowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

o obrazowanie 3/4D oraz szeroki wybór głowic specjalistycznych tj. urologicznych, śródoperacyjnych, rektalnych, brzusznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

7. Treść pytania: Dotyczy Zadania 1 Głowice ultrasonograficzne Pyt. Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, który nie ma możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ



UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				