

Bochnia, dn. 20.06.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-17/2022

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego do Diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** dotyczy Pozostałe wymagania pkt. 10, Dotyczy parametru: „Możliwość rozbudowy o Elastografię typu Statyczną i Dynamiczną dedykowaną do badań piersi, tarczycy i wątroby” Czy Zamawiający zmieni istniejący zapis na wymóg alternatywny tj.: Możliwość rozbudowy o Elastografię typu Statyczną i Dynamiczną dedykowaną do badań piersi, tarczycy i wątroby lub możliwość rozbudowy o elastografię uciskową typu STRAIN wraz ze wskaźnikiem Strain Ratio dostępną na zaoferowanej głowicy liniowej 3-14 MHz, 256 elementów, szerokość skanu 50 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako wymóg alternatywny możliwość rozbudowy o elastografię uciskową typu STRAIN wraz ze wskaźnikiem Strain Ratio dostępną na zaoferowanej głowicy liniowej 3-14 MHz, 256 elementów, szerokość skanu 50 mm

2. **Treść pytania:** dotyczy Funkcje użytkowe pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści aparat usg bez fabrycznego oprogramowania do badań śródoperacyjnych? Presety specjalistyczne mogą zostać stworzone za życzenie Zamawiającego przez aplikanta producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Treść pytania:** dotyczy Głowice ultrasonograficzne pkt. 2,4. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z głowicą liniową typu hockey min. 120 elementów, szerokość skanu max. 27 mm pracującą w zakresie 3-16MHz(wymagana w pkt.4) oraz głowicę liniową z szerokością skanu 50 mm min. 256 elementów pracującą w zakresie 3-14MHz (wymagana w pkt.2)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. **Treść pytania:** dotyczy Głowice ultrasonograficzne pkt.5. Czy w związku z wymogiem 1 szt. Głowicy sektorowej, Zamawiający będzie wymagał aby, minimum jeden z dostarczonych aparatów wyposażony był w oprogramowanie kardiologiczne: Doppler Fali Ciągłej, Pomiary kardiologiczne, Oprogramowanie Strain, Oprogramowanie Stress Echo

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ wymaga oprogramowania kardiologicznego na wszystkich aparatach, jednocześnie informuje, że dodatkowo będzie wymagał przynajmniej na jednym aparacie Doppler Fali Ciągłej, oraz Oprogramowanie typu Strain i Oprogramowanie Stress Echo lub ich odpowiedniki zgodnie z aktualnym nazewnictwem producenta

5. **Treść pytania:** **Dotyczy Pakiet nr 2** Pkt 98 „Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego. Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości - interes zamawiającego jest chroniony za pomocą kar za niewywiązanie się z naprawy gwarancyjnej w terminie. Alternatywnie prosimy o zmianę zapisu na "(...) albo dostarczenia wolnego od wad modułu aparatu RTG (stół, stojak płucny, generator, kolumna lampy RTG, detektor cyfrowy) (...)". Konieczność wymiany całego aparatu który jest montowany stacjonarnie wydaje się niezasadna jeśli awarii ulegnie jeden z jego modułów dodatkowo znacząco podniesie koszt oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę zapisu w pkt 98 na następujący" Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

wolnego od wad modułu aparatu RTG (stół, stojak płucny, generator, kolumna lampy RTG, detektor cyfrowy) wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego".

6. **Treść pytania: Pakiet nr 2 Pkt 115 Dokumentacja serwisowa w języku polskim lub angielskim, dokumentacja techniczna i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż dostarczenie dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. odbędzie się najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji na aparat RTG. Ingerencja w urządzenie przez podmiot nieautoryzowany przez producenta powoduje automatyczne zakończenie gwarancji fabrycznej. W interesie Zamawiającego jest niedopuszczenie do takiej sytuacji w czasie trwania gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę zapisu w pkt 115 na następujący „Dokumentacja serwisowa w języku polskim, dokumentacja techniczna i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji na aparat RTG.”

7. **Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 32.** Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu lampy RTG względem osi pionowej w zakresie +/- 90°? Jest to zakres wystarczający do obsługi aparatu, a jego mniejszy od wymaganego zakres nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne. Zakres obrotu 180 stopni byłby uzasadniony gdyby pracownia miała powierzchnię ok 40-50 m2 i umożliwiała wjazd pacjentem z łóżkiem z tyłu kolumny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. **Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 66.** Czy Zamawiający dopuści aparat RTG posiadający metalowe listwy wzmacniające blat wzdłuż dłuższych krawędzi? Dzięki takiej konstrukcji aparat posiada większą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne a ich konstrukcja nie utrudnia przemieszczania pacjenta ani dezynfekcji blatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. **Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 93.** Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. Demontowalne podnóżki są wykorzystywane najczęściej w aparatach telekomando i służą do zajmowania pozycji na stole przy blacie w pozycji + lub - 90 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podnóżka aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym położenie się na stole, jednocześnie informuje, że dopuszcza podnóżek nie montowany do aparatu.

10. **Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 121** Części parametrów wymaganych przez Zamawiającego może nie znajdować się w instrukcji czy też w katalogu w wersji angielskiej/polskiej. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie przedstawiciela producenta na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził do punktu nr 121 następujące zmiany

„Dostarczenie wraz z aparatem dokumentów (w j. polskim) potwierdzających zgodność parametrów techniczno-funkcjonalnych tj.:

- najnowszej wersji instrukcji Obsługi (wersja elektroniczna)
- katalogu producenta


wraz z zaznaczeniem, że dany parametr jest spełniony (do każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony),

W przypadku braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela aparatu za wyjątkiem pozycji nr 78.

Jednocześnie **Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ rozdz. II ust. II.8 pkt II.8.1 Pakiet nr 2 – pkt. 4) -**

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - wymaga dla pozycji 78 dostarczenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających zgodność parametrów techniczno-funkcjonalnych z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Jednocześnie informuje, że dokument dla pozycji 78 nie podlega uzupełnieniu w zakresie potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

11. **Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 123.** Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku deklaracji producenta iż "Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna, generator, lampa RTG pochodzą od tego samego producenta" ?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta aparatu. W celu spełnienia wymogu należy dostarczyć przy odbiorze aparatu oryginał dokumentu wraz z jego tłumaczeniem.

12. Treść pytania: Pakiet nr 2 Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących ustawy o wyrobach medycznych – na aktualnie obowiązującą, tj. z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ

13. Treść pytania: Pakiet nr 2 Dot. realizacji - Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni oraz na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu oraz wynikające z zobowiązania wykonania prac adaptacyjnych konieczne do odbioru przez PWIS. Aparat RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. Dodatkowo uzyskanie zgody na stosowanie medycznych procedur radiologicznych pozostaje zupełnie poza zakresem kompetencji dostawcy sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

14. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z częstotliwością odświeżania obrazu 2D 1388 obrazów na sek.? Różnica między wartością oferowaną, a wymaganą jest tak niewielka, że nie wpłynie na jakość diagnostyki. Należy również zauważyć, że ustawienie tego parametru na poziomie wymaganych min. 2 000 obrazów/s nie daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie dostarcza żadnych informacji klinicznych i jest wyłącznie tzw. Parametrem przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

15. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który posiada głowicę convex pracującą w bardzo zbliżonym zakresie częstotliwości wynoszącym 1,3 – 5,7 MHz i spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

16. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który posiada głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości wynoszącym 4,4 – 13,5 MHz, posiadającą dużo większą niż wymagana ilość kryształów tj. 192 elementy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

17. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który posiada głowicę liniową typu hockey pracującą w zakresie częstotliwości wynoszącej 5,4 – 13,5 MHz, posiadającą 128 elementów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.



18. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Ze względu na modułową budowę aparatów USG, uszkodzonych elementów / podzespołów nie naprawia się, lecz wymienia na nowe. Czy z uwagi na powyżej Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

19. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 - §5 ust. 16 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

20. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Zamawiający wymaga nowoczesnego, innowacyjnego aparatu USG, dlatego prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał dwa niezależne spektra przepływu w czasie rzeczywistym? Możliwość równoczesnego pomiaru prędkości Dopplerowskiej z dwu niezależnych bramek znajduje zastosowanie przede wszystkim:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

- w diagnostyce naczyniowej, do wiarygodnego porównania prędkości przed i za zwężeniem albo w zwężeniu i przed lub za zwężeniem, jak również do przedstawienia i porównania na tym samym obrazie widma przepływu w dwu różnych naczyniach (np. tętnica szyjna i kręgową),
- w badaniach położniczych, w diagnostyce arytmii płodowej umożliwia równoczesne wyznaczenie widma przepływu w dwu naczyniach płodu, nawet odległych od siebie i przebiegających w różnych osiach; najlepsze wyniki badania arytmii płodowej osiągnięto w równoczesnym badaniu widma przepływu w żyłę wątrobowej i aorcie zstępującej,
- w badaniach kardiologicznych, w których kombinacja Dopplera pulsacyjnego i Dopplera tkankowego w tym samym momencie czasu i na tym samym obrazie pozwala na najbardziej niezawodne wyznaczenie parametru E/E', kluczowego w ocenie wydolności lewej komory serca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe nie wymaga

21. Treść pytania: Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 3) - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych ma przekazać Deklarację Zgodności oraz Certyfikaty CE dotyczące samego urządzenia (aparat RTG) czy też do jego wyposażenia dodatkowego wyspecyfikowanego w formularzu specyfikacji technicznej (np. konsola lekarska, monitory, detektor)?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w SWZ wymaga dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej tj.: Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności CE, jednocześnie wyjaśnia, że Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności CE należy złożyć wraz z ofertą do każdego urządzenia / sprzętu wyspecyfikowanego w formularzu specyfikacji technicznej, jednocześnie informuje, że dopuszcza dostarczenie konsoli lekarskiej i monitorów nie będące wyrobami medycznymi.

22. Treść pytania: Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH – zgodnie z rozmową z uwagi, że Zamawiający wymaga potwierdzenia tylko pkt 78 Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych niewyszczególnionych w kartach katalogowych, ulotkach itd.? Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10



23. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Podwykonawca (nie będący podmiotem użyczającym zasób) jest badany w postępowaniu pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania ?

Odpowiedź: Zamawiający, wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polegają się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. W związku z powyższym należy wypełnić oświadczenie dotyczące PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] – załącznik nr 2D

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 4 z 16				

24. Treść pytania: **Dotyczy punktu XV.4) SWZ** Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Treść pytania: **Dotyczy KARY UMOWNE § 4 ust. 6 Projektowane postanowienia umowy w sprawie Zamówienia publicznego Zadanie nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy do 30% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, z uwagi na fakt, iż kara w wysokości 50 % jest drastycznie wysoka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę zapisów projektowanych postanowień umownych: „Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi 30% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1.”

26. Treść pytania: **Dotyczy WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI § 5 ust. 8 Projektowane postanowienia umowy w sprawie Zamówienia publicznego Zadanie nr 2** Czy Zamawiający dopuści złożenie faktury VAT w formie elektronicznej i przesłanie jej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę zapisów projektowanych postanowień umownych:

8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- a. papierowej (oryginału);
- b. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r.

c. **PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail poczty elektronicznej: administracja@szpital-bochnia.pl**

27. Treść pytania: **Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt III.1.4) oraz pkt V.3).** Wnosimy o wykreślenie zapisów w pkt V.3) tj. „ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. III.1.4), wzór wykazu zawiera załącznik nr 2D do SWZ Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej spełnia/nie spełnia” Uzasadnienie: Zamawiający w pkt III.1.4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej nie postawił warunku w powyżej doprecyzowanym zakresie, który obliuguje Wykonawcę do złożenia w pakiecie nr 2 wykazu osób.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki, jednocześnie informuje, że wykreśla zapis z SWZ, Rozdział V. Wykaz podmiotowych środków dowodowych pkt V.3) o wykazie osób.

28. Treść pytania: **dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna DETEKTOR pkt. 43 „Maksymalna waga detektora wraz z baterią max 3,5 kg”** Zamawiający w pkt. 35 wymaga dostarczenia dwóch detektorów. Czy zatem wymóg maksymalnej wagi dotyczy obu formatów? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści detektor, którego waga wraz baterią wynosi 3,7 kg? Różnica 0,2 kg jest minimalna. Proponowane rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby waga jednego detektora wraz z baterią wynosiła 3,7 kg.

29. Treść pytania: **dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna** Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowe detektory posiadały możliwość wymiennej pracy z posiadanym przez Zamawiającego aparatem RTG? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wprowadzi proponowaną punktację? „Detektory w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego cyfrowym aparatem RTG. Możliwość zamiennej pracy, zamiany baterii.” – TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 5 z 16				

30. Treść pytania: **dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna STÓŁ pkt. 65 „Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół w zakresie min. 30 cm”** Czy Zamawiający dopuści stół z motorową regulacją w zakresie 28,5 cm? Różnica 1,5 cm jest minimalna. Proponowane rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
31. Treść pytania: **dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIWYCH pkt.78 „Wykonanie badania typu STITCHING - tzw. kości długich (np. całego kręgosłupa, kończyn) w minimum 3 projekcjach łączonych w jeden obraz.” i pkt. 79 „Specjalny statyw do pozycjonowania pacjenta w celu wykonania zdjęć kości długich.”** Czy Zamawiający dopuści aparat bez opcji stitchingu i dedykowanego do niej statywu do pozycjonowania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.
32. Treść pytania: **dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna INNE WYMAGANIA pkt. 93 „Akcesoria – podnózek który można demontować”** Czy Zamawiający wyrazi zgodę za usunięcie zapisu? Postawiony wymóg charakteryzuje aparaty typu telekomando, w których stół ma możliwość pochylenia o 90⁰ a pacjent skorzystania z podnóżka. W przypadku aparatu o standardowej konfiguracji wymóg jest bezzasadny.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9..
33. Treść pytania: **Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne** Par. 4 ust. 4 – prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju inne naruszenia Zamawiający ma na myśli. Istnieje wiele różnych możliwości drobnych naruszeń, które nie powodują szkody po stronie Zamawiającego i ich objęcie karą umowną jest nieuzasadnione. Część z tych naruszeń może być nawet usunięta samodzielnie w drodze działania Zamawiającego (np. błędy w fakturze)
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ust. 4 w Par. 4 projektowanych postanowieniach umownych
34. Treść pytania: **Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne** Par. 4 ust. 6 – wnosimy o zmniejszenie maksymalnego wymiaru kary umownej do 20%. 50% wartości zamówienia jest rażąco wysokie, a zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary. Pragniemy wskazać, że postanowienie zawierające rażąco wysoką karę może zostać uznane w przypadku sporu przed sądem za naruszające równość stron. W takiej sytuacji Zamawiający utraci całkowicie zabezpieczenie z tytułu kary umownej.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 25.
35. Treść pytania: **Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne** Par. 5 pkt 3 – nie można uzależniać płatności od podpisania protokołu bez zastrzeżeń. Prośba o dopisanie w postanowieniu: „bez zastrzeżeń istotnych”. Uzależnianie odbioru od braku jakichkolwiek wad jest sprzeczne z prawem o czym wielokrotnie wypowiedziały się sądy powszechne
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ
36. Treść pytania: **Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne** Par. 5 ust. 3 i 4 – Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu tylko w przypadku istnienia wad istotnych. Prosimy o uzupełnienie postanowienia
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ
37. Treść pytania: **Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne** Par. 6 ust. 5 – Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu tylko w przypadku istnienia wad istotnych. Prosimy o uzupełnienie postanowienia
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ
38. Treść pytania: **Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne** Par. 6 ust. 7 – postanowienie jest sprzeczne z przepisami o odbiorze zobowiązania oraz z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych zamawiający ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wartości wynagrodzenia, nie ma natomiast prawa do odmowy wypłaty wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że przedmiotem niniejszego zamówienia nie są roboty budowlane czy wykonanie dzieła, a dostawa sprzętu. W tym kontekście przywołane kwestie związane z odbiorem tzw. wad nieistotnych są bezprzedmiotowe w toku niniejszego zamówienia.

39. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 6 ust. 8 – wnosimy o zmianę na ustawowy termin 14 dni w odniesieniu do rozpatrzenia reklamacji. Skrócenie terminu jest możliwe w zakresie czasu reakcji na zgłoszenie wady.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

40. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 6 ust. 18 – Wnosimy o usunięcie tego postanowienia. Materiały eksploatacyjne obciążają użytkownika i zależne są od sposobu użytkowania. Brak jest danych na temat zamierzonego użytkowania aby wykonawca mógł ewentualnie oszacować wielkość zużycia materiałów eksploatacyjnych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

41. Treść pytania: Pytanie do Załącznik nr 1A do SWZ – Część 2 – pkt. 89 Czy Zamawiający będzie wymagał integracji desktopowej oferowanej stacji lekarskiej z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

42. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 3 ust. 1 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,2% kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie zabezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ



43. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 3 ust. 2 przewidującego karę umowną za nieprzekazanie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 umowy? Wykonawca wskazuje, że zgodnie z § 2 ust. 5 umowy niedostarczenie dokumentów wraz ze sprzętem skutkować może zwrotem sprzętu, a w takiej sytuacji uznaje się że dostawa nie dostawa nie została zrealizowana w terminie. Tym samym w takiej sytuacji Zamawiającemu należy się kara umowna liczona na podstawie § 3 ust. 1 umowy. Pozostawienie § 3 ust. 2 prowadziłoby do sytuacji podwójnego karania Wykonawcy za jedno przewinienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

44. Treść pytania: C Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 3 ust. 3 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,1% kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie zabezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

45. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 3 ust. 4 umowy? Wykonawca wskazuje, że dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy powinno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

stanowiąc uprawnienie Wykonawcy oraz okoliczność uprawniającą do odstąpienia przez Zamawiającego z naliczania kar określonych w § 3 ust. 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

- 46. Treść pytania:** Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: _Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar określonego w § 3 ust. 5 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy? Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25

- 47. Treść pytania:** Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Pytanie do § 5 ust. 5 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z ust. 5 zwrotu „Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zapłaty do czasu usunięcia wad lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad – w takim przypadku termin zapłaty, wskazany w §4 ust. 4 powyżej, rozpoczyna bieg od dnia usunięcia wad lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad.” Wykonawca wskazuje, że w przypadku odbioru przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, a Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi. O ile zatem Zamawiający dokonuje odbioru (nawet mimo wad stwierdzonych podczas odbioru) , Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie. Wstrzymanie płatności wynagrodzenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, pomimo dokonania odbioru, prowadzi do naruszenia zasady równowagi stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

- 48. Treść pytania:** Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Pytanie do § 5 ust. 9 umowy: Czy Zamawiający wykreśli z ust. 9 zwrot: „według wyboru Zamawiającego”? Wykonawca wskazuje, iż to Wykonawca powinien posiadać uprawnienie do wyboru sposobu usunięcia wad, najbardziej optymalnego dla danego rodzaju wady.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

- 49. Treść pytania:** Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Pytanie do § 5 ust. 16 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację ust. 16: „Wykonawca na okres przedłużającej się naprawy, może dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy, w takim przypadku, Zamawiający odstąpi od naliczania Wykonawcy kary umownej przewidzianej w § 3 ust. 3 umowy począwszy od dnia udostępnienia sprzętu zastępczego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

- 50. Treść pytania:** Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bezpośrednio z podmiotem, który będzie instalował sprzęt oraz świadczył autoryzowany serwis gwarancyjny w przypadku, gdy podmiotem tym nie będzie Wykonawca? Wyjaśniamy, że w takiej sytuacji, Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy użyciu sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy użyciu sprzętu.

- 51. Treść pytania:** Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ust. 1 umowy zdania drugiego o następującej treści: „W przypadku, gdy termin wykonania umowy wypadnie na dzień wolny od pracy, Strony uznają, wykonanie umowy nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujące zmiany w § 3 ust. 1 umowy "Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dni od podpisania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania umowy wypadnie na dzień wolny od pracy, Strony uznają, wykonanie umowy nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

następującym po tym dniu."

52. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uzyskania przez Wykonawcę zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem Sprzętu? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu następującą dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia:

- Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)
- Dokumentację techniczną aparatu
- Instrukcję obsługi aparatu
- Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.

Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

53. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 3 ust. 5 lit. a: „*demontażu oraz zutylizowania obecnie używanego aparatu RTG oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową utylizację. Demontaż aparatu możliwy będzie w dogodnym dla Wykonawcy terminie począwszy od następnego dnia po podpisaniu Umowy po wcześniejszym Uzgodnieniu z Zamawiającym.*”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

54. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 3 ust. 17 umowy względnie na jego modyfikację: „*Niedostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 15 wraz ze Sprzętem skutkować może zwrotem go na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji uważa się, skutkuje przyjęciem, że dostawa nie została zrealizowana w terminie, o którym mowa w ust 1, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.*”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.



55. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 4 ust. 1 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,2% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie zabezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

56. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 4 ust. 2 przewidującego karę umowną za nieprzekazanie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust.15 umowy? Wykonawca wskazuje, że zgodnie z § 3 ust. 17 umowy niedostarczenie dokumentów powoduje uznanie, że dostawa nie została zrealizowana w terminie. Tym samym w takiej sytuacji Zamawiającemu należy się kara umowna liczona na podstawie § 4 ust. 1 umowy. Pozostawienie § 4 ust. 2 prowadziłoby do sytuacji podwójnego karania Wykonawcy za jedno przewinienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

57. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 4 ust. 3 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,1% kwoty netto wskazanej w §

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie zabezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

58. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 4 ust. 4 umowy z uwagi na fakt, że postanowienie to przewiduje karanie Wykonawcy za jakiegokolwiek naruszenie postanowień umowy, a wartość kary jest jednakowa, jak w przypadku niewykonania umowy w terminie. Postanowienie ust. 4 uznać należy za przykład naruszenia zasady równowagi stron umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr33

59. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar określonego w § 4 ust. 6 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy? Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25

60. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 4 ust. 7 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

61. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 6 ust. 7 umowy? Wyjaśniamy, że w przypadku odbioru przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, a Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi. O ile zatem Zamawiający dokonuje odbioru (nawet mimo wad stwierdzonych podczas odbioru), Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie. Wstrzymanie płatności wynagrodzenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, pomimo dokonania odbioru, prowadzi do naruszenia zasady równowagi stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

62. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bezpośrednio z podmiotem, który będzie instalował sprzęt oraz świadczył autoryzowany serwis gwarancyjny w przypadku, gdy podmiotem tym nie będzie Wykonawca? Wyjaśniamy, że w takiej sytuacji, Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy użyciu sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51

63. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, w punkcie 82, Zamawiający określił wymagania: „Stacja wyposażona w trzy monitory w tym 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, o rozdzielczości min. 2 MP, przekątna ekranu lub pola obrazowego min. 47,5 cm, minimalna luminancja: 400 cd/m²; minimalny kontrast: 400/1, posiadające kalibrację sprzętową DICOM (wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia)). Trzeci monitor kolorowy o przekątnej min 21”, służący do opisu badania.” W związku z tym, że większość wiodących producentów monitorów medycznych rezygnuje już z produkcji monitorów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

monochromatycznych 2MP, prosimy o dopuszczenie monitorów kolorowych dostosowanych do prezentacji obrazów monochromatycznych (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Załącznik 1 paragraf I punkt 5: „*Monitory stosowane na stacjach opisowych radiologii klasycznej muszą mieć pola obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej i zapewniać, że uzyskiwana na nich krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż 10% od krzywej DICOM*”) Zaoferowane monitory będą spełniały wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostraczenie monitorów kolorowych z opcją wyświetlania obrazów monochromatycznych spełniających wszystkie wymagania które są zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

64. Treść pytania: Specyfikacja Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, części IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że punkty od 102 do 108 odnoszą się do aparatu i nie dotyczą stacji diagnostycznej wraz z UPS

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkty od 102, 103, 104, 105, 106, 107 dotyczą również stacji diagnostycznej wraz z UPS. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza dla punktu 104 min. 3 lata dostępności na części zamienne.

65. Treść pytania: Specyfikacja Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, części V - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że punkty 113, 114, 115, 124 odnoszą się do aparatu RTG i nie dotyczą stacji diagnostycznej wraz z UPS

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkty 113 i 124 dotyczą również stacji diagnostycznej wraz z UPS.

66. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A Zamawiający określił wymagania: w punkcie 62: „*Integracja oferowanej konsoli technika/apartu z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego (Dostawca systemu firma Alteris S.A. - wymagany zakup nowej licencji).*” natomiast w punkcie 89: „*Integracja oferowanej stacji lekarskiej z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego (Dostawca systemu firma Alteris S.A.- wymagany zakup nowej licencji).*” Prosimy Zamawiającego o wystąpienie do firmy Alteris z zapytaniem o koszt zakupu niezbędnych licencji i wykonania niezbędnych prac dla spełnienia powyższych zapisów SIWZ oraz o upublicznienie otrzymanej oferty. Oferta którą otrzyma szpital, będzie podstawą do kalkulacji cen dla wszystkich oferentów chcących wziąć udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zapisanej w PZP. W ten sposób unikniemy ewentualnego preferowania oferentów przez firmę obsługującą system PACS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

67. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, w punkcie 47, Zamawiający określił wymagania: *Klasa ochrony detektora min. IPX3* Prosimy o dopuszczenie detektorów o klasie ochrony IP55

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

68. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, w punkcie 13 i 14 Zamawiający określił wymagania małe ognisko – max 0.6 [mm] oraz duże ognisko – max. 1.2 [mm] Prosimy o dopuszczenie lampy RTG z ogniskami 0,6 mm oraz 1 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

69. Treść pytania: Zadanie nr 1 – Aparaty USG Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta współpracujący z głowicą liniową z zakresem częstotliwości pracy 3-12 MHz i 192 elementami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

70. Treść pytania: Zadanie nr 1 – Aparaty USG Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta współpracujący z głowicą liniową typu hockey z zakresem częstotliwości pracy 4-15 MHz i 168 elementami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

w SWZ.

71. Treść pytania: Zadanie nr 1 – Aparaty USG Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta współpracujący z głowicą sektorową posiadającą 64 elementy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

72. Treść pytania: Zadanie nr 1 – Aparaty USG Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta posiadający możliwość rozbudowy o głowicę rektalną 128 elementową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

73. Treść pytania: Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG, Diagnostyczna konsola lekarska, pkt. 82 W związku z tym, że większość wiodących producentów monitorów medycznych nie produkuje już monitorów monochromatycznych 2MP prosimy o dopuszczenie monitorów kolorowych wyświetlających obrazy monochromatyczne. Zaoferowane monitory spełnią wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63

74. Treść pytania: Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG, Diagnostyczna konsola lekarska, pkt. 89 Prosimy aby Zamawiający w ramach wyrównania szans wykonawców i zachowania zasad uczciwej konkurencji podał do wiadomości wszystkich oferentów koszty integracji urządzenia ze wskazanym systemem informatycznym PACS firmy Alteris S.A.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

75. Treść pytania: Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG, Diagnostyczna konsola lekarska, pkt. 89 Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne z połączeniem do Alteris, dostarczenia dedykowanego systemu PACS do oferowanego aparatu RTG z przeglądarką referencyjną bez limitu użytkowników oraz przeglądarką medyczną w klasie IIb dla RTG o poniższych parametrach:

•	System archiwizacji danych obrazowych PACS
•	Licencja systemu PACS umożliwiająca połączenie 1 aparatu RTG
•	System nie ogranicza ilości archiwizowanych badań.
•	System nie wymaga instalacji, działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. FireFox ESR.
•	System działa w oparciu o architekturę 64-bitową.
•	System obsługuje macierze o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowej licencji.
•	System umożliwia automatyczną archiwizację oraz komunikację z urządzeniami i stacjami diagnostycznymi w standardzie DICOM 3.0.
•	System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS.
•	Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: nazwa (AETitle) <ul style="list-style-type: none">• IP• Port• Opis
•	Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów: <ul style="list-style-type: none">• nazwisko i imię pacjenta• ID pacjenta• data urodzenia pacjenta• numer badania• rodzaj badania• data wykonania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

32-700, Bochnia
ul. Krakowska 31
REGON: 000304349
BDO: 000039566



NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01

Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740





•	Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM.
•	Możliwość nagrania badania na płytę DVD lub CD (obrazy w standardzie DICOM + przeglądarka DICOM)
•	System zarządzania użytkownikami, obejmujący ich role i uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności oraz do danych przechowywanych w systemie.
•	Formatka wyszukiwania badań wg zdefiniowanych kryteriów.
•	Formatka prezentacji szczegółów wyszukanego badania.
•	Mechanizm konfiguracji archiwów w zakresie odczytu i zapisu dla uprawnionych węzłów komunikacyjnych.
•	Mechanizm konfiguracji węzłów uprawnionych do realizacji transmisji danych z/do systemu PACS w oparciu o protokoły DICOM, z uwzględnieniem elementów wg których może zostać zrealizowane wyszukiwanie: <ul style="list-style-type: none"> • Study Date • Series Date • Acquisition Date • Content Date • Accession Number • Modality – Manufacturer • Institution Name • Station Name • Study Description • Series Description • Operators' Name • Patient's Name • Patient ID • Patient's Birth Date • Patient's Sex • Patient's Age • Additional Patient History • Study Instance UID • Series Instance UID • Study ID • Series Number • Acquisition Number • Instance Number
•	Mechanizmy auto-routingu pozwalające na automatyczne wykonanie operacji: Przeniesienia badania na archiwum znajdujące się na zewnętrznym systemie PACS lub stacje diagnostyczne według reguł opartych o tagi DICOM
•	Formatka zamiany wartości przechowywanych w nagłówkach DICOM.
•	Wsparcie dla obsługi WADO (Web Access Dicom Objects).
•	Referencyjna przeglądarka obrazów DIACOM dostępna on-line/web bez limitu użytkowników o minimalnych funkcjonalnościach: Lista serii wraz z miniaturkami z możliwością przełączania pomiędzy seriami <ul style="list-style-type: none"> • Manipulowanie zdjęciem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ustawianie kontrastu/jasności ○ Obrót ○ Obrót w lewo/ w prawo ○ Przerzucenie w poziomie/pionie ○ Przeciąganie ○ Powiększanie ○ Pokazuje/ukrywa obrys naniesiony na zdjęcie • Przewijanie instancji serii • Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 13 z 16				

•	Licencja pływająca, bezterminowa oprogramowania diagnostycznego zainstalowana na serwerze PACS i w pełni zintegrowana z systemem PACS, umożliwiająca opisywanie badań rentgenowskich dla min. 2 (dwóch) jednocześnie zalogowanych użytkowników o parametrach:
•	Oprogramowanie diagnostyczne dedykowane do przeglądania badań min. CR, CT, DX, ECG, ES, IO, MG, MR, NM, OT, PX, RF, RG, SC, US, XA, XC, OP, PT, posiadające certyfikat CE w klasie medycznej min. IIb.
•	Możliwość zapisywania i eksportowania obrazów w formacie DICOM, JPEG, MPEG4 oraz TIFF.
•	Możliwość wyświetlenia i porównywania jednocześnie co najmniej 12 badań na min. 3 monitorach.
•	Narzędzia do manipulacji obrazem: – Jasność/kontrast; – Powiększenie; – Obrót; – Przesuwanie; – Powiększenie powierzchni; – Oryginalny rozmiar obrazu i cały obraz
•	Przyrządy pomiarowe: – Gęstość (HU); – Dystans; – Kąt; – Polilinia; – Długość krzywej; – Obwód; – Powierzchnia; – Objętość; – kąt Cobba; – VTI
•	Pomiary EKG: – Długość fragmentu w sekundach – mV, obliczanie tętna – Interwały osi QT, RR, QTc i QRS – porównanie EKG
•	Musi umożliwiać interpretację kolorów za pomocą tablic przejść wartości użytecznych (VOI LUT).
•	Możliwość kalibracji pomiarów.
•	Możliwość nagrywania CD / DVD.
•	Możliwość dostępu do obrazów za pomocą tabletu lub smartfona (min. IOS, Android).
•	Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i smartfonów.
•	Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary.
•	Możliwość wyświetlania plików w formacie Encapsulated PDF.
•	Możliwość odtwarzania plików MPEG2 and MPEG4 w formacie DICOM.
•	Odtwarzanie i manipulacja Video (MPEG2 and MPEG4) w zakresie: - zmiana "okna" (windowing) – obrót – przesuwanie – zoom

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

76. Treść pytania: Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy w sprawie Zamówienia Publicznego, Zadanie 2, § 4 Kary Umowne Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 (w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 3 ust. 17 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości **0,1%** kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 15, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,1% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości **0,1%** kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,1%** kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdą postać naruszenia. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wskazanych naruszeń lub ich skutków, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 3-dniowy termin. Kara umowna zostanie naliczona po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5. W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawnionych leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, określonej w § 5 ust. 1 Umowy
6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi **10%** kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

77. Treść pytania: Dotyczy SWZ, rozdział II, pkt. 8.1 Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim? Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

78. Treść pytania: Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG Dianostyczna konsola lekarska, pkt. 88 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga certyfikacji w klasie medycznej min. IIa dla stacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

79. Treść pytania: Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH oraz OPZ pkt 121. W nawiązaniu informacji o przedmiotowych środkach dowodowych wskazanych w SWZ w II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) prosimy o wyjaśnienie jakie parametry chce potwierdzić Zamawiający żądając najnowszej instrukcji wyrobu złożonej wraz z ofertą (zgodnie z pkt 121 OPZ)?

Brzmienie pkt 121

„Potwierdzenie warunków spełnienia parametrów przez aparat poprzez dostarczenie do oferty:

- najnowszej wersji instrukcji obsługi (wersja elektroniczna, wraz z zaznaczeniem, że dany parametr jest spełniony (do każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony),

- katalogu producenta (w j. angielskim i w j. polskim);’

Uzasadnienie: zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. art. 2 pkt 14:

14) „instrukcja użytkownika” oznacza informację podaną przez producenta w celu poinformowania użytkownika o przewidzianym zastosowaniu wyrobu, właściwym używaniu wyrobu oraz o wszelkich środkach ostrożności, które należy podjąć;”

Nie jest to zatem dokument z którego wynika jakikolwiek parametr techniczny wyrobu. Zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych dokument ten jest przekazywany wraz z dostawą urządzenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

Wnosimy o modyfikację OPZ (pkt 121) i wykreślenie żądania złożenia instrukcji wraz z ofertą.

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się z taką propozycją prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby podtrzymania zapisów w ich pierwotnym brzmieniu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10

UWAGA!

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

W SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono.

W Załączniku 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono

W Załączniku 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 28.06.2022 r., godziny bez zmian.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.



INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający, informuje, że w dniu 20.06.2022 r. została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w DUUE

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr **2022/S 117-330343**
- SWZ – zmiana
- Załącznik 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna
- Załącznik 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

DYREKTOR
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				