Bochnia, dn. 23.06.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2022
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa specjalistycznego sprzętu neonatologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – cz. II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Treść pytania: **dotyczy część III poz. 2** Czy Zamawiający dopuści aparat do wsparcia oddychania nie pokazujący ilości oddechów spontanicznych
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

2. Treść pytania: **dotyczy część III poz. 3** Czy Zamawiający dopuści aparat do wsparcia oddychania posiadający 4 tryby wentylacji?
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

3. Treść pytania: **dotyczy część III poz. 4** Czy Zamawiający dopuści aparat do wsparcia oddychania posiadający parametry: - częstość oddechów min. 2- 60 odd./min. - czas wdechu regulowany min. od 0,15 – 15 sek. - regulacja czasu bezdechu min. 2 - 20 sek. - PEEP/CPAP min. 2 - 13 cmH2O - szczytowe ciśnienie wdechu regulowane od min. 5 - 15 cmH2O
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

4. Treść pytania: **dotyczy część III poz. 6** Czy Zamawiający dopuści aparat do wsparcia oddychania posiadający 2 poziomy?
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

5. Treść pytania: **dotyczy część III poz. 11** Czy Zamawiający dopuści aby stojak jezdny był wyposażony w dwa koła z hamulcem?
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

6. Treść pytania: **dotyczy zapisów wzoru umowy:** Wzór umowy § 3 ust.5: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy do 20% podstawowego wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

UWAGA!
W przypadku zaoferowania sprzętu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ w kolumnie - PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ – należy odpowiednio do parametrów wymaganych - podać - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor
Jarosław Kycia