

Bochnia, dn. 28.06.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-25/2022

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa specjalistycznego sprzętu neonatologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – cz. II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie systemu ogrzewania o poniższych parametrach :
 - System do ogrzewania noworodków nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy rok produkcji wszystkich elementów i akcesoriów 2022 r.
 - System, kontaktowy grzania poprzez zamknięty materac wodny otoczony kołnierzem zabezpieczającym lub materac żelowy .
 - Możliwość, zamocowania jednostki sterującej , na łóżeczku noworodkowym lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt
 - Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia
 - Możliwość regulacji temperatury w zakresie min.35-38°C ze skokiem co 0,1°C
 - Ekran wyświetlający następujące informacje w formie graficznej intuicyjnej cyfrowej.:
 - temperatura zaprogramowana,
 - aktualna temperatura materaca grzewczego,
 - moc grzania.
 - Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów.
 - Zabezpieczenie w przypadku przegrzania.
 - Alarmy min.:
 - wysokiej temperatury,
 - niskiej temperatury,
 - rozłączenia elementu grzewczego,
 - zaniku zasilania.
 - Wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżeczka noworodkowego: 580 mm x 250 mm ± 2 cm/waga 0,5 kg.
 - Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami, zabezpieczony przedostaniem się płynów do środka materaca.
 - Materac przezierny dla promieni RTG po usunięciu płyty grzewczej na czas ekspozycji RTG
 - Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą min. 200 cm. Łączenia wtyków zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem.
 - Napięcie zasilania materaca/koca - max. 24V
 - Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz
 - Pokrowiec do wielokrotnego użytku z możliwością prania w temp. min 90°C – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ.



2. **Treść pytania:** PAKIET 4 Grzane łóżeczko z materacem Czy Zamawiający będzie wymagał czasu nagrzewania materaca do 10 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

3. **Treść pytania:** PAKIET 4 Grzane łóżeczko z materacem Czy Zamawiający będzie wymagał zasilania akumulatorowego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

4. **Treść pytania:** PAKIET 4 Grzane łóżeczko z materacem Czy Zamawiający będzie wymagał aby jednostka sterująca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

nie emitowała dźwięku poprzez wbudowany wentylator?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

5. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 5 Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia łóżeczka do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie $\pm 13^\circ$. Jest to wartość pokrywająca obecnie stosowane standardy wśród wszystkich czołowych producentów inkubatorów zarówno otwartych jak i zamkniętych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

6. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 6. Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie ścianki (3 ścianki) wyposażone były w mechanizm wolnego opadania celem uniknięcia ich uszkodzenia przy gwałtownym opadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

7. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 8 Czy z uwagi na wykonywane zabiegi chirurgiczne, Zamawiający oczekuje aby kolumna mocująca promiennik wykonana była w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacji od strony główki noworodka (od strony kolumny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

8. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 9 i 14 Czy Zamawiający dopuści pomiar i obrazowanie pulsoksymetrii za pomocą zewnętrznego i przenośnego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

9. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści pomiar wagi w zakresie 0,3-7 kg? Szerszy zakres „wagi” do 10 kilo nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

10. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 16 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem „nawilżacz”. Czy chodzi tutaj o butelkę z wodą umożliwiającą podaż tlenu poprzez wąż tlenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

11. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** PKT. 18 Czy Zamawiający dopuści głowicę grzewczą z możliwością obrotu do $\pm 85^\circ$? Jest to wartość w opinii wszystkich czołowych producentów w zupełności wystarczająca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.



12. Treść pytania: **Pakiet 5 – Inkubator:** Czy oferowany inkubator ma posiadać wbudowane oświetlenie z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

13. Treść pytania: Czy Zamawiający w ramach pakietu 4 Grzane łóżeczko z materacem dopuści do zaferowania produkt o poniższych parametrach:

Kompleksowe urządzenie jezdne na wózku wyposażonym w wózek jezdny, który posiada 4 podwójne kółka z hamulcami. Ciepłe łóżeczko charakteryzuje się poniższymi parametrami:

- łóżeczko o wymiarach - 760x480mm,
- całkowite wymiary urządzenia – 920x150x960mm,
- łóżeczko wyposażone w podgrzewany materac żelowy
- materacyk żelowy w rozmiarze 74,5 x 49 x 1,3 cm,
- 3 gniazda do podłączenia urządzeń pomocniczych,
- możliwość zmiany nachylenia kąta łóżeczka +/- 12o
- napięcie robocze 230V,
- opuszczone wszystkie ścianki boczne,
- możliwość zastosowania pokrywy, na której można zamocować lampę do fototerapii,
- łóżeczko może być wykorzystane do transportu, pielęgnacji, badania, rehabilitacji
- urządzenie grzewcze pod materacem:
 - standardowy zakres temperatury: 35-37oC
 - zwiększony zasięg temperatury: 30-35oC i 37-38,5oC
- funkcje alarmowe – włączenie się alarmu przy zmianie temperatury,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

- uchwyt do kroplówek, z regulacją wysokości, przymocowany do zespołu rur.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ.



UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				