

Bochnia, dnia 20.06.2022r.

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>



DZ-271-1-26/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** dot. Pakiet 2, poz. 4: Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
2. **Treść pytania:** dot. Pakiet 2, poz. 4: Czy zamawiający dopuści aspirator ssący do biopsji endometrium o dł. 28 cm, 2 otwory boczne i jeden na szczycie aspiratora, które zwiększają obszar biopsji, elastyczny, o średnicy 3,15 mm, i oznaczony skalą od 2 – 12 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
3. **Treść pytania:** dot. Pakiet 2, poz. 4: Czy zamawiający dopuszcza aspirator ssący do biopsji endometrium, oznaczenie głębokości (miarka wzdłuż aspiratora) ułatwiająca lokalizację umiejscowienia w macicy, delikatna zaokrąglona końcówka minimalizuje ryzyko przebicia macicy i zranienia Pacjentki, długość 262 mm ułatwia manewrowanie podczas pobierania i zapewnia daleki zasięg, średnica 2,93 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
4. **Treść pytania:** dot. Pakiet 8, poz. 10, 25-28: Czy zamawiający wydzieli poz.10,25-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
5. **Treść pytania:** dot. Pakiet 8, poz. 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
6. **Treść pytania:** dot. Pakiet 8, poz. 28: Czy zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 2 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
7. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9, poz. 24-27,38-39,44,46: Czy zamawiający wydzieli poz.24-27,38-39,44,46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 8				

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Treść pytania: dot. Pakiet 9, poz. 24-27,38-39: czy zamawiający dopuści dren o dł. min.200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

9. Treść pytania: dot. Pakiet 9, poz. 46: czy zamawiający dopuści worek z możliwością stosowania do 7 dni, bez oznaczenia na opakowaniu jednostkowym, ale dopuści oświadczenie producenta dostarczone na wezwanie zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

10. Treść pytania: dot. opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 8, poz. 5 i 30 w przedmiotowym postępowaniu: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 i 30 z pakietu 8 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

11. Treść pytania: dot. Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 4 dopuści przyrząd do pobierania próbek cytologicznych z endometrium, pozwalający na bezbolesne i łatwe badanie przesiewowe endometrium, bez konieczności rozszerzania szyjki macicy, gdzie zewnętrzna osłona przyrządu osłania trzpień z asymetrycznymi ostrzami w kształcie litery „V” na końcu, każde ramię chwytające wyposażone jest w drobne ząbki i cienkie krawędzie tnące, które są w stanie pobrać więcej tkanki endometrium. Końcówka jednego z dwóch ramion posiada półkulistą główkę, która po cofnięciu się do osłonki umożliwia odessanie wcześniej pobranej tkanki.

Parametry przyrządu:

- Średnica zewnętrzna 3,0 mm
- Długość 20 cm
- Posiada znaczniki zlokalizowane w odległości 3, 6 i 9 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



12. Treść pytania: dot. Pakiet 2 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wzierniki o poniższych rozmiarach:

REF.	długość dolnej części (L1)	długość górną części (L2)	szerokość pola widzenia (H)	szerokość łyżek górną i dolną (B)	wysokość uchwyty (L3)	grubość górną części (W1)	grubość dolną części (W2)
WG-XXS	105 mm	105 mm ±1	30 mm	16 mm ±1	96 mm	7 mm	7 mm
WG-XS	107 mm	107 mm ±1	30 mm	20 mm ±1	96 mm	8 mm	8 mm
WG-S	108 mm	108 mm ±1	30 mm	24 mm ±1	96 mm	8 mm	8 mm
WG-M	108 mm	108 mm ±1	30 mm	26 mm ±1	100 mm	9 mm	9 mm

spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Treść pytania: dot. Pakiet 2 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o poniższym opisie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 8				

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14. **Treść pytania:** dot. Pakiet 2 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o poniższym opisie:

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. **Treść pytania:** dot. Pakiet 2 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o poniższym opisie:

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ prosty
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt), stali nierdzewnej (rdzeń) oraz nylonu (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia przez nos o długości całkowitej 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach ch 6,8,10,12 i długości 60cm spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 3 z 8				

18. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH 5,6,8 o długości 40cm oraz CH10 o długości 60cm?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

19. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 14-15: Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z medycznej jakości pcv zawierający śladowe ilości ftalanów, dzięki czemu wypustki nosowe są atraumatyczne i miękkie?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

20. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści cewnik:

- Do prowadzenia infuzji, transfuzji, podawania leków, pobierania próbek krwi oraz pomiaru ciśnienia
- Może być stosowany jako cewnik dożylny jak również cewnik dotętniczy
- Wykonany z termoplastycznego PVC pokrytego silikonem
- Linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika
- Konektor cewnika o zakończeniu luer (żeński) kompatybilny z łącznikiem luer oraz luer lock
- Zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiającą zamknięcie cewnika
- Skalowany numerycznie co 1 cm w części dystalnej od 5 do 25 cm
- Długość całkowita 40 cm
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne na cewniku
- Jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Cewnik umieszczony w ochronnym tubusie chroniącym przed zaginaniem
- Pakowanie: 1 sztuka papier/folia

ROZMIAR/ DŁUGOŚĆ
CH 4 / 40 cm
CH 5 / 40 cm
CH 6 / 40 cm
CH 8 / 40 cm

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

21. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści dostarczanie osobno pakowanego cewnika oraz kranika?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

22. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści cewnik o rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
CH 6	400 mm
CH 8	400 mm
CH 10	400 mm
CH 12	400 mm
CH 14	400 mm
CH 16	400 mm
CH 18	400 mm
CH 20	400 mm
CH 22	400 mm
CH 24	400 mm

Reszta parametrów jak w SWZ?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

23. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści cewnik o gładkiej, przezroczystej powierzchni?

Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*

24. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 4 z 8				

Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
 Nie zawiera lateksu
 Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
 Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami
 Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
 Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml)
 Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 µm
 Jednorazowego użytku
 Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
 Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia

DŁUGOŚĆ DRENU	ROZMIAR
210cm +/- 5%	S
210cm +/- 5%	M
210cm +/- 5%	L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

25. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 28-34: Czy Zamawiający dopuści maskę o budowie jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

26. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 35-37: Czy Zamawiający dopuści maskę jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

27. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści NEBULIZATOR z łącznikiem typu T F/M, ustnikiem, rurką karbowaną i drenem o poniższym opisie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 5 z 8				

Wykonany z nietoksycznych materiałów
Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min.
W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana
Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwia podłączenie zestawu do:

- rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej
- obwodu oddechowego

i wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie
Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie
Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
Pakowanie: 1 sztuka / papier-foolia



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

28. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

29. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 pozycja 46: Czy Zamawiający dopuści worek o ścianie tylnej białej i przedniej przeźroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

30. **Treść pytania:** dot. Pakiet 8 Poz. 11: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania zamkniętego systemu dostępu naczyniowego prędkości przepływu 2l/h i objętości wypełnienia 0,25 ml, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

31. **Treść pytania:** dot. Pakiet 8 Poz. 26: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania strzykawki 3 częściowej typu luer lock koncentrycznej spełniającej pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 Poz. 10: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania cewników o dł. robocza 33 cm +/- 5, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

33. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 Poz. 11: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania cewników o dł. 40 +/- 5 cm, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

34. **Treść pytania:** dot. Pakiet 9 Poz. 12: Prosimy o dopuszczenie zaofierowania cewników o dł. 60 +/- 5 cm, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiazki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 6 z 8				

35. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 17, 19: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników o dł. 40 cm +/- 8cm.
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*
36. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 18: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika Pezzer wykonanego z miękkiego lateksu, w odcinku dystalnym min. trzy otwory /pakowany w podwójne opakowanie (folia, folia-papier).
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*
37. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 38,39: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania masek masek tlenowych z workiem dla dzieci (poz. 38), dorosłych (poz. 39) bez zaworów bocznych oraz silikonowych zastawek, spełniających pozostałe wymogi swz.
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
38. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem ok. 5-10 ml?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
39. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem ok. 5-10 ml?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
40. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia noworodków zawierający śladowe ilości ftalanów?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
41. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia noworodków o długości 50 cm?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
42. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
43. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
44. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos śladowe ilości ftalanów?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
45. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści w rozmiarach CH6-CH18?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
46. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści wykonany w całości z lateksu?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*
47. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 30-34: Czy Zamawiający dopuści uformowane jako całość z dwóch odlewów?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*
48. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 44: Czy Zamawiający dopuści długość min. 90 cm?
Odpowiedź: *Zgodnie z SWZ.*
49. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu o poniższej specyfikacji:
- Pojemność worka - 2 600 ml
 - Tylna biała ściana wzmocniona stelażem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 7 z 8				

- Pojemność komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu
- Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej
- Długość drenu 145 cm z kłami
- 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna
- Igłowy i bez igłowy port do pobierania próbek moczu
- Kranik spustowy Cross Valve (poprzeczny T)
- Nietoksyczny, niepirogenny
- Pakowany pojedynczo, sterylny. Termin ważności 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

50. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9: Czy Zamawiający wymaga, żeby Peg wyspecyfikowany w **części 9, pozycji 50** posiadał zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwi jego trwałe umocowanie i kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania i zwiększa komfort użytkownika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

51. Treść pytania: dot. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 4 dopuści** sterylne aspiratory, jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu, do aspiracji materiału komórkowego z endometrium dostarczający bogaty materiał histopatologiczny wraz z możliwością jednoczesnego pobrania cytologii z tego obszaru w diagnostyce hiperplazji i nowotworów błony śluzowej macicy o następujących parametrach:

- Ø zewnętrzna 3,10 mm
- Ø wewnętrzna 2,6 mm
- długość 23,5 cm
- posiadający badania kliniczne, które potwierdzają jego skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.


UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 8 z 8				