

Bochnia, dn. 19.07.2022 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-33/2022

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa specjalistycznego sprzętu neonatologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – cz.II - (II)*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:



- Treść pytania:** Dot. Pakiet nr 1 - Stanowisko do resuscytacji Pkt 26a „Dokładność pomiaru saturacji  $\pm 3\%$  w zakresie min. 70-100%. Dokładność pomiaru saturacji  $\pm 3\%$  w zakresie min. 60-70%.” Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji  $\pm 3$  cyfry w zakresie 70-100% i zrezygnuje z wymogu dokładności pomiaru saturacji  $\pm 3\%$  w zakresie min. 60-70% jako że w aktualnym katalogu producent technologii Masimo nie podaje danych dotyczących dokładności pomiaru dla zakresu poniżej 69%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pomiar saturacji bez dokładności w zakresie min. 60-70%.**

### UWAGA!

**W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

Dyrektor  
Jarosław Kycia

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej                   |   |   |  |  |
| 32-700, Bochnia<br>ul. Krakowska 31<br>REGON: 000304349<br>BDO: 000039566  | NIP: 868-16-04-021<br>Centrala, tel.: (14) 615-34-00<br>Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 | Fax: (14) 615-32-02<br>Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a><br>E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a> |   |   |
| Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287<br>Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 |   |   |   |   |