



Bochnia, dn. 11.04.2023 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-7/ZO/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.1) Haczyk o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
2. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.3) Hak o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
3. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.4) Hak o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
4. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.5) Hak o dł. całkowitej 330mm, funkcjonalnie identyczny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.
5. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.6) Imadło o nazwie własnej Wright, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
6. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.10) Imadło o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
7. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.12) Kleszcze o nazwie własnej Overholt-Slim, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
8. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.14) Kleszcze o długości 240 mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.15) Kleszcze o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
10. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.16) Kleszcze o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne..
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.
11. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.17) Kleszczyki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
12. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz. Poz.22) Kleszczyki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
13. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.24) Kleszczyki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021 BDO: 000039566	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 1 z 5				

14. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.26) Nożyce o nazwie własnej Bruns, dł. całkowita 240mm, funkcjonalnie identyczne

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

15. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.30) Nożyczki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

16. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.33) Nożyczki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

17. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.34) Nożyczki o dł. 165mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

18. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.39) Pojemnik o wym. zewnętrznych 290x290x130mm bez wskaźnika otwarcia kontenera, funkcjonalnie identyczny

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.*

19. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.40) Skrobaczka o szer. 12mm i dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

20. Treść pytania: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści Poz.41) Taca o wym. 240x255x50mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.*

21. Treść pytania: Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 745/2022 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na rynkach światowych spowodowanych wciąż trwającą wojną na Ukrainie, zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy na 8 tygodni dla pakietu nr 2.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.*

22. Treść pytania: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 6, dopuści do zaferowania imadło do igieł Collier, dł. 12,5 cm, lub imadło do igieł Derf, proste, szczęki bruzdowane poprzecznie, jedna z wycięciem "łezkowym", dł. 12cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

23. Treść pytania: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 8 dopuści do zaferowania imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 14,5 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

24. Treść pytania: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 20 dopuści do zaferowania kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*



25. Treść pytania: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 26 dopuści do zaferowania nożyczki Bruns, do gipsu jedno ostrze sierpowate, dł. 24 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

26. Treść pytania: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 27 dopuści do zaferowania nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

27. Treść pytania: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 28 dopuści do zaferowania nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021 BDO: 000039566	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 2 z 5				

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

28. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 1.) Czy Zamawiający dopuści Haczyk Mikro Graefe, ostry, dł. 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

29. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 3.) Czy Zamawiający dopuści Hak do ran Kocher, ostry 1 zębny, rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

30. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 4.) Czy Zamawiający dopuści Hak do ran US-ARMY, dwustronne, łopatki 22x15 mm /39x15 mm, i łopatki 26x15 mm/43x15 mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

31. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 5.) Czy Zamawiający dopuści Hak miedniczny St. Marks, łopatka 180x60 mm, dł. 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

32. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 6.) Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne do szycia typ Mayo-Hegar dł. 130 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

33. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 9.) Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł z twardą wkładką typ Mayo Hegar proste standard dł. 203 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

34. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 12.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze preparacyjne i do ligatury, Overholt, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 215 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

35. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 12.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze preparacyjne i do ligatury, Overholt, delikatne, bez kształtu "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 18,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.



36. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 14.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 24 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


37. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 15.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Overholt-Fino, lekko zagięte(poniżej zdjęcie końcówki), dł. 22,5 cm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021 BDO: 000039566	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				

38. Treść pytania Pakiet nr 2 Poz. 16.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Overholt-Fino, lekko zagięte(poniżej zdjęcie końcówki), dł. 23 cm?



Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisz zaproszenia.*

39. Treść pytania Poz. 16.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Rumel, lekko zagięte (poniżej zdjęcie końcówki 1 lub 2), dł. 23 cm?



Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

40. Treść pytania Poz. 17.) Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Allis, do jelit i tkanek, zęby 5x6, dł. 15cm?



Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

41. Treść pytania Poz. 22.) Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typu PEAN, delikatne, proste, długość 14 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

42. Treść pytania Poz. 24.) Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER, 20 cm proste 1x2 zębki?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021 BDO: 000039566	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008			

43. Treść pytania Poz. 26.) Czy Zamawiający dopuści Nożyce do ciecia gipsu typ Bruns zagięte z kulka d. 210 mm mocne z twardą wkładką lub bez twardej wkładki 240 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyce bez twardej wkładki 240 mm

44. Treść pytania Poz. 30.) Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne Standard Baby-Metzenbaum-Fino, delikatne, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 14,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

45. Treść pytania Poz. 34.) Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne utwardzone Lexer, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

46. Treść pytania Poz. 39.) Czy Zamawiający dopuści Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), o wym. 310x272x116 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera srebrne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

47. Treść pytania Poz. 40.) Czy Zamawiający dopuści Skrobaczka do okostnej Farabeuf, zagięta, 12,5 mm, dł. 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

48. Treść pytania Poz. 41.) Czy Zamawiający dopuści Taca (Kosz) do kontenera ze stali perforowanej, o wym. 240x250x50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.

49. Treść pytania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 lub 40 dni roboczych w pakiecie 2 i 3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia.



UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021 BDO: 000039566	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				