



ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-24-/ZO/2023

Dostawa zestawów do podawania diet dojelitowych oraz pozajelitowych wraz z dzierżawą pomp dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa zestawów do podawania diet dojelitowych oraz pozajelitowych wraz z dzierżawą pomp dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej**, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Pakiet 1 poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podaży żywienia pozajelitowego w opakowaniach typu worek kompatybilnego do pompy Ambix Nova set ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Treść pytania: Zadanie nr 1: Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do podaży diet pozajelitowych wyposażony był w filtr 1,2 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Treść pytania: Zadanie nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające wbudowany akumulator, którego czas pracy wynosi: 15 h @ 25 ml/h, a czas do pełnego naładowania: 100% < 5 godz.; 90% < 3 godz?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

4. Treść pytania: Dot. par. 1 ust. 5 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby minimum umowne wynosiło 80%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

5. Treść pytania: Dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu wynosił 6 lub 9 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

6. Treść pytania: Dot. par. 2a ust. 6 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie godzin podanych przez Zamawiającego do godzin pracy Wykonawcy, tj. 7-15?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę w projektowanych postanowieniach umowy.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy ROZEZNANIA RYNKU:

W Załączniku 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

Załączniki:

- Załącznik 2 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 IL-C (Certification)		
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia, REGON: 000304349 NIP: 868-16-04-021	Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02	Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl			
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008					
Strona 1 z 1					