



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-1/ZO/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.**

1. **Treść pytania – dot. załącznika nr.1A – pakiet 3 pozycja 1,2.** Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 czujniki w tech. OXIMAX czy Masimo LNCS?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zaoferować czujnik w technologii Oximax

2. **Treść pytania – dot. załącznika nr.1A – pakiet 6 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści Worki stomijne jednoczęściowe z zamknięciem na rzep, przezroczyste z przylepcem hydrokoloidowym, z możliwością docięcia 10-76 mm, mm z filtrem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. **Treść pytania – dot. załącznika nr.1A – pakiet 6 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści worki stomijne jednoczęściowe z możliwością zamknięcia na rzep, bezowe z możliwością obserwacji stomii oraz z filtrem. Płytki hydrokoloidowa z możliwością docięcia 10 - 76 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. **Treść pytania – dot. załącznika nr.1A – pakiet 6 pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści Worek jednoczęściowy, przezroczysty, urostomijny z przylepcem z możliwością 10-66 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. **Treść pytania – dot. załącznika nr.1A – pakiet 6.** Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (do-tyczy pakietu 6 – worki pakowane 30 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych, ale nie wymaga. Jednocześnie informuje, że dla potrzeb porównania ofert w kolumnie 8 należy wpisać wielkość oferowanego opakowania, natomiast w kolumnie 9 Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) bez zaokrągleń.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

**Dyrektor
Jarosław Kycia**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53		
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl				
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008						
Strona 1 z 1						