

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej** udziela następujących wyjaśnień:

1. **Treść pytania: Dot. pakietu nr 1:** Czy Zamawiacz dopuści w pozycji 2: „... ciekłe podłoże pojem. 3 ml... dla utrzymania żywotności wirusów...”, oznaczony znakiem CE, produkt przynależny do Klasy A?
Z Naszej wiedzy wynika, iż żaden producent dla tego typu zestawu, ze względu na przeznaczenie diagnostyczne i elementy składowe podłoża, nie posiada klasy sterylności IIA, ponieważ produkt ten nie może być poddany ponownej sterylizacji po zapakowaniu zestawu składającego się z podłoża oraz sterylnej, indywidualnie zapakowanej wymazówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

UWAGA!

W przypadku zaferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do ZO – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

**Dyrektor
Jarosław Kycia**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 1 z 1				