

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej** udziela następujących wyjaśnień:

1. **Treść pytania: Dot. pakietu 1, poz. nr 2:** Czy Zamawiający wymaga, aby próbówka z podłożem transportowym dla wirusów zawierała dodatkowo szklane kulki w celu zapewnienia dobrej homogenizacji próbki podczas worteksowania. Brak kulek może skutkować otrzymaniem wyników fałszywie ujemnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. **Treść pytania: Dot. pakietu 1, poz. nr 2:** Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże do pobierania, transportu i zabezpieczenia wirusów zawierało antybiotyki zapobiegające nadmiernemu wzrostowi flory bakteryjnej? Antybiotyki posiadają większe spektrum działania niż inne środki przeciwdrobnoustrojowe. Każdy antybiotyk jest środkiem przeciwdrobnoustrojowym, ale nie każdy środek przeciwdrobnoustrojowy jest antybiotykiem. Środkami przeciwdrobnoustrojowymi są np. środki dezynfekcyjne takie jak fiolekt krystaliczny czy jodyna, które nie są antybiotykami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. **Treść pytania: Dot. Pakietu 1, poz. nr 2:** W związku z tym iż Oferent posiada produkt konfekcjonowany po 50 szt. w opakowaniu, czy Zamawiający będzie wymagał 150 sztuk czy 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w ilości 150 sztuk.

4. **Treść pytania: Dot. pakietu 1, poz. nr 4, 5, 6:** Czy Zamawiający wymaga by wymazówka posiadała końcówkę z wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnośnie końcówek z wiskozy dla poz. nr 4.5.6.

5. **Treść pytania: Dot. pakietu 1, poz. nr 5:** Czy Zamawiający pod opisem - „Wymazówki jałowe w próbówce bez podłoża transportowego z aplikatorem z tworzywa w pakiecie” rozumie i wymaga – „Wymazówki jałowe, bez podłoża transportowego z aplikatorem z tworzywa w próbówce, wymazówka w próbówce uszczelniona etykietą celem zabezpieczenia przed utratą sterylności”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymaganie dot. produktu: „Wymazówki jałowe, bez podłoża transportowego z aplikatorem z tworzywa w próbówce, wymazówka w próbówce uszczelniona etykietą celem zabezpieczenia przed utratą sterylności”

6. **Treść pytania: Dot. pakietu 1, poz. nr 9:** Czy Zamawiający wymaga, by próbówka z podłożem Cary Blair posiadała etykietę, z oznaczeniem poziomu maksymalnego wypełnienia materiałem oraz specjalnym wycięciem, umożliwiającym wzrokową kontrolę poziomu podłoża Cary Blair z umieszczonym materiałem (wymazówka w próbówce), co jest przedstawione na ilustracji poniżej? Zbyt duża ilość przeniesionego materiału do podłoża Cary Blair powoduje znaczne zagęszczenie podłoża, co może skutkować niepowodzeniem w otrzymaniu prawidłowego wyniku badania molekularnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. **Treść pytania: Dot. Pakietu 1, poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9:** Czy Zamawiający dopuści produkty z terminem ważności 12 miesięcy od dostawy w momencie dostarczenia do laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. **Treść pytania: Dot. pakietu 1, poz. nr 2 i 9:** Czy Zamawiający wymaga by produkty były kompatybilne z testami do platformy BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH System?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

**Dyrektor
Jarosław Kycia**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 1 z 1				