



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-11/ZO/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej** udziela następujących wyjaśnień:

1. **Treść pytania: Dot. Pakietu nr 2 Poz. 2** - Prosimy o wykreślenie preparatu z poz. 2, ponieważ preparat ten został wycofany z obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę w pakiecie 2 poz. 2 - w załączniku 1A - formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa w postaci wykreślenia produktu wycofanego z obrotu.

Zamawiający informuje, że w załączniku 1A - formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa dokonał dodatkowej zmiany **w pakiecie 1 poz. 2 (kolumna 7)**

Było:

Preparat do maszynowego przeprowadzania dezynfekcji, odkamieniania i usuwania osadów ze sprzętu medycznego oraz giętkich endoskopów (w szczególności firmy Fujinon, firmy Pentax). Posiadający szerokie spektrum działania przeciw: **wirusom, bakteriom, prątkom i grzybom**. Zawierający w swoim składzie kwas nadoctowy 15%, kwas octowy, natlenek wodoru, inhibitory korozji. Preparat aktywny do 65-70 myć. Pełne spektrum działania roztworu 1% w 5 minut. Środek medyczny klasy II b posiadający certyfikat CE. Kompatybilny z preparatem z pozycji nr 1.

Jest:

Preparat do maszynowego przeprowadzania dezynfekcji, odkamieniania i usuwania osadów ze sprzętu medycznego oraz giętkich endoskopów (w szczególności firmy Fujinon, firmy Pentax). Posiadający szerokie spektrum działania przeciw: **wirusom, bakteriom, prątkom, grzybom i sporom**. Zawierający w swoim składzie kwas nadoctowy 15%, kwas octowy, natlenek wodoru, inhibitory korozji. Preparat aktywny do 65-70 myć. Pełne spektrum działania roztworu 1% w 5 minut. Środek medyczny klasy II b posiadający certyfikat CE. Kompatybilny z preparatem z pozycji nr 1.

UWAGA!

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do ZO – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Załączniki:

- załącznik 1A - formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa**

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				

Strona 1 z 1