Bochnia, dn. 23.10.2026r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-19/ZO/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej**

1) **Treść pytania**: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 1 dopuści do zaoferowania jednorazowy trokar nożowy o średnicy 5 mm, ze ściętą kaniulą, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm, trokar posiadający ergonomiczny kształt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w dwóch pozycjach, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, dźwiękową i wzrokową aktywację noża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2) **Treść pytania:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 2 dopuści do zaoferowania jednorazowy trokar nożowy o średnicy 12 mm, ze ściętą kaniulą, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100 mm, trokar posiadający ergonomiczny kształt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w dwóch pozycjach, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, dźwiękową i wzrokową aktywację noża wbudowaną redukcję 5mm-12mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3) **Treść pytania**: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 3 dopuści do zaoferowania jednorazowy trokar bezostrzowy 15mm z obustronnie ściętą kaniulą, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, o dł. 100 mm, trokar posiadający ergonomiczny kształt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w dwóch pozycjach, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie, grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) wbudowaną redukcję 5mm-12mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4) **Treść pytania**: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 4 dopuści do zaoferowania narzędzia monopolarne jednorazowe posiadające mechanizm zapadkowy z rękojeścią, stal nierdzewna- mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna, narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja? Do wyboru Zamawiającego: Kleszcze chwytające proste z okienkiem, Kleszcze chwytające zaciskowe, Kleszcze chwytające proste, kleszcze Babcock, kleszcze typu zęby szczura, kleszcze typu kaczy dziób, kleszcze jelitowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5) **Treść pytania:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 5 dopuści do zaoferowania jednorazowy dysektor bipolarny okienkowy lub Maryland o średnicy 5 mm, długość 33 cm którego trzon i cześć robocza wykonane są ze stali nierdzewnej, trzon powleczony czarną warstwą izolacyjną FEP (fluorowany etylen-propylen)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6) **Treść pytania**: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 6 dopuści do zaoferowania jednorazową elektrodę monopolarną typu hak „L" (5mm) pozwalającą na precyzyjne, kontrolowane preparowanie, koagulację naczyń i tkanek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7) **Treść pytania**: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 7 dopuści do zaoferowania nożyczki Metzenbaum długość szczęk 17 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, nożyczki współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8) **Treść pytania:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pkt 8 dopuści do zaoferowania instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa - zakończony grotem, posiadającym 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz tekstowo: ssanie - w kolorze białym i płukanie w kolorze niebieskim, ssak posiadający tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki o średnicy 5 mm lub 10 mm o dł. 33 lub 45 cm, narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, przewody o niskim stopniu skręcalności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania Ofertowego.

Dyrektor
Jarosław Kycia